



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ  
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА  
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Комисија за јавну набавку

Ред. бр. ЈН-46/16

Број: 3832-6

Датум: 09.11.2016. године

Сремска Каменица

Комисија за јавну набавку образована решењем директора ИКВБВ број 3832-1

сачинила је

### Додатно појашњење за јавну набавку ЈН-46/16 - БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ СА ОРМАРИЋЕМ

07.11.2016. године примили смо допис заинтересованог лица, заведен у ИКВБВ под бројем 3866, за јавну набавку ЈН-46/16 - БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ СА ОРМАРИЋЕМ у оквиру којег је наведено следеће:

#### Питање бр. 1:

На страни 6 конкурсне документације - 2.1 Врста техничке карактеристике (спецификације) у позицији 2. Стоји:

2	Платформа душека четвороделна, израђена од ламината пропусног за РТГ зраке испод леђног дела и пластичних сегмената изливених у калупима, који се могу скидати. Пластични сегменти морају имати вентилационе отворе који омогућавају ваздуху да циркулише испод душека.
---	---

Мишљења смо да платформа болничког кревета треба целом дужином да буде пропусна за РТГ зраке и компатибилна за рад са Ц-луком, што би омогућило да пацијент не мора да напушта болнички кревет приликом снимања.

#### Питање бр. 2:

На страни 7 конкурсне документације - 2.1 Врста техничке карактеристике (спецификације) у позицији 29 стоји:

29	Уметак за екстензију-продужење кревета (20 ком)
----	---

Док на страни 27 конкурсне документације – Образац понуде, стоји:

1	БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ СА ОРМАРИЋЕМ (према техничкој спецификацији из конкурсне документације)	ком	185
---	---	-----	-----

Да ли је дошло до техничке грешке или се заиста тражи 20 ком уметака за екстензију?  
Да ли то значи да само 20 ком кревета треба да задовољи захтев из позиције 18. Врста техничке карактеристике (спецификације):

18	Могућност продужења кревета за минимум 20 цм, интегрисан у рам кревета
----	--

Молимо да прецизно дефинишете колико болничких кревета треба да има могућност продужења и колико се уметака за екстензију набавља.

На основу члана 63. став 3, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.124/12, бр.14/15 и 68/15) достављамо вам одговор:

1. Наручилац је техничку спецификацију креирао спрам својих објективних потреба. У досадашњем раду и пракси на Институту за КВБВ није било потребе да се праве РТГ снимци периферије, већ само грудног коша и абдомена. Водећи се тиме креиран је захтев за плочом која је „израђена од ламината пропусног за РТГ зраке испод леђног дела“, што не значи да потенцијални понуђач не може да нуди платформу болничког кревета пропусну за РТГ зраке целом дужином кревета, како сте и ви навели. На Институту за КВБВ не постоји потреба за снимањем пацијента Ц луком у болесничком кревету.

2. Није дошло до техничке грешке, Наручилац заиста тражи 20 комада уметака за екстензију. Наиме, систем рада у Институту за КВБВ је такав да се пацијент након кардиохируршке операције (где се отвара грудни кош) са операционог стола смешта у болеснички кревет, затим заједно са креветом пацијент иде у интензивну негу, а након неколико дана на истом кревету иде на одељење до коначног отпуста. Суштина је да се пацијент што мање помера. С тим у вези је потребно да сваки кревет има могућност продужења, а само 20 комада екстензија се купује јер је досадашња пракса показала да на десетак пацијената дође само један који је висок толико да му треба продужити кревет и уметнути екстензију за душек. Овим захтевом Наручилац жели да избегне ситуацију да сви кревети који имају могућност продужења буду заузети пацијентима уобичајене висине у тренутку када се појави стварна потреба за продужењем кревета, па је захтев тако креиран да се не би пребацивао пацијент уобичајене висине са кревета који има могућност продужења на кревет који нема исту могућност како би се ослободио кревет са могућношћу продужења. Дакле уметнуће се само екстензија јер сваки кревет има могућност продужења.

Наведени одговор ће без одлагања бити објављено на Порталу јавних набавки и на Интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

1. Др Јован Рајић, зам. председника комисије

2. Славен Кључар, члан

3. Небојша Ристивојевић, заменик члана