



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Комисија за јавну набавку

Ред. бр. ЈН-46/16

Број: 3832-10

Датум: 18.11.2016. године

Сремска Каменица

Комисија за јавну набавку образована решењем директора ИКВБВ број 3832-1 од 03.11.2016. године, сачинила је

Додатно појашњење за јавну набавку ЈН-46/16 - Болеснички кревети са ормарићем

Дана 16.11.2016. године примили смо допис заинтересованог лица, заведен у ИКВБВ дана 17.11.2016. године под бројем 3996, за јавну набавку ЈН-46/16 - Болеснички кревети са ормарићем у оквиру којег је наведено следеће:

Питање бр. 1:

На страни 6 од 69 конкурсне документације у делу 2.1. Врста техничке карактеристике (спецификације): Опис предмета набавке – спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема, Болеснички кревет, под тачком 2.

- да ли се захтеване техничке карактеристике могу кориговати тако да се сматра исправном и прихватљивом и она понуда понуђача која уместо уместо „Платформе душека четвороделне, израђене од ламината пропусног за РТГ зраке испод леђног дела и пластичних сегмената изливених у калупима, који се могу скидати? Пластични сегменти морају имати вентилационе отворе који омогућавају ваздуху да циркулише испод душека“, нуди место за постављање РТГ касете на душеку у пределу грудног коша, са обзиром да ово место постављања РТГ касете у пределу грудног коша на душеку омогућава боље снимке пацијента, јер је плоча ближа телу пацијента. На овај начин се сви понуђачи стављају у једнак положај, са обзиром да неки произвођачи управо имају ову опцију снимања, јер плоче кревета нису пропусне за РТГ зраке.

Питање бр. 2:

На страни 6 од 69 конкурсне документације у делу 2.1. Врста техничке карактеристике (спецификације): Опис предмета набавке – спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема, Болеснички кревет, под тачком 7.,

- да ли се захтеване техничке карактеристике могу кориговати тако да се сматра исправном и прихватљивом и она понуда понуђача која уместо захтеваног нуди: Нагиб узглавља 0° - $70^{\circ} \pm 5^{\circ}$ путем електромотора; нагиб бедреног дела 0° - $35^{\circ} \pm 7^{\circ}$ путем електромотора; подешавање лисног дела од 0° - $35^{\circ} \pm 7^{\circ}$, механички?

Предложена измена кларификацијом обезбеђује потребан опсег углова подешавања сегмента узглавља, нагиб бедреног дела и подешавање лисног дела за задовољење потребе наручиоца у омогућавању седећег положаја пацијената. Већи опсег у односу на предложену измену кларификацијом ставља понуђаче у неједнак положај, а суштински

не мења остваривање потреба наручиоца у ефикасном раду са пацијентима и потребе самих пацијената.

Питање бр. 3:

На страни 7 од 69 конкурсне документације у делу 2.1. Врста техничке карактеристике (спецификације): Опис предмета набавке – спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема, Болеснички кревет, под тачком 19.,

- да ли се захтеване техничке карактеристике могу кориговати тако да се сматра исправном и прихватљивом и она понуда понуђача која нуди: Безбедно радно оптерећење кревета (SWL) минимум 220 кг, уместо захтеваних 230 кг?

Безбедно радно оптерећење кревета минимума 220 кг не смањује знатно носивост у односу на тражених 230 кг, а омогућава учешће већег броја понуђача/произвођача у поступку јавне набавке.

Питање бр. 4:

На страни 7 од 69 конкурсне документације у делу 2.1. Врста техничке карактеристике (спецификације): Опис предмета набавке – спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема, Болеснички кревет, под тачком 20: Спољне димензије кревета: минимално 216 x максимално 98 цм,

- да ли се захтеване техничке карактеристике могу кориговати тако да се сматра исправном и прихватљивом и она понуда понуђача која нуди Спољне димензије кревета: минимално 216 x максимално 99.5 цм?

Ово са обзиром да се ради о разлици од 1.5 цм у предвиђеном распону максимума, а који захтев није оправдан са становишта функционалности кревета предвиђених димензија. У односу на болничка врата, стандардна ширина је такође 100 цм, због чега су предложене измене димензија кревета компатабилне са ширином врата. Захтеваним спољним димензијама кревета понуђачи се стављају у неједнаки положај.

На основу члана 63. став 3, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, бр. 14/15 и 68/15) достављамо вам одговор:

Одговор бр. 1:

Узимајући у обзир систем рада у Институту за КВБВ, о коме смо писали у додатном појашњењу број 3832-6 од 09.11.2016. године, а који је такав да за суштину има да се пацијент што мање помера, Наручилац је водећи рачуна о својим објективним потребама, тј. објективним потребама пацијената, захтевао да кревет буде пропустан за РТГ зраке испод леђног дела, а у додатној опреми носач за РТГ касету.

Предложено решење у којем се РТГ касета поставља на сам душек изискује померање пацијената (којима је рађена стернотомија и у постоперативном периоду не смеју да се померају), како би се касета поставила испод пацијента, а затим поновно померање како би се РТГ касета извадила након снимања.

Одговор бр. 2:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, и то за нагиб узглавља $0^{\circ}-70^{\circ}\pm 5^{\circ}$ путем електромотора; нагиб бедреног дела $0^{\circ}-35^{\circ}\pm 7^{\circ}$ путем електромотора; док би за захтевану карактеристику подешавања лисног дела од $0^{\circ}-35^{\circ}\pm 7^{\circ}$, механички уколико би се извршила измена то значило ограничавање конкуренције будући да сви

понуђачи имају распон 0° - 21° +/- 3° што је установљено увидом у каталоге произвођача, те Наручилац остаје при захтеваној карактеристици.

Одговор бр. 3:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Одговор бр. 4:

Наручилац остаје при захтеву из техничке спецификације Конкурсне документације. Спољне димензије кревета су захтеване у складу са објективним потребама Наручиоца, будући да модели кревета који су набављени ове године за одељења у новом крилу зграде, а који су ширине 99цм и 99.5цм у пракси нису могли да прођу кроз врата на болесничким собама старог крила зграде, тј. при проласку су гребали штокове врата целом дужином кревета. Наручилац свакодневно има потребу да увози и извози кревете из болесничких соба, узимајући у обзир систем рада на ИКВБВ о чему смо писали и у додатном појашњењу број 3832-6 од 09.11.2016. године, те би се кревет те ширине врло брзо оштетио. И сам потенцијални понуђач који је поставио питање је за ново крило зграде Наручиоца испоручио медицинске кревете који одговарају новом крилу али при проласку у болесничке собе старог крила, додирују штокове врата, те се гребу целом дужином, што је проверено у пракси.

Наведени одговор ће без одлагања бити објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ