



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ  
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА**  
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



**Комисија за јавну набавку**

**Ред. бр. ЈН-20/19**

Број: 1381-4

Датум: 13.5.2019

Сремска Каменица

Комисија за јавну набавку образована решењем директора ИКВБВ број 1381-1 од 3.5.2019. године, сачинила је

**Додатна појашњења за јавну набавку  
ЈН-20/19 - Апарати за стерилизацију са извођењем радова на  
адаптацији простора, са испоруком, инсталацијом и пуштањем у  
рад по систему “кључ у руке”**

Дана 9.5.2019. године примили смо допис заинтересованог лица, за јавну набавку ЈН-20/19 - Апарати за стерилизацију са извођењем радова на адаптацији простора, са испоруком, инсталацијом и пуштањем у рад по систему “кључ у руке”:

**ЈН-20/19 је обликована у једној (1) партији**

Предметна ЈН се састоји од два (2) дела:

1. испорука и монтажа опреме за стерилизацију са буџетом од 48.005.000 РСД
2. грађевински радови за припрему простора са буџетом од 4.166.667 РСД

Обзиром да се ради о потпуно одвојеним, разнородним стварима, које су потпуно независне једна од друге и припадају потпуно различитим гранама, које сте и Ви сами одвојили и за које сте и навели одвојене буџете, није оправдано ни по једном основу да све - грађевински радови и испорука апарата - буде обликовано у једну (1) партију.

Поред тога, у предметној ЈН се у једној (1) партији набављају стерилизатори који су по класификацији у АЛМС потпуно различити и као такви се морају одвојено и регистровати у АЛМС. Обзиром да немају сви светски произвођачи и парне стерилизаторе и стерилизаторе са водоник пероксидом, оваквим поступком се фаворизују они произвођачи који имају обе врсте стерилизатора и онемогућава се учешће специјализованим произвођачима за одређену врсту стерилизатора.

Самим тим, крши се начело конкурентности и Наручилац тиме онемогућава потенцијалне понуђаче да учествују у овом поступку и евентуално доставе појединачно далеко квалитетније и финансијски повољније понуде од понуђача који имају у свом програму обе врсте стерилизатора.

Обликовањем Јавне Набавке у једну (1) партију за три (3) потпуно различите и разнородне ставке Ви, као Наручилац, између осталог, директно штетите и својим интересима и државним интересима по питању набавке квалитетне и финансијски повољне опреме.

Коментар / Питање:

**Молимо Вас да извршите обликовање ЈН-20/19 у три (3) потпуно одвојене партије:**

- 1. П 1 - испорука, инсталација и пуштање у рад парних стерилизатора**
- 2. П 2 - испорука, инсталација и пуштање у рад стерилизатора са водоник пероксидом**

### 3. П 3 - грађевински радови на адаптацији простора

#### 2. Решење АЛМС, стр.7

Наручилац захтева достављање важећег решења о упису МС у регистар АЛМС. Обзиром да је решење за апарате које желимо да понудимо истекло пре кратког времена и да смо поднели захтев АЛМС-у за продужење/регистрацију предметног апарата, молимо Комисију да прихвати да се као доказ о регистрацији МС може доставити старо решење и потврда о поднетом захтеву за регистрацију у АЛМС. Разлог јесте преоптерећеност АЛМС захтевима за регистрацију и самим тим пробијање законских рокова за решавање предмета од стране АЛМС.

Коментар / Питање:

**Молимо Вас да потврдите да је прихватљиво да се као доказ о регистрацији предметног, одн. понуђеног МС достави или важеће решење о упису МС у регистар АЛМС или решење којем је истекао рок важења и потврду да је поднет захтев за упис МС у регистар АЛМС за предметне апарате.**

#### 3. Парни стерилизатор, техничке спецификације, стр. 6, ставка 5

Наручилац захтева следећу техничку карактеристику:

“5. Запремине 700 до 750 литара за 10 СТУ (стандардне стерилизационе јединице 600x300x300мм)“

Сви светски произвођачи имају у свом програму парне стерилизаторе за 10 СТУ.

Међутим, услед различитих техничко-технолошких решења, запремина коморе у литрима се разликује од произвођача до произвођача. Та запремина је за 10 СТУ - сагласно нашим истраживањима - у распону од 700 - 800 литара. Сами тим, дефинисање запремине од 700 до 750 литара ограничава конкуренцију.

У складу са тим чињеницама, а у циљу повећања конкурентности, сматрамо да би промена горе наведене карактеристике била од користи за Наручиоца.

Коментар / Питање:

**Молимо Вас да потврдите да је прихватљиво да се понуди парни стерилизатор који има капацитет од 10 СТУ и запремину коморе од 700 до 800 литара.**

Молимо Комисију да уважи наше предлоге и изврши одговарајуће измене Конкурсне Документације.

**На основу члана 63. став 3, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, бр. 14/15 и 68/15) достављамо вам одговор:**

1. Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је установа терцијарног типа, једина такве врсте у Војводини. У истој згради у којој се налази ИКВБВ, налазе се још два института, ИОВ – Институт за онкологију Војводине и ИПБВ – Институт за плућне болести Војводине, који су такође једине установе тог типа у Војводини

С обзиром да покривају територију на којој живи 2 милиона становника, да ИКВБВ има 3 операционе и три ангиографске сале, а да ће ускоро бити стављена у функцију и четврта, да ИПБВ има две операционе и једну ангиографску салу те да ИОВ има 4 операционе сале, те да је укупан број болесничких лежајева преко 700, а да се рад сва три института базира **на једној централној стерилизацији**, која се налази у власништву и просторијама ИКВБВ, намеће се као објективна потреба Наручиоца за ефикасношћу у спровођењу поступка.

Наручилац потенцијалним понуђачима жели да укаже на околност да су буџети за радове и апарате раздвојени из јединог разлога што су финансијска средства обезбеђена из два различита извора финансирања и тачно су опредељена по износима који не могу бити премашени.

Будући да је тренутно стање у централној стерилизацији незадовољавајуће, те да су чести кварови опреме услед интензивног и дуготрајног коришћења, да за термолабилне

материјале апарати не раде услед проблема са снабдевањем кертриџима и кварова, Наручилац се определио да набави опрему и радове у једној партији како би се избегло да једна партија прође набавку а остале не прођу што би могло да значи одлагање набавке преко потребних апарата, и реконструкције простора у којем се налазе, будући да исти није реконструисан деценијама.

У том светлу за Наручиоца је у логичној вези са јавном набавком да добављач предметне опреме понуди све потребне апарата и реконструише простор у којем ће се исти налазити, те да га у свему прилагоди техничким потребама својих апарата, као и да то буде урађено брзо и ефикасно, јер склопљен уговор за извођење радова а без уговора за парне или термолабилне апарате Наручиоцу не представља никакав бенефит, као и обрнуто, једна или друга врста апарата без радова ништа не значе посматрајући наш процес рада.

Наручилац сматра да понуђачи увек могу да направе заједничку понуду како би испунили постављене услове, те се овако конципираном набавком не крши нити једно од начела јавних набавки.

У случају поделе на партије, могућа је ситуација да се услед евентуалних жалби потенцијалних понуђача заустави процес набавке нпр. за парне стерилизаторе а за радове и апарате за термолабилне материјале настави и дође до уговора, чиме би реализација читавог посла била опструисана, те би се тако и угрозио рад централне стерилизације а самим тим и сва три института.

Дакле, приликом одређивања предмета јавне набавке, Наручилац се водио искључиво и на првом месту интересима пацијента који су упућени на сва три Института, затим сопственим објективним потребама, поштујући начела економичности и ефикасности у јавним набавкама, и уговорима о пружању услуга које су сва три института закључила са РФЗО, а по којима су институти обавезни да изврши одређен број операција, где никако не сме да буде подбачаја, јер се тиме стварају листе чекања и угрожава здравље пацијената.

2. Агенција за лекове и медицинска средства Србије је тело основано за испитивање усаглашености медицинских производа, са нормама потребним да се то медицинско средство или лек нађе на тржишту Републике Србије, тј. користи на територији Републике Србије. Законом о лековима и медицинским средствима је дефинисано у којим условима је могуће увести медицинско средство у земљу. Одговарајућим правилницима је дефинисан процес уписа у Регистар медицинских средстава који се води код Агенције за лекове и медицинска средства Србије. Анализирајући Правилник о регистрацији медицинских средстава нисмо нашли да је наведено да подношење захтева за обнову решења о регистрацији медицинског средства аутоматски значи и добијање решења. Сам процес обнове, а и регистрације се код Агенције за лекове и медицинска средства води у неколико фаза, са дефинисаним максималним временским роком трајања за сваку фазу. Тек издавање потврде од стране Агенције за лекове и медицинска средства да је поднета документација потпуна води ка издавању решења. Пратећи те рокове, процес обнове може имати одређено трајање и није гаранција обнове уписа у Регистар медицинских средстава.

У складу са наведеним у одговору на питање број 1, наручилац опет истиче да од пројекта обнављања опреме и сређивања централне стерилизације зависе 3 велика института који покривају територију популације од 2 милиона становника. Процес стерилизације директно утиче на капацитет и пружање здравствене услуге пацијентима у операционом блоку, а постојећа опрема у централној стерилизацији је на доњој граници своје функционалности и само способношћу и искуством запослених процес рада успева да се одржи на прихватљивом нивоу.

Прихватањем потврде да је предат захтев за обнову уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава као одговарајућег документа, наручилац би себе довео у опасност да се реконструкција стерилизационог блока временски одложи, у зависности

од рада Агенције за лекове и медицинска средства и од документације коју је понуђач поднео наведеној агенцији.

Сходно наведеном, наручилац не може прихватити потврду о предатом захтеву за обнову уписа медицинског средства у Регистар медицинских средства као валидан документ.

3. Наручилац је у складу са својим потребама дефинисао капацитет коморе од 10СТУ. Као што је потенцијални понуђач навео у свом захтеву, на тржишту постоји доста произвођача који поседују стерилизаторе капацитета 10СТУ и који могу испунити постављени услов тако да је тиме обезбеђена конкурентност понуђача.

Како је наручилац набавком предвидео стерилизаторе који имају сопствене генераторе паре, то би значило да је за рад стерилизатора са већом комором потребна и већа количина паре, што доводи до већег утршка и дисипације енергије, као и до потребе за већим системом за припрему воде одговарајућег квалитета, што би повећало зависне трошкове целог циклуса. Како се у току радног дана обави велики број циклуса стерилизације, ови трошкови би на годишњем нивоу били приметни, те сматрамо да смо лимитирањем горње границе запремине коморе заштитили свој буџет.

Међутим, како би омогућио већу конкуренцију, Наручилац ће извршити измену документације у делу Техничке спецификације парног стерилизатора, ставка 5 која сада гласи:

Запремине до 800 литара, за 10 СТУ (стандардне стерилизационе јединице 600x300x300мм)

**Наведени одговори ће без одлагања бити објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ