



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI  
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**  
Put dr Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica  
REPUBLIKA SRBIJA  
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



**Komisija za javnu nabavku**

**Red.br. JNOPOS-38/18**

Broj: 3203-5/18

Datum: 12.12.2018. godine

Sremska Kamenica

Komisija za javnu nabavku obrazovana rešenjem direktora IKVBV broj 3203-3/18 od 29.11.2018. godine sačinila je

**Dodatno pojašnjenje za javnu nabavku material za invazivnu kardiologiju  
JNOPOS-38/18**

Primili smo dopis zainteresovanog lica kojim se zahteva dodatno pojašnjenje za javnu nabavku – materijal za invazivnu kardiologiju, JNOPOS-38/18 u okviru kojeg je postavljena sledeća pitanja:

Poštovani,

u skladu sa čl. 63 ZJN molimo Vas za dodatno pojašnjenje za JNOPOS-38/2018 – Materijal za invazivnu kardiologiju.

Naime, Naručilac je konkursnom dokumentacijom za partiju 2 DIJAGNOSTIČKI KATETERI predvideo minimalne tehničke karakteristike, pa je tako, između ostalog, predvideo da kateter „MULTIPURPOSE MPA bez SH (side holes)“ mora imati dužinu od 125 cm (za kateterizaciju desne strane srca).

Imajući u vidu da je dužinu od 125 cm proizvodi izuzetno mali broj proizvođača, molimo Vas da u cilju omogućavanja da veći broj ponuđača učestvuje u navedenoj partiji, razmotrite mogućnost izmene ovog tehničkog zahteva i svojim izmenama konkursne dokumentacije predvidite dužinu od 100 cm.

Na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12, br.14/15 i 68/15) dostavljamo vam dodatne informacije/pojašnjenje na postavljeno pitanje:

U konkursnoj dokumentaciji pod 2.2.7 na strani 10 u partiji 2 propisano je: MULTIPURPOSE MPA 1; – (mek vrh); 100cm; Fr6  
fleksibilnost katetera: „supertorque plus“ ili odgovarajući

U Obrazac minimalnih tehničkih karakteristika po zahtevu naručioca u partiji broj 2: dijagnostički kateteri propisano je:  
MULTIPURPOSE MPA 1; (mek vrh); 100cm; Fr6  
fleksibilnost katetera: „supertorque plus“ ili odgovarajući

Koliko je nama poznato, konkursnom dokumentacijom za partiju 2 propisana dužina stavke je MPA je 100cm.  
Gde ste u konkursnoj dokumentaciji našli da stoji da kateter MPA bez SH (side holes) mora imati dužinu od 125cm?

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU