



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ  
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА**  
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



ЈН-УСЛ-03/20  
Број: 1193-6  
Датум: 21.5.2020.  
Ср. Каменица

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку бр. ЈН-УСЛ-03/20 – Поправке и одржавање медицинске опреме**

Дана 18.5.2020. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН-УСЛ-03/20 – Поправке и одржавање медицинске опреме, у оквиру којег су постављена следећа питања:

**Питање 1:**

У Вашој конкурсној документацији, на страни 164 – тачка 9.4 Ваш захтев је:

- рок испоруке резервних делова и техничког материјала "наручилац неће прихватити рок дужи од 7 радних дана од тренутка пријема Наручбенице"

Молим Вас да размотрите овај услов. За апарате који се производе ван Европе може да се деси да резервних делова нема на лагеру, и да морају да се поруче од произвођача, а то доводи до тога да рок од 7 дана никако није могуће испунити. Предлажемо да рок испоруке буде до 30 дана.

**Питање 2:**

У Вашој конкурсној документацији, на страни 164 – тачка 9.4 Ваш захтев је:

- гарантни рок на извршене услуге "наручилац неће прихватити краћи рок од 12 месеци"

Молим Вас да размотрите да гарантни рок за извршене услуге буде 6 месеци, јер произвођач даје толико гаранцију и на резервне делове (питање 3).

**Питање 3:**

У Вашој конкурсној документацији, на страни 164 – тачка 9.4 Ваш захтев је:

- гарантни рок за резервне делове према року уписаном у обрасцу понуде, "наручилац је прописао најкраћи прихватљив гарантни рок за резервне делове (12 месеци за партију 26)"

Молим Вас да размотрите да најкраћи прихватљив гарантни рок за резервне делове буде пренесена гаранција Произвођача уз писани доказ од произвођача о трајању гаранције (6 месеци за партију 26).

**На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо одговоре на постављена питања:**

1. Будући да је Наручилац установа терцијарног типа, једина те врсте у АП Војводини, на коју је упућено целокупно становништво АП Војводине, недопустиво је да се на поправку апарата чека 30 дана. Рад особља Наручиоца, као и здравље и животи пацијената, у многоме зависе и од апарата који се користе при раду. Такође, сматрамо да дистрибутер и сервисер опреме коју продаје на територији Републике Србије не би смео себи да дозволи да нема делове на лагеру, а уколико их нема морао би да се потруди да организује превоз делова у што краћем року, што већ зависи од његове пословне способности.

У супротном, дистрибутер, тј. сервисер, нема никакву одговорност и свеједно му је да ли ће поправити апарат за 7 или 30 дана, јер ће своје услуге свакако наплатити.

Наручилац има са РФЗО потписан уговор у којем јасно стоји које услуге и процедуре мора да изврши током године, а које је углавном немогуће урадити без правилног рада апарата.

Будући да Наручилац фактурише предметне услуге РФЗО, те да се на основу тога и финансира, поред живота и здравља пацијената, угрожено је и пословање Наручиоца, јер ако апарат не ради цео један месец неће бити извршене ни наплаћене наше уговорене услуге.

Наручилац полази од тога да то што сте као дистрибутер продали опрему установи попут наше, повлачи са собом и одговорност да се побринете за њен правилан рад, у нормалним роковима који што мање ометају рад установе.

2. Наручилац остаје при конкурсној документацији.

3. Наручилац остаје при конкурсној документацији.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку