



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Ред. бр. ЈНОПОС-05/18
Број: 552-1
Датум: 01.03.2018.

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку
бр. ЈНОПОС-05/18– Медицински потрошни материјал**

Дана 27.02.2018. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈНОПОС-05/18 – Медицински потрошни материјал, у оквиру којег су постављена следећа питања:

Молимо Вас да размотрите могућност промене захтева у техничким карактеристикама партије 95 и 96 и додатно појасните конкурсну документацију у вези са припремањем понуде за јавну набавку Медицинског потрошног материјала ЈНОПОС 05/18 и то:

1. За партију 95 - Хемодинамски мониторинг

а) Молимо Вас да партију 95. поделите на две партије из следећих разлога :

- ставке 1 и 2 чине једну, а ставке 3 и 4 другу логичку целину

- такође за ставку 4 се захтева да интрадјусер има обавезну АМС THROMBOSHIELD ЗАШТИТУ (комбинација бензалкониум хлорида и хепаринског слоја), а што је заштићени назив типа катетера једног произвођача који искључиво може да понуди тражени катетер.

Оваквом спецификацијом наручилац је директно елиминисао остале понуђаче, давајући предност само једном и чиме је директно прекршио начело обезбеђења конкуренције прописано чл. 10. Закона о јавним набавкама.

Према клиничким студијама које се односе на повећани број случајева тромбоцитопеније изазване хепарином (ХИТсиндром - heparin induced thrombocytopenia) тј.АМЦ захтевани шилд има хепарин. Све већи број Европских земаља је усвојио препоруку да термодилуциони катетери буду без хепарина а са антиконтаминацијском заштитом, а што желимо да вам понудимо.

Како је чл. 72 Закона о јавним набавкама прописано да у случају навођења елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима "или одговарајуће", то вас молимо да у смислу наведеног измените ставку 4. у оквиру партије 95.

2. За партију 96 - Трансдјусери за инвазивно мерење притиска

а) Молимо вас да измените техничку спецификацију за партију 96. ставка 2 на 46. страни конкурсне документације, односно избришете технички нацрт из конкурсне документације, из разлога што за овако формирану партију понуду може да поднесе само један понуђач.

Употребом техничког нацрта директно фаворизујете једног, а елиминишете остале понуђаче, те кршите начело обезбеђења конкуренције прописано чл. 10. Закона о јавним набавкама

Наиме, разлике у техничким нацртима производјача не одређују намену производа, а намена је инвазивни хемодинамски мониторинг, нити је захтеван овакав технички нацрт при упису медицинског средства у Регистар АЛИМС.

Такође напомињемо да је ваша установа дуги низ године користила системе за инвазивни хемодинамски мониторинг који су били набављани без навођења икаквих техничких нацрта, а испуњавали све захтеве наручиоца.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

1. За партију 95 наручилац остаје при својој спецификацији.
2. За партију 96 наручилац ће у измени конкурсне документације избрисати наведени технички нацрт и изменити техничку спецификацију.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку