



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Ред. бр. ЈНОПОС-05/18

Број: 566-1

Датум: 01.03.2018.

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку
бр. ЈНОПОС-05/18– Медицински потрошни материјал**

Дана 28.02.2018. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈНОПОС-05/18 – Медицински потрошни материјал, у оквиру којег су постављена следећа питања:

1. Партија 7. Трокоморна боца за торакалну дренажу, у обрасцу 2) Врста техничке карактеристике (спецификације) дефинисана је као и у прошлогодишњој јавној набавци број ЈН-06/17-МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, чиме је било онемогућено учествовање више понуђача, али је Наручилац (ИКВБ ВОЈВОДИНЕ), после постављања нашег додатног питања и подношења Захтева за заштиту права понуђача, усвојио наш предлог, тако да на поменутој партији буде омогућено учествовање више понуђача.

Молимо Вас да, имајући у виду прошлогодишње Решење Ваше установе, бр. 749-2 од 17.03.2017., којим сте делимично поништили поступак јавне набавке ЈН-06/17 за партију број 7 и изменом конкурсне документације број 594-10 од 31.03.2017. године, за поменуту партију број 7, које сте донели на основу Захтева за заштиту права понуђача, поднетог 9.3.2017., промените дефинисану техничку карактеристику (спецификацију) тако да гласи:

СЕТ ЗА ТОРАКАЛНУ ДРЕНАЖУ, ТРОКОМОРНИ, СТЕРИЛНИ, ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ, ЗАПРЕМИНЕ МИН. 2000 ml, СА САБИРНОМ КОМОРОМ СА ДВА ОДЕЉКА, СА ДОВОДНИМ НАЈМАЊЕ ЈЕДНИМ ОДВОЈИВИМ ЦРЕВОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ДРЕНАЖНОГ САДРЖАЈА. У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА ДРЕНАЖОМ ЈЕДНОГ ТОРАКАЛНОГ ПРОСТОРА БОЦА МОРА ДА ФУНКЦИОНИШЕ САМО СА ЈЕДНИМ ЦРЕВОМ, ПРИ ЧЕМУ ЈЕ ДРУГО ОДВОЈЕНО. СЕТ МОРА БИТИ СТАБИЛАН, СА ДРЖАЧЕМ ЗА КРЕВЕТ. СЕТ МОРА ИМАТИ КОМОРУ ЗА ПОДВОДНУ ДРЕНАЖУ, КОМОРУ ЗА ФИНУ РЕГУЛАЦИЈУ ВАКУУМА, СИГУРНОСНУ ВАЛВУЛУ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАГОМИЛАВАЊА-ПОРАСТА ПРИТИСКА (ПРЕВЕНЦИЈА ТЕНЗИОНОГ ПНЕУМОТОРАКСА), ГРУБИ РЕГУЛАТОР ВАКУУМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРЕКОМЕРНОГ СТВАРАЊА МЕХУРОВА У КОМОРИ ЗА ФИНУ РЕГУЛАЦИЈУ ВАКУУМА.

а како би се омогућило учествовање више понуђача, и да не би дошло до повреде Закона о јавним набавкама, посебно следећих чланова:

- 1) Члан 10 ЗЈН – Начело обезбеђивања конкуренције
Члан 70 ЗЈН – Опште правила о техничким спецификацијама
- 3) Члан 72 ЗЈН – Коришћење техничких спецификација
- 4) Члан 61 ЗЈН – Наручилац је дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

1. За партију 7 наручилац ће у измени конкурсне документације изменити техничку спецификацију.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку