



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Ред. бр. ЈНОПОС-05/18

Број: 577-1

Датум: 01.03.2018.

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку
бр. ЈНОПОС-05/18– Медицински потрошни материјал**

Дана 01.03.2018. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈНОПОС-05/18 – Медицински потрошни материјал, у оквиру којег су постављена следећа питања:

Молимо тендерску комисију да у складу са ЗЈН, И основне одредбе, члан 10., потврди да ће прихватити и еквиваленте тако да се техничком спецификацијом не фаворизује само један произвођач, самим тим и само један понуђач, што је противно и чл.9 ЗН-а.

Партија 48:

Молим да прихватите за ставку 1 Филтер са највећим степеном филтрације ХЕПА класа 13, компресибилне запремине до 80мл, тидал волумен 300-1200мл?

Молим да прихватите за ставку 2 Филтер тежине 31г, тадал волумен 150-1000мл?

Партија 84:

Молим да прихватите подесиви ребрасти наставак (лулуца), и са бољим перформансама у смислу мртвог угла-простора од 15мл ?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

1. За партије 48 и 84 наручилац ће у измени конкурсне документације изменити техничку спецификацију.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку