



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Комисија за јавну набавку
ЈНОПОС-05/18
Број: 436-5/18
Датум: 01.03.2018.
Ср. Каменица

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку ЈНОПОС-05/18 – Медицински потрошни материјал, образована Решењем директора број 436-1 од 14.02.2018. године,
припремила је

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОПОС-05/18

I У Конкурсној документацији на страни 24 од 146, за партију 48, ставка 1 **мења се текст:** „АНТИБАКТЕРИЈСКИ ФИЛТЕР, МЕХАНИЧКИ, БАКТЕРИЈСКА И ВИРАЛНА ФИЛТРАЦИЈА 99,999%, КОМПРЕСИБИЛНЕ ЗАПРЕМИНЕ ДО 70 мл, ТЕЖИНЕ ДО 40 г, ТИДАЛ ВОЛУМЕН 200-1500мл, КОНЕКЦИЈЕ 22 (м)/15 (ж)-22 (ж), КАПНОПОРТ, СТЕРИЛНО“

и гласи:

„АНТИБАКТЕРИЈСКИ ФИЛТЕР, МЕХАНИЧКИ, БАКТЕРИЈСКА И ВИРАЛНА ФИЛТРАЦИЈА 99,999%, КОМПРЕСИБИЛНЕ ЗАПРЕМИНЕ ДО 80 мл, ТЕЖИНЕ ДО 40 г, ТИДАЛ ВОЛУМЕН 200-1500мл, КОНЕКЦИЈЕ 22 (м)/15 (ж)-22 (ж), КАПНОПОРТ, СТЕРИЛНО“.

II У Конкурсној документацији на страни 25 од 146, за партију 48, ставка 2 **мења се текст:** „АНТИБАКТЕРИЈСКИ ФИЛТЕР СА ОВЛАЖИВАЧЕМ, ЕЛЕКТРОСТАТИЧКИ, БАКТЕРИЈСКА И ВИРАЛНА ФИЛТРАЦИЈА 99,999%, ЗАДРЖАВАЊЕ ВЛАГЕ МИНИМУМ 30 мг Х₂О/л, КОМПРЕСИБИЛНЕ ЗАПРЕМИНЕ ДО 55 мл, ТЕЖИНЕ ДО 30 г, ТИДАЛ ВОЛУМЕН 150-12000 мл, КОНЕКЦИЈЕ 22 (м)/15 (ж)-22 (ж), КАПНОПОРТ, СТЕРИЛНО“

и гласи:

„АНТИБАКТЕРИЈСКИ ФИЛТЕР СА ОВЛАЖИВАЧЕМ, ЕЛЕКТРОСТАТИЧКИ, БАКТЕРИЈСКА И ВИРАЛНА ФИЛТРАЦИЈА 99,999%, ЗАДРЖАВАЊЕ ВЛАГЕ МИНИМУМ 30 мг Х₂О/л, КОМПРЕСИБИЛНЕ ЗАПРЕМИНЕ ДО 55 мл, ТЕЖИНЕ ДО 31 г, ТИДАЛ ВОЛУМЕН 150-1200 мл, КОНЕКЦИЈЕ 22 (м)/15 (ж)-22 (ж), КАПНОПОРТ, СТЕРИЛНО“

III У Конкурсној документацији на страни 36 од 146, за партију 84, ставка 1 **мења се текст:**

„ПОДЕСИВИ РЕБРАСТИ НАСТАВАК (ЛУЛИЦА) - ДРЖАЧ-ПОСТОЉЕ ЗА КАТЕТЕР 22Ф СА КОНЕКЦИЈОМ НА ПАЦИЈЕНТА 22М/15Ф, ПОДЕСИВИ МРТАВ УГАО ОД 20 – 40 МЛ, ДВОСТРУКО ПОКРЕТНО КОЛЕНО И ПОРТ 7,6 ММ ЗА СУКЦИЈУ, ПОДЕСИВЕ ДУЖИНЕ ОД 70-150 ММ“

и гласи:

„ПОДЕСИВИ РЕБРАСТИ НАСТАВАК (ЛУЛИЦА) - ДРЖАЧ-ПОСТОЉЕ ЗА КАТЕТЕР 22Ф СА КОНЕКЦИЈОМ НА ПАЦИЈЕНТА 22М/15Ф, ПОДЕСИВИ МРТАВ УГАО ОД 15 – 40 МЛ, ДВОСТРУКО ПОКРЕТНО КОЛЕНО И ПОРТ 7,6 ММ ЗА СУКЦИЈУ, ПОДЕСИВЕ ДУЖИНЕ ОД 70-150 ММ“

IV У Конкурсној документацији на страни 40 од 146, за партију 96, ставка 1 **мења се текст:**

„СИСТЕМ ЗА ИНВАЗИВНИ ХЕМОДИНАМСКИ МОНИТОРИНГ, ЗА МЕРЕЊЕ ВЕНСКОГ ПРИТИСКА, СА ВОДООТПОРНИМ КОНЕКЦИЈАМА. МРИ КОМПАТИБИЛНИ“

и гласи:

„СИСТЕМ ЗА ИНВАЗИВНИ ХЕМОДИНАМСКИ МОНИТОРИНГ ЗА МЕРЕЊЕ ВЕНСКОГ ПРИТИСКА, СА EASY VENT ВЕНТИЛОМ, ЗАКРИВЉЕНОМ КАНИЛОМ ИНФУЗИОНОГ СЕТА И ВЕЗОМ КАБЛА И СИСТЕМА КОЈА СПРЕЧАВА НЕЖЕЉЕНИ ПРОДОР ВОДЕ. УЗ СЕТ ОБЕЗБЕДИТИ ТРАНСДЈУСЕР ИНТЕРФЕЈС КАБЛОВЕ“

V У Конкурсној документацији на страни 40 од 146, за партију 96, ставка 2 **мења се текст:**

„СИСТЕМ ЗА ИНВАЗИВНИ ХЕМОДИНАМСКИ МОНИТОРИНГ, ЗА МЕРЕЊЕ ВЕНСКОГ И АРТЕРИЈСКОГ ПРИТИСКА, СА ВОДООТПОРНИМ КОНЕКЦИЈАМА. МРИ КОМПАТИБИЛНИ ПО НАЦРТУ“

и гласи:

„СИСТЕМ ЗА ИНВАЗИВНИ ХЕМОДИНАМСКИ МОНИТОРИНГ ЗА МЕРЕЊЕ ВЕНСКОГ И АРТЕРИЈСКОГ ПРИТИСКА, СА EASY VENT ВЕНТИЛОМ, ЗАКРИВЉЕНОМ КАНИЛОМ ИНФУЗИОНОГ СЕТА И ВЕЗОМ КАБЛА И СИСТЕМА КОЈА СПРЕЧАВА НЕЖЕЉЕНИ ПРОДОР ВОДЕ. УЗ СЕТ ОБЕЗБЕДИТИ ТРАНСДЈУСЕР ИНТЕРФЕЈС КАБЛОВЕ“

VI У Конкурсној документацији на страни 46 од 146, за партију 96 **брише се технички нацрт.**

VII У Конкурсној документацији на страни 12 од 146, за партију 7, ставка 1 **мења се текст:**

„ТРОКОМОРНИ СИСТЕМ ЗА ТОРАКАЛНУ ДРЕНАЖУ, КОЈА СЕ ПО ПОТРЕБИ МОЖЕ КОРИСТИТИ ЗА САКУПЉАЊЕ ДРЕНАЖНОГ САДРЖАЈА ИЗ ЈЕДНОГ ИЛИ ДВА ДРЕНА, УКУПНЕ ЗАПРЕМИНЕ НАЈМАЊЕ 2200 мл, СА ДОВОДНИМ ЦРЕВОМ, ЗАШТИЋЕНИМ ОД ПРЕСАВИЈАЊА, И ДОДАТНИМ ДОВОДНИМ ЦРЕВОМ КОЈЕ СЕ ПРИКЉУЧУЈЕ НА ПОСЕБАН ПОРТ У СЛУЧАЈУ ДРЕНАЖЕ ИЗ ДВА ДРЕНА. СИСТЕМ ТРЕБА ДА ИМА САБИРНУ КОМОРУ СА ДВА ОДЕЉКА ЗАПРЕМИНЕ ОД ПО 1150мл (+/-150мл) СВАКИ, ОБА ГРАДУИСАНА НА 1мл У ПРВИХ 100 мл, НА 5 мл ОД 100-250 мл И НА 10 мл ДО ПУНЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОДЕЉКА, ЗАТИМ КОМОРУ ЗА ПОДВОДНУ ДРЕНАЖУ, КАО И КОМОРУ ЗА ФИНУ РЕГУЛАЦИЈУ СУКЦИЈЕ. СИСТЕМ МОРА ПОСЕДОВАТИ СИГУРНОСНИ ОДУШАК ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАГОМИЛАВАЊА ВАЗДУХА У СЛУЧАЈУ ОТКАЗИВАЊА ИЗВОРА ВАКУУМА (ПРЕВЕНЦИЈА ТЕНЗИОНОГ ПНЕУМОТОРАКСА), СИГУРНОСНИ ВЕНТИЛ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРЕЈАКОГ ВАКУУМА,

КАО И ГРУБИ РЕГУЛАТОР ВАКУУМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРЕКОМЕРНОГ СТВАРАЊА МЕХУРОВА У КОМОРИ ЗА ФИНУ РЕГУЛАЦИЈУ СУКЦИЈЕ“

и гласи:

” СЕТ ЗА ТОРАКАЛНУ ДРЕНАЖУ, ТРОКОМОРНИ, СТЕРИЛНИ, ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ, ЗАПРЕМИНЕ МИН. 2000 ml, СА САБИРНОМ КОМОРОМ СА ДВА ОДЕЉКА, СА ДОВОДНИМ НАЈМАЊЕ ЈЕДНИМ ОДВОЈИВИМ ЦРЕВОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ДРЕНАЖНОГ САДРЖАЈА. У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА ДРЕНАЖОМ ЈЕДНОГ ТОРАКАЛНОГ ПРОСТОРА БОЦА МОРА ДА ФУНКЦИОНИШЕ САМО СА ЈЕДНИМ ЦРЕВОМ, ПРИ ЧЕМУ ЈЕ ДРУГО ОДВОЈЕНО. СЕТ МОРА БИТИ СТАБИЛАН, СА ДРЖАЧЕМ ЗА КРЕВЕТ. СЕТ МОРА ИМАТИ КОМОРУ ЗА ПОДВОДНУ ДРЕНАЖУ, КОМОРУ ЗА ФИНУ РЕГУЛАЦИЈУ ВАКУУМА, СИГУРНОСНУ ВАЛВУЛУ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАГОМИЛАВАЊА-ПОРАСТА ПРИТИСКА (ПРЕВЕНЦИЈА ТЕНЗИОНОГ ПНЕУМОТОРАКСА), ГРУБИ РЕГУЛАТОР ВАКУУМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРЕКОМЕРНОГ СТВАРАЊА МЕХУРОВА У КОМОРИ ЗА ФИНУ РЕГУЛАЦИЈУ ВАКУУМА.

VIII У Конкурсној документацији на страни 47 од 146 у табелу се додаје ставка 6 са следећим текстом: „За партију 79, ставка 2 понуђачи треба да доставе оригиналан узорак папирне вате од 1 кг и произвођачки атест који одговара серији узорка и доказује карактеристике из техничке спецификације.“

IX Измене Конкурсне документације без одлагања бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку