



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА**
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Комисија за јавну набавку

Ред. бр. ЈН-20/19

Број: 1381-10

Датум: 30.5.2019

Сремска Каменица

Комисија за јавну набавку образована решењем директора ИКВБВ број 1381-1 од 3.5.2019. године, сачинила је

**Додатна појашњења за јавну набавку
ЈН-20/19 - Апарати за стерилизацију са извођењем радова на
адаптацији простора, са испоруком, инсталацијом и пуштањем у
рад по систему “кључ у руке”**

Дана 27.5.2019. године примили смо дописе заинтересованих лица, за јавну набавку ЈН-20/19 - Апарати за стерилизацију са извођењем радова на адаптацији простора, са испоруком, инсталацијом и пуштањем у рад по систему “кључ у руке”:

Прво заинтересовано лице са следећим питањем:

У предметној јавној набавци Наручилац је на странама 7 и 8 дефинисао како се доказују техничке карактеристике понуђеног добра:

“2)1)2) Понуђач је дужан да уз понуду за добра која нуди достави каталог произвођача опреме на српском или енглеском језику, са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим карактеристикама добра која нуди и из кога Наручилац недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву Наручиоца из конкурсне документације. Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача добра или друго штампано издање издато од стране произвођача добра са навођењем интернет странице на којој се исто може пронаћи и које мора да садржи све техничке карактеристике добра која се нуде, а према захтеву Наручиоца.

За Наручиоца је прихватљиво да понуђач достави и изјаву произвођача или европског заступника да понуђено добро садржи све оне техничке карактеристике које се не могу наћи у приложеним каталозима, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним бројевима из табеле техничке спецификације.

Наручилац дозвољава да се у сврху доказивања тражених обавезних минималних техничких карактеристика понуђене опреме достави и извод (страница) из упутства за употребу понуђене опреме.

Наручилац истиче да изводи (странице) из упутства за употребу за понуђену опрему морају одговарати документацији која је достављена приликом регистрације у Агенцији за лекове и медицинска РС.

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача захтева накнадно достављање комплетног оригиналног документа на увид.

У приложеном каталогу произвођача, или другом штампаном издању издатом од стране произвођача или изјави произвођача, обавезно је означити редним бројем тражену карактеристику.

Уколико наручилац утврди да достављени каталог или друго штампано издање издато од стране произвођача или изјаву произвођача, садржи податке о понуђеним добрима, која нису у складу са захтевом Наручиоца, Наручилац ће такву понуду одбити као неодговарајућу.

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом из табеле техничке спецификације”

Уколико понуђач као доказ одређених техничких карактеристика достави изјаву произвођача а тражене карактеристике се могу наћи у брошурама и каталозима на званичном сајту произвођача да ли ће се, у случају одступања наведених података, као валидни прихватити подаци са званичних интернет страница произвођача или они наведени у изјави?

Друго заинтересовано лице са следећим питањима:

Увидом у конкурсну документацију за јавну набавку добара број ЈН 20/19 - Апарати за стерилизацију са извођењем радова на адаптацији простора са испоруком, инсталацијом И пуштањем у рад по систему “кључ у руке” у отвореном поступку, уочили смо поједине ставке којима се заправо врло јасно и недвосмислено фаворизује један понуђач на тржишту. Дакле, циљ не може бити ништа друго осим да једна фирма добије овај тендер, међутим, како то, нажалост, не може, није легално и у складу са важећим позитивноправним прописима, молимо Вас да измените конкурсну документацију у погледу ових услова, а све како остали потенцијални понуђачи не би морали на други, законом предвиђен начин, да заштите своја права.

Молимо Вас да нам одговорите да ли ћете, поступити у складу са члановима 10., 70. и 72. ЗЈН (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у односу на следеће захтеве техничке спецификације:

1. У минималним техничким захтевима наручиоца за аутоматски парни стерилизатор под редним бројем 1 стоји:

“Аутоматски парни стерилизатор са вертикално клизећим пнеуматски вратима израђеним од челика АИСИ 316Л или квалитетније”

Обзиром да сте у одговору број 1381-6, датума 23.05.2019. године навели да се за наведену карактеристику одлучили из сигурносних разлога, тачније, да се отварање врата може урадити “једноставним отпуштањем притиска” где у случају нестанка струје по стандарду ЕН 285 врата морају остати затворена ради сигурности оператера и сигурности материјала у комори док се не постигну безбедни услови, провером температуре и притиска у комори. Само подизање и спуштање врата је електричним мотором тише и смањује потрошњу енергије и трошкове одржавања, а такође у случају квара се могу отворити, отпуштањем притиска преко сигурносног вентила, уколико су услови безбедни за отварање.

Те ради безбедности оператера, уштеде у потрошњи електричне енергије, ергономије, смањења трошкова одржавања предлажемо да се ставка 1. мења и гласи: “Аутоматски парни стерилизатор са вертикално клизећим вратима израђеним од АИСИ 316Л нерђајућег челика или квалитетније”.

2. Апарати за стерилизацију (без плазма фазе).

Обзиром да се захтева нискотемпературни стерилизатор који као стерилант користи водоник пероксид, поставља се питање из ког разлога се захтева да уређај нема плазма фазу. Наиме, плазма фаза је само фаза претварања водоник пероксида у молекуле воде и кисеоника и као таква представља додатно осигурање са корисника. Обзиром да само један произвођач нуди такав стерилизатор, а начин разградње водоник пероксида не утиче на сам циклус стерилизације, мишљења смо да је ово још један дискриминишући захтев којим се, не водећи рачуна о квалитету добра који се набавља, ограничава конкуренција.

Предлажемо да се у наслову мења „БЕЗ ПЛАЗМА ФАЗЕ” и да гласи :

„Апарат за стерилизацију водоник пероксидом”.

Морамо још једном да напоменемо да овако постављеним горе наведеним захтевима знатно ограничавате потенцијалне понуђаче који нуде добра одговарајућег стандарда и квалитета да учествују у поступку што је супротности са Законом о јавним набавкама. Наведена минимална одступања ни на који начин не утичу на рад тражене опреме нити на квалитет самог процеса стерилизације, а са друге стране на тај начин Наручилац обезбеђује пуно поштовање начела из члана 10. ЗЈН ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

На основу члана 63. став 3, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, бр. 14/15 и 68/15) достављамо вам одговоре:

Одговор на питање првог заинтересованог лица:

1. Наручилац је у документацији прецизно дефинисао обавезе доказивања техничких карактеристика понуђених добара. Понуђачи су у обавези да доставе каталог произвођача на српском или енглеском језику са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим карактеристикама добра која нуди. Дозвољава се и достављање извода из каталога издатог од стране произвођача добра или друго штампано издање издато од стране произвођача добра са навођењем интернет странице на којој се исто може пронаћи. У случају да се на основу приложених каталога, фотографија, извода из каталога, интернет странице произвођача не могу утврдити све тражене карактеристике понуђеног добра наручилац ће прихватити и изјаву произвођача или европског заступника произвођача за податке који се у изнад наведеним доказима не могу наћи. У случају не слагања података у брошурама, каталозима или на званичном сајту произвођача и података у изјави произвођача као валидни ће се прихватити подаци из брошура, каталога и званичног сајта произвођача. Наручилац дозвољава да се у сврху доказивања тражених обавезних минималних техничких карактеристика понуђене опреме достави и извод (страница) из упутства за употребу понуђене опреме.

Наручилац истиче да изводи (странице) из упутства за употребу за понуђену опрему морају одговарати документацији која је достављена приликом регистрације у Агенцији за лекове и медицинска РС.

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача захтева накнадно достављање комплетног оригиналног документа на увид.

Одговори на питања другог заинтересованог лица:

1. Наручилац као установа терцијарног нивоа, је на основу вишедеценијског искуства у пружању здравствене заштите, као и на основу искуства својих запослених, који имају непосредни контакт са медицинским средством које је предмет набавке у овом поступку дефинисао минималне техничке карактеристике у складу са својим објективним потребама, с обзиром на делатност којом се бави и нивоом одговорности коју преузима вршећи стерилизацију за сва три института у Сремској Каменици. Дакле, водио је рачуна да задовољи потребе сва три института и пацијената који зависе од њих, као и сопственог особља које ради у немогућим условима. На основу искуства особља које ради у централној стерилизацији постављен је услов пнеуметског вертикалног отварања врата. Нестанком струје у апаратима који имају пнеуматски систем отварања/затварања врата неће доћи до аутоматског отварања врата па ни до угрожености оператера и материјала у комори. Наручилац се не може сложити са коментаром потенцијалног понуђача да врата са електричним мотором смањују потрошњу енергије и трошкове одржавања. Наручилац се већ у документу 1381-6 од 23.5.2019. изјашњавао по истом питању. Наручилац остаје остаје при свом захтеву.

2. Наручилац је у документу 1381-6 од 23.5.2019. у одговору на треће питање већ извршио додатно појашњење документације везано за ову тему.

Наручилац сматра да је примедба заинтересованог лица да је плазма фаза додатно осигурање за корисника паушална и неутемељена на научним доказима, нити потврђена у пракси.

Наручилац је конкурсном документацијом захтевао да понуђени апарати испуњавају интернационалне стандарде квалитета што сматра објективним предусловом за доказивање безбедности и сигурности стерилизатора у раду. Сматрамо да захтев није дискриминишући већ заснован на потреби Наручиоца да у свом раду примени уређаје најсавременије технологије и напредних техничких карактеристика. Наиме, уређаји без плазме фазе омогућавају скраћивање циклуса стерилизације из разлога што се разградња искоришћеног водоник пероксида на угљен диоксида и воду постиже без плазма фазе, која је неопходна код уређаја са другим технолошким решењима. Скраћење времена стерилизације је изузетно важно за корисника јер се на тај начин може убрзати процес рада и у току радног дана имати већи број циклуса стерилизације, чиме се постиже боља ефикасност особља и бржа доступност инструмената који се користе у узастопним хируршким интервенцијама.

Наручилац остаје остаје при свом захтеву.

Наведени одговори ће без одлагања бити објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ