



INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku
Red. br. JN-05/14
Broj: 874-1
Datum: 28.03.2014. godine
Sremska Kamenica

PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku JN-05/14 – Medicinski potrošni materijal

Dana 27.03.2014. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku medicinskog potrošnog materijala, u okviru kojeg je postavljeno sledeće pitanje:

1. Prema konkursnoj dokumentaciji za gore navedenu javnu nabavku u obrascu – PONUDA ZA MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL; PARTIJA 59 - ANTIBAKTERIJSKI I ANTIVIRUSNI FILTERI, stavka 2, između ostalog je navedeno i sledeće:

- "...ZADRŽAVANJE VLAGE MINIMUM 30 mg H₂O/l..."

Naše pitanje: Da li je prihvatljivo ako se ponudi filter kod koga je zadržavanje vlage minimum 30 mg H₂O/0.5l što odgovara zadržavanju vlage minimum 60mg H₂O/l?

Na osnovu člana 63. stav 3., a u vezi sa članom 62. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, dostavljamo odgovore na postavljeno pitanje:

1. Ne, nije prihvatljivo.

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, istovremeno se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:

Nevena Beljanski, član