



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put dr Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku

Red.br. JNOPOS-11/18

Broj: 792-4/18

Datum: 02.04.2018. godine

Sremska Kamenica

Komisija za javnu nabavku obrazovana rešenjem direktora IKVBV broj 792-3/18 od 19.03.2018. godine
sačinila je

**Dodatno pojašnjenje za javnu nabavku material za invazivnu kardiologiju
JNOPOS-11/18**

Primili smo dopis zainteresovanog lica kojim se zahteva dodatno pojašnjenje za javnu nabavku – materijal za invazivnu kardiologiju, JNOPOS-11/18 u okviru kojeg je postavljena sledeća pitanja:

U konkursnoj dokumentaciji se traži za partiju broj 2 DIJAGNOSTIČKI KATETERI minimalne tehničke karakteristike po zahtevu naručioca: "SIM-2 (mek vrh); 100cm, Fr6., fleksibilnost katetera: „supertorque plus“ ili odgovarajući” – kao poslednja u nizu stavki. Da li se prihvata ponuda ukoliko se umesto poslednje stavke nudi: "SON-2 (mek vrh); 100cm, Fr6., fleksibilnost katetera: „supertorque plus“ ili odgovarajući”?

Na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br.124/12, br.14/15 i 68/15) dostavljamo vam dodatne informacije/pojašnjenje na postavljena pitanja:

Konkursnom dokumentacijom je zahtevana konfiguracija krivine SIM-2 (Simmons/Sidewinder Technique ili odgovarajuće) koji se koristi u redovnom radu za karotide i kod odstupanja mamarije.

SON-2 konfiguracija krivine katetera nije zahtevana konkursnom dokumentacijom i ne koristimo je u redovnom radu.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU