



INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku

Red. br. JN-32/13

Broj: 1820-8

Datum: 25.06.2013. godine

Sremska Kamenica

Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) komisija za javnu nabavku JN-32/13 – oksigenatori, obrazovana rešenjem direktora broj 1820-1/13 od 03.06.2013. godine sačinila je

IZMENU I DOPUNU KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU JN-32/13 - OKSIGENATORI

I U Dodatnom pojašnjenju u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku JN-32/13 – oksigenatori broj 1820-6 od 20.06.2013. godine, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku, usled uočene tehničke greške, **menja se** odgovor iz alineje 3 - „priming volume“ (obim punjenja) do 250 ml, tako da isti sada glasi „priming volume“ (obim punjenja) **do 270 ml**.

II U delu konkursne dokumentacije 7) OBRAZAC PONUDE na strani broj 28/54, u opisu membranskog oksigenatora iz partije 1, u alineji 11 se iza reči „3 držača oksigenatora i arterijskog filtera“ dodaju reči „**na celokupnu količinu oksigenatora**“.

III U delu konkursne dokumentacije 7) OBRAZAC PONUDE na strani broj 29/54, u opisu membranskog oksigenatora iz partije 2, u alineji 11 se iza reči „2 držača oksigenatora i arterijskog filtera“ dodaju reči „**na celokupnu količinu oksigenatora**“.

IV Izmena i dopuna konkursne dokumentacije sa izmenjenim obrascem ponude će bez odlaganja biti objavljeni na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU

1. Dr Mikloš Fabri, predsednik
2. Endre Soboslai, član
3. Tatjana Nikitović, dipl.pr., član



PONUĐA br.: _____
Mesto izdavanja ponude: _____
Datum: _____
Rok važenja ponude izražen u broju dana od dana otvaranja ponude (ne može biti kraći od 30 dana): _____

PONUĐA ZA: JN-32/13 OKSIGENATORI, Partija br.1 - MEMBRANSKI OKSIGENATOR SA "COATING"-om UZ SET LINIJA ZA ODRASLE

Ponudjač:

Poslovno ime:			Matični broj:		
Adresa sedišta (ulica i broj):			Šifra delatnosti:		
Poštanski broj:	Grad:	Opština:	PIB:		
Telefon:	Fax:	Tekući račun:		Nosilac platnog prometa:	
Adresa za prijem elektronske pošte:			Podaci o podizvođaču i podaci o procentu ukupne vr. koji će poveriti podizvođaču, kao i deo predmetne nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:		
Podaci o grupi ponudjača:					
Internet stranica na kojoj su dokazi iz čl.77.ZJN javno dostupni (ukoliko se ne dostavljaju uz ponudu):					

Način davanja ponude (upisati): _____ amotalno; -sa podizvođačem; - grupa ponudjača (zajednička ponuda))

Partija 1	MEMBRANSKI OKSIGENATOR SA "COATING"-om UZ SET LINIJA ZA ODRASLE	POPUNJAVA PONUĐAČ						
R.br.	Naziv	Jedinica mere	Količina	Cena po JM bez PDV	Ukupna vrednost bez PDV-a	Komercijalni naziv	Originalno pakovanje	Proizvođač
1	Membranski oksigenator sa "coating"-om uz set linija za odrasle (prema nacrtu IKVBV Sr. Kamenica) treba da poseduje sledeće: - oblogu "coating" na membrani koja čini fiziološki kontakt između krvi i strane površine sa posledničnim protektivnim efektom na trombocite i pad pritiska preko membrane - osobinu biokompatibilnosti materijala (koja treba da ublaži kontakt između krvi i strane površine) - maksimalan transfer kiseonika - mogućnost optimalnog uklanjanja ugljen-dioksida - minimalan pad pritiska preko membrane - integrisani izmenjivač toplote sa visokim koeficijentom razmene - jednostavnost u rukovanju i bezbednost u radu - arterijski filter i "pre-bypass" filter u sastavu linija - odvojeno upakovan set linija za operativni sto od linija za pumpu - set linija sa arterijskim filterom i sa odgovarajućim sakerima, prema nacrtu ustanove. - 3 držača oksigenatora i arterijskog filtera na celokupnu količinu oksigenatora.	kom	1000					

Podaci o izvršenju usluge i načinu plaćanja:

Rok isporuke:
Mesto isporuke:
Način i rok plaćanja:
Referenca:
Posebne napomene:

Ukupno bez PDV-a	
PDV:	
UKUPNO sa PDV-om:	
Slovima:	
Potpis i pečat:	

PONUDA br.: _____
Mesto izdavanja ponude: _____
Datum: _____
Rok važenja ponude izražen u broju dana od dana otvaranja ponude (ne može biti kraći od 30 dana): _____

PONUDA ZA: JN-32/13 OKSIGENATORI, Partija br.2 - MEMBRANSKI OKSIGENATOR SA "COATING"-om UZ SET LINIJA ZA ODRASLE SA MALOM TELESNOM POVRŠINOM

Ponudlač:

Poslovno ime:	Matični broj:		
Adresa sedišta (ulica i broj):	Šifra delatnosti:		
Poštanski broj:	Grad:	Opština:	PIB:
Telefon:	Fax:	Tekući račun:	
Adresa za prijem elektronske pošte:			Nosilac platnog prometa:
Podaci o podizvođaču i podaci o procentu ukupne vr. koji će poveriti podizvođaču, kao i deo predmetne nabavke koji će izvršiti preko podizvođača:			
Podaci o grupi ponudča:			
Internet stranica na kojoj su dokazi iz čl.77.ZJN javno dostupni (ukoliko se ne dostavljaju uz ponudu):			

Način davanja ponude (upisati): _____ samostalno; -sa podizvođačem; - grupa ponudča (zajednička ponuda))

Partija 2	MEMBRANSKI OKSIGENATOR SA "COATING"-om UZ SET LINIJA ZA ODRASLE SA MALOM TELESNOM POVRŠINOM	POPUNJAVA PONUDLAČ						
R.br.	Naziv	Jedinica mere	Količina	Cena po JM bez PDV	Ukupna vrednost bez PDV-a	Komercijalni naziv	Originalno pakovanje	Proizvođač
1	Membranski oksigenator sa "coating"-om za odrasle osobe sa malom telesnom površinom uz set linija za odrasle osobe (prema nacrtu IKVBV Sr. Kamenica) treba da poseduje sledeće: - oblogu "coating" na membrani koja čini fiziološki kontakt između krvi i strane površine sa posledničnim protektivnim efektom na trombocite i pad pritiska preko membrane - osobinu biokompatibilnosti materijala (koja treba da ublaži kontakt između krvi i strane površine) - maksimalan transfer kiseonika - mogućnost optimalnog uklanjanja ugljen-dioksida - minimalan pad pritiska preko membrane - integrisani izmenjivač toplote sa visokim koeficijentom razmene - jednostavnost u rukovanju i bezbednost u radu - arterijski filter i "pre-bypass" filter u sastavu linija - odvojeno upakovan set linija za operativni sto od linija za pumpu - set linija sa arterijskim filterom i sa odgovarajućim sakerima, prema nacrtu ustanove. - 2 držača oksigenatora i arterijskog filtera na celokupnu količinu oksigenatora. - oksigenator mora da podržava protok do 7 l/m sa površinom 1.5 m2	kom	300					

Podaci o izvršenju usluge i načinu plaćanja:

Rok isporuke:
Mesto isporuke:
Način i rok plaćanja:
Referenca:
Posebne napomene:

Ukupno bez PDV-a

PDV:

UKUPNO sa PDV-om:

Slovima:

Potpis i pečat: