



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ  
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА  
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Ред. бр. ЈН-15/17  
Број: 1644-8  
Датум: 23.6.2017.  
Сремска Каменица

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 1644-7 од 23.6.2017. године, директор Института за кардиоваскуларне болести Војводине донео је

## ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА Ред. бр. ЈН-15/17 – Ехокардиографски апарати

Уговор о јавној набавци добара – ЈН-15/17 – Ехокардиографски апарати, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и порталу „Службеног гласника РС“, дана 12.5.2017. године, додељује се следећем понуђачу:

**MD Imaging доо Београд, Алексе Ненадовића 1**  
Понуђач је понуду поднео самостално.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења исте.

### Образложење

Наручилац је дана 11.5.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара број 1644.

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и порталу „Службеног гласника РС“ дана 12.5.2017. године. Наручилац је продужио рок за подношење понуда дана 5.6.2017. године

Благовремено, тј. до дана 15.6.2017. године до 08:00 часова, примљено је укупно 2 понуде од следећих понуђача:

Ред. број	Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача, односно шифра понуђача	Датум пријема	Сат
1	2017	Друштво за унутрашњу и спољну трговину и услуге MD Imaging доо Београд Алексе Ненадовића 1	14.6.2017	8:50ч
2	2018	Друштво за спољну и унутрашњу трговину Medicom доо Шабац Поцерска 3	14.6.2017	10:00ч

Неблаговремених понуда нема.

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда и сачинила Записник о отварању понуда број 1644-6 дана 15.6.2017. године и сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда број 1644-7 од 23.6.2017. године.

У извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

**1.Предмет јавне набавке:**

Предмет јавне набавке су добра – Ехокардиографски апарати.

Ознака и назив из Општег речника набавки: 3310000 - медицинска опрема, 33112340 – Ехокардиограф.

**2.Процењена вредност јавне набавке:**

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 9.125.000,00 динара без пдв-а.

**3.Основни подаци о понуђачима:**

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Пословно име:	Друштво за унутрашњу и спољну трговину и услуге MD Imaging доо Београд, Алексе Ненадовића 1
Седиште:	Београд
Матични број:	17072579
ПИБ:	101977279
Законски заступник:	Драгољуб Златановић

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	
Пословно име:	Друштво за спољну и унутрашњу трговину Medicom доо Шабац, Поцерска 3
Седиште:	Шабац
Матични број:	07595166
ПИБ:	100126308
Законски заступник:	Предраг Василић

**4.Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:**

**1. Понуда Medicom доо Шабац:**

бр. понуда 1676 од 13.6.2017.г., заведена код наручиоца под бројем 2018 од 16.6.2017.г.:

- Понуђена цена 5.000.000,00 динара без пдв-а.
- Понуда је дата: *самостално/са подизвођачем/група понуђача* – није уписано
- Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.
- Рок испоруке: 60 дана од пријема захтева наручиоца.
- Место испоруке: *фсо магацин купца*
- Рок плаћања: 60 дана од дана потписивања уговора
- Гарантни рок: 24 месеци
- Пост-продајно сервисирање: 7 година.
- Одзив на сервисну интервенцију у гарантном року: није уписано

Понуђено добро:

Назив	Јединица мере	Количина	Цена по ЈМ без пдв-а	Укупна вредност без пдв-а	Комерцијални назив	Произвођач
Ехокардиографски апарат	ком	2	2.500.000,00	5.000.000,00	није уписано	није уписано

- Уз понуду су приложени следећи обрасци: изјава о независној понуди, образац трошкова припреме понуда без уписаних трошкова, образац структуре понуђене цене, образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН,

- Уз понуду нису приложени: каталог медицинског средства, модел уговора, решење АЛИМС-а понуђеног добра и образац – изјава да су понуђена добра регистрована код надлежног органа за регистрацију медицинских средстава, нису достављени докази о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке нити је наведено у обрасцу понуде да је Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код АПР-а, није достављена попуњена табела техничке спецификације из 2.1. конкурсне документације као и оригинална изјава произвођача опреме или изјава инозаступника произвођача за Европу да ће исти најмање пет година, након истека гарантног рока, обезбедити сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца) на територији Републике Србије.

**Из свега горе неведеног, понуда се одбија као неприхватљива из разлога битних недостатака понуде из члана 106. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).**

**5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: /**

**6. Начин примене методологије оцене понуда:**

Одлука о додели уговора о јавној набавци ехокардиографски апарати – ЈН-15/17 донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“

Понуде ће се вредновати према следећим елементима критеријума:

1. Понуђена цена ..... 70 пондера макс.

2. Квалитет ..... 30 пондера макс.

Укупан број бодова (пондера) =  $P_c(1) + K(2) = 100$  пондера

1. Елемент критеријума понуђена цена, пондер **Пц (1)**, биће додељиван на следећи начин:

Понуђач који понуди најнижу цену добиће максималан број бодова (**70 пондера**).

Понуде осталих понуђача одређиваће се према формули:

**$P_c(1) = \text{минимално понуђена цена} / \text{понуђена цена посматраног понуђача} * 70$**

2. Елемент критеријума квалитет **К(2)**, биће додељиван на следећи начин:

**2.1** “Full HD LCD touch screen монитор високе резолуције минимум 15.5”, wide screen формата, минималне резолуције 1920x1080 пиксела са сигурносним механизмом закључавања при транспорту и могућношћу подешавања различитих позиција и углова ради оптимизација рада.”

- Укључено у понуду, понуђени медицински уређај поседује дефинисано = 10 пондера

- Није укључено у понуду, понуђени медицински уређај не поседује дефинисано = 0 пондера

**2.2** “Систем омогућава истовремени приказ два или три независна пресека (равни), које се могу слободно ротирати у Б (2Д) моду, CFM и TVI моду са 4Д трансезофагијалном сондом: Bi-plane и Tri-plane мод”

- Укључено у понуду, понуђени медицински уређај поседује дефинисано = 10 пондера

- Није укључено у понуду, понуђени медицински уређај не поседује дефинисано = 0 Пондера

**2.3** Да понуђено добро поседује унутар Трансторакална 2Д матрична кардиолошка (секторска) сонда (код које се кристали налазе у више редова и омогућава фокусирање у једну тачку) фреквентног опсега од 1.5-4,5 МХз или шире, технолошка решења којима се:

а) побољшава хлађење кристала сонде што омогућава коришћење веће снаге, чиме се побољшава пенетрација и омогућава приказ структура на већим дубинама

б) прикупља расипна енергија, комбинује се са корисном енергијом за формирање ултразвучне слике, чиме се побољшава осетљивост сонде - XDClear

- Укључено у понуду, понуђени медицински уређај поседује дефинисано = 10 пондера

- Није укључено у понуду, понуђени медицински уређај не поседује дефинисано = 0 пондера

**K(2) = 2.1 + 2.2 + 2.3 = 30 пондера максимално.**

Комисија за јавну набавку сачинила је ранг листу понуђача који су доставили прихватљиве понуде:

**1. MD Imaging доо Београд, Алексе Ненадовића 1**

бр. понуде 49/2017 од 22.5.2017.г., заведена код наручиоца под бројем 2017 од 14.6.2017.г.:

- Понуђена цена 9.100.000,00 динара без пдв-а

- Понуда: самостална

- Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

- Рок испоруке добара: 60 дана од закључења уговора

- Место испоруке: у просторије Наручиоца

- Рок плаћања: 7 дана од да испостављања фактуре

- Гарантни рок: 24 месеца од дана стављања робе у функцију

- Пост-продајно сервисирање: мин. 5 година од истека гарантног рока

- Одзив на сервисне интервенције у гарантном року: максимално 24 часа од пријема позива од стране Наручиоца

Понуђено добро:

Назив	Јединица мере	Количина	Цена по JM без пдв-а	Укупна вредност без пдв-а	Комерцијални назив	Произвођач
Ехокардиографски апарат	ком	2	4.550.000,00	9.100.000,00	Vivid Iq	GE Medical Systems (China) Co. Ltd

Уз понуду је приложено АЛИМС решење број 515-02-00046-17-001 од 6.4.2017.г. Модел: Vivid Iq са роком важности 31.7.2021.г.

Носилац решења је предузеће MD Imaging доо Београд.

Произвођач понуђених добара је: GE Medical Systems (China) Co. Ltd., No. 19, Changjiang Road, Wuxi National Hi-Tech Dev. Zone, 214028, Jiangsu Kina

Производно место: GE Medical Systems (China) Co. Ltd., No. 19, Changjiang Road, Wuxi National Hi-Tech Dev. Zone, 214028, Jiangsu Kina

Током вршења стручне оцене понуде, Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке, у складу са чланом 93. став 1 ЗЈН, се дана 19.6.2017. године, писаним путем обратила понуђачу са захтевом да достави додатно појашњење своје понуде, тако што ће се у остављеном року од три дана од пријема захтева Комисије изјаснити - дати јасна и недвосмислена појашњења на околност техничких спецификација датих у понуди, тј. на тачку 13. техничке спецификације - модови рада, где је захтевана функционална карактеристика - 13.6 „Power Doppler“, где је као доказ да понуђено добро испуњава захтевану карактеристику у каталогу понуђеног добра, достављеног уз понуду, на страници 2 од 16, обележена карактеристика „2D angio flow“ - 13.6, а поред је дописано хемијском оловком у заградама „(Power Doppler)“. Као доказ Комисија је захтевала да понуђач достави изјаву произвођача опреме.

Понуђач је благовремено, у остављеном року, Комисији доставио одговор, тако што је као доказ на тражену околност доставио изјаву произвођача опреме из које је комисија на недвосмислен начин утврдила да понуђено добро у свему одговара техничким спецификацијама захтеваним у конкурсној документацији за ставку 13.6.

Оцењивање понуда:

Оцењивање понуда:

Понуђач: MD Imaging доо Београд, Алексе Ненадовића 1		
1. Елеменат критеријума: Пц(1) понуђена цена 0-70 пондера		
Вредност понуде која се оцењује	9.100.000,00	
Најнижа вредност прихватљивих понуда	9.100.000,00	
Број пондера Пц(1) = минимално понуђена цена / понуђена цена посматраног понуђача * 70	70 пондера	
2. Елеменат критеријума: К(2) квалитет 0-30 пондера максимално		
Критеријум	Укључено у понуду	Број пондера
2.1. "Full HD LCD touch screen монитор високе резолуције минимум 15.5", wide screen формата, минималне резолуције 1920x1080 пиксела са сигурносним механизмом закључавања при транспорту и могућношћу подешавања различитих позиција и углова ради оптимизација рада."	да	10
2.2. "Систем омогућава истовремени приказ два или три независна пресека (равни), које се могу слободно ротирати у Б (2Д) моду, CFM и TVI моду са 4Д трансезофагијалном сондом: Bi-plane и Tri-plane мод"	да	10
2.3. Да понуђено добро поседује унутар Трансторакална 2Д матрична кардиолошка (секторска) сонда (код које се кристали налазе у више редова и омогућава фокусирање у једну тачку) фреквентног опсега од 1.5-4,5 МХз или шире, технолошка решења којима се: а) побољшава хлађење кристала сонде што омогућава коришћење веће снаге, чиме се побољшава пенетрација и омогућава приказ структура на већим дубинама б) прикупља расипна енергија, комбинује се са корисном енергијом за формирање ултразвучне слике, чиме се побољшава осетљивост сонде - XDClear	да	10
Број пондера К(2) =2.1 + 2.2 + 2.3 = 30 пондера максимално	30 пондера	
Укупан број бодова (пондера) = Пц(1) + К(2)	100	

**7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач:**

Комисија констатује да је у поступку јавне набавке добара – ЈН-15/17 – Ехокардиографски апарати, најповољнију понуду дао следећи понуђач:

MD Imaging доо Београд, Алексе Ненадовића 1

Понуђач је понуду поднео самостално.

Овлашћено лице Наручиоца је на основу овлашћења из члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама прихватило предлог Комисије и донело одлуку као у диспозитиву.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. тачка 5 ЗЈН у износу од 120.000,00 динара, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права.

Доставити:

1. Архиви

**ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА**

  
  
**Проф. др Александар Рецек**