



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI  
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**  
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica  
REPUBLIKA SRBIJA  
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



JH-48/16  
Број: 3984-5  
Датум: 02.12.2016.  
Ср. Каменица

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку бр. ЈН-48/16 – Хируршки шавни материјал**

Дана 29.11.2016. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН-48/16 – Хируршки шавни материјал, у оквиру којег је тражено следеће појашњење:

“ U delu 2) konkursne dokumentacije - Vrsta, tehnicke karakteristike (specifikacije), kvalitet, kolicina i opis dobara, radova ili usluga, nacin sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.; за партију број 17 - Zica за sternum, trazena dužina игле је 48 mm.

1. Da li је за narucioca prihvatljiva dužina игле 50 mm?
2. Da li је за narucioca prihvatljivo pakovanje od 4 zice u foliji за партију 17?”

**На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо појашњење:**

1. Наручилац неће прихватити дужину игле од 50 мм за партију бр.17 – Жице за стернум.
2. Да, прихватљиво је.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

**Комисија за јавну набавку**