



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Red. br. JN-23/16
Broj: 2485-8
Datum: 18.07.2016

PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku br. JN-23/16 – Medicinski potrošni materijal

Dana 14.07.2016. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku JN-23/16 – Medicinski potrošni materijal, u okviru kojeg je postavljeno sledeće pitanje za partiju br. 6 – PVC navlake za dušeke:

„Postovani,
mala sugestija vezano za izmenu konkursne dokumentacije - Partija 6 - PVC navlake za dušeke.
Stavljanjem cibzara povećava se opasnost od mikrobioloske kontaminacije navlake.
Pamucni materijal cibzara (ili poliester materijal) pogodna je podloga za razvoj bakterija i virusa i po EU standardu se izbegava.
U tom smislu - kod navlake je najbitnije da kompletna površina može da se lako opere alkoholom 70% i da na taj način bude dezinfikovana.
Kod rajsferslusa postoji opasnost zadržavanja i razvoja bakterija i virusa i zato je preporuka da se ne stavlja.
Iz istog razloga se materijal spaja sa unutrašnje strane kako bi spojevi bili bezbedni.
Kompletna spoljasnja površina navlake treba da bude u PVC materijalu i pogodna za 100% dezinfekciju kako kontaminacija sa navlake ne bi presla na pacijenta.“

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, br. 14/15 i 68/15), dostavljamo odgovor na postavljeno pitanje:

Naručilac ostaje pri izmeni konkursne dokumentacije.

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.



Komisija za javnu nabavku

Žarko Jovović, član