



INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE
BOLESTI VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



JN-03/15
Broj: 420-1
Datum: 23.02.2015.
Sr. Kamenica

Komisija za javnu nabavku obrazovana rešenjem direktora IKVBV broj 307-1/14 od 06.02.2014. godine sačinila je

DODATNO POJAŠNJENJE ZA JAVNU NABAVKU LABORATORIJSKI REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL JN-03/15

Dana 20.02.2015. godine primili smo dopis zainteresovanog lica kojim se zahteva dodatno pojašnjenje za javnu nabavku – Laboratorijski reagensi i potrošni materijal, JN-03/15 u okviru kojeg je postavljeno sledeće pitanje:

„Poštovani,

Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama date dodatna pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku dobara - Laboratorijski reagensi i potrošni materijal, JNOP-03/15, za partiju 20: Vakum epruvete za uzorkovanje krvi:

1. Stavka 3 definisana je ka “zatvoreni system za koagulaciju (1,8ml)”

Molimo Vas da pojasnite da li se pod ovim opisom misli na vakum epruvete za koagulaciju sa “duplim zidom”?

Objašnjenje: Epruvete sa “duplim zidom” podrazumevaju dve epruvete, jednu u drugoj, koje su izrađene od različitih vrsta plastike.


- Spoljašnja epruveta je izrađena od plastike koja ne propušta vazduh i time se sprečava gubitak vakuuma
- Plastika unutrašnje epruvete (polipropilen) ne dozvoljava isparavanje antikoagulansa, tečnog 3,2% Na-citrata. Površinske karakteristike polipropilena ga čine idealnim za uzorkovanje krvi pacijenata kod kojih se zahteva određivanje osetljivih parametara koagulacije (polipropilen je optimum za inhibiciju aktivnosti trombocita).
- Zajedničkim delovanjem obe epruvete postiže se konstantan odnos krvi i antikoagulansa (9+1) koji je ključan za pravilan rezultat svih koagulacionih parametara.

Na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br.124/12) dostavljamo vam dodatne informacije/pojašnjenje na postavljeno pitanje:

1. Ne, nije neophodno da epruvete imaju „dupli zid“.

Navedeno dodatno pojašnjenje će bez odlaganja biti poslato zainteresovanom licu, objavljeno na Portalu javnih nabavki i na Internet stranici naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:


Branko Labus, službenik za javne nabavke, član

