



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE  
BOLESTI VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**  
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica  
REPUBLIKA SRBIJA  
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Red.br. JN-33/16  
Broj: 3432-8/16  
Datum: 15.11.2016  
Sremska Kamenica

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12, 14/15 i 68/15) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 3432-7/16 od 15.11.2016. godine, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine doneo je

## **ODLUKU O DODELI UGOVORA Red. br. JN-33/16**

**I DODELJUJE** se ugovor o javnoj nabavci JN- 33/16 – materijal za invazivnu kardiologiju, oblikovanoj po partijama od 1 do 26, po Javnom pozivu objavljenom na Portalu javnih nabavki 05.10.2016; Internet stranici Naručioca i Portalu „Službenog glasnika RS“:

**Partija 1 arterijski uvodnici i njihovi obturatori**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 2 dijagnostički kateteri**

Stiga d.o.o. Bolmanska 8, Novi Sad

**Partija 3 dijagnostički radialni kateter za desnu i levu koronarografiju – (mek vrh) – Fr5. i Fr6.**

Ecotrade BG d.o.o. Strahinjića Bana 3, Niš

**Partija 4 koronarni guiding kateteri**

Stiga d.o.o. Bolmanska 8, Novi Sad

**Partija 5 koronarni guiding kateteri sa posebnom retrogradnom podrškom**

Vicor d.o.o. Goce Delčeva 42, Beograd

**Partija 06: device za mehaničku hemostazu A. Femoralis putem kompresivnog jastučeta**

Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

**Partija 07: udloga za hemostazu a.radialis**

Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

**Partija 8 SET za a. RADIALIS sa IGLOM**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 9 ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za PTCA – FLOPI (hidrofilne)**

Hermes system d.o.o. Gospodar Jevremova 1, Beograd

**Partija 10 ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za PTCA – FLOPI mek vrh (hidrofilne)**

Ecotrade BG d.o.o. Strahinjića Bana 3, Niš

**Partija 11 žičani vodič – 0.014 inca 180cm - za PTCA – sa hidrofilnom oblogom, atraumatskim vrhom, dva i više kompozitna jezgra**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 12 ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za TEŠKE TORTUOZNE LEZIJE (mek vrh, veliki support)**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 13 ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za - i Tortuozne lezije i CTO**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 14 koronarni žičani vodič 0.010/0.014" sa taper vrhom od platine presvučen polimer oblogom preko jezgra 40cm, hidrofilna, za tretman kompleksnih lezija, dužine 190cm**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 15 žice za funkcionalno ispitivanje koronarne stenozе - bežična konekcija sa aparatom**

Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

**Partija 16 kateter za optičko snimanje koronarnih arterija**

Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

**Partija 17 PUNKCIJSKE IGLE (7cm; 18G; 0.038) – za a. femoralis**

Austro line d.o.o. Tolstojeva 20a Beograd

**Partija 18 Igle za a. radialis (40mm; 20g; 0,018-0,025)**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 19 žičani vodič – gajd - 0,035 - "J" – 180 cm**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 20 žičani vodič – gajd - 0,038 "J" – 260 cm**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 22 - manifold 3 port – trokraka slavina**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 23 medflator set**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 24 produžne cevi za kontrast 50-60 cm otporne na pritisak**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 25 cevi za merenje pritiska 150-155cm**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 26 materijal za Acist pumpu**

Mark Medical d.o.o. Sanje Živanovića 42, Beograd

II Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici u roku od tri dana od dana donošenja.

## Obrazloženje

Prethodno obaveštenje Materijal za invazivnu kardiologiju 2016. objavljeno je 04.01.2016.g. na Portalu javnih nabavki, Portalu Sl. Glasnika R.S i bazi propisa i internet stranici naručioca.

Naručilac je dana 3.10.2016.g. doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke broj: JN-33/16.

Poziv za podnošenje ponuda objavljen je na Portalu javnih nabavki 05.10.2016, internet stranici naručioca i Portalu „Službenog glasnika RS”, a .

Nakon sprovedenog otvaranja ponuda 21.10.2016.g.i sačinjavanja Zapisnika o otvaranju ponuda broj: 3432-5/16, Komisija za javnu nabavku je pristupila stručnoj oceni ponuda.

U izveštaju u stručnoj oceni ponuda konstatovano je sledeće:

### **1. Predmet javne nabavke:**

Predmet javne nabavke je nabavka materijal za invazivnu kardiologiju JN-33/16 oblikovane po partijama od 1 do 26.

### **2. Procenjena vrednost javne nabavke ukupno i posebno za svaku partiju:**

Procenjena vrednost javne nabavke, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, iznosi **30.830.114,40** i to po partijama:

Br. partije	vrednost bez pdv
Partija br.1	435.800,00
Partija br.2	1.049.750,00
Partija br.3	1.533.000,00
Partija br.4	2.654.400,00
Partija br.5	2.654.400,00
Partija br.6	75.000,00
Partija br.7	115.500,00
Partija br.8	2.800.000,00

Partija br.9	2.838.000,00
Partija br.10	2.709.000,00
Partija br.11	365.000,00
Partija br.12	1.656.000,00
Partija br.13	345.000,00
Partija br.14	132.000,00
Partija br.15	1.200.000,00
Partija br.16	1.680.000,00
Partija br.17	16.800,00
Partija br.18	124.250,00

Partija br.19	1.196.000,00
Partija br.20	63.840,00
Partija br.21	193.600,00
Partija br.22	287.000,00
Partija br.23	2.040.224,40
Partija br.24	877.500,00
Partija br.25	540.000,00
Partija br.26	3.248.050,00

### **3) osnovni podaci o ponuđačima:**

U javnoj nabavci JN-33/16 – materijal za invazivnu kardiologiju ponudu su podneli sledećih 10 ponuđača:

Broj pod kojim je ponuda zavedena	Naziv ponuđača	Matični broj	PIB	Opština
3658	Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd	17164023	100205444	Beograd-Voždovac
Ponuđač je ponudu podneo samostalno, za partije broj: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Rok važenja ponude: 60 dana. Ponuđač se nalazi u registru ponuđača. Ponuđač nije iskazao troškove pripreme ponude za jn-33/16.				

3669	Hermes system d.o.o. Gospodar Jevremova 1, Beograd	20063238	103965212	Beograd – Stari Grad
Ponuđač je ponudu podneo samostalno, za partije broj: 9, 10, 12, 13. Rok važenja ponude: 65 dana. Ponuđač se nalazi u registru ponuđača. Ponuđač nije iskazao troškove pripreme ponude za jn-33/16.				

3675	Mark Medical d.o.o. Sanje Živanovića 42, Beograd	17155547	102009695	Beograd-Savski venac
Ponudjač je ponudu podneo samostalno, za partiju broj: 26 Rok važenja ponude: 60 dana. Ponudjač se nalazi u registru ponudjača. Ponudjač nije iskazao troškove pripreme ponude za jn-33/16.				
3676 3676-1	Austro line d.o.o. Tolstojeva 20a, Beograd	17240323	102009324	Beograd-Savski Venac
Ponudjač je ponudu podneo samostalno, za partiju broj: 3, 8, 17, 19, 20 Rok važenja ponude: 60 dana. Ponudjač se nalazi u registru ponudjača. Ponudjač je iskazao troškove pripreme ponude za jn-33/16 u iznosu od 16.731 din sa pdv.				
3677	Bimed d.o.o. Sazonova 3, Beograd	17400649	100120831	Beograd-Vračar
Ponudjač je ponudu podneo samostalno, za partije broj: 1, 4, 5 Rok važenja ponude: 65 dana. Ponudjač se nalazi u registru ponudjača. Ponudjač nije iskazao troškove pripreme ponude za jn-33/16.				
3693	Ecotrade BG do.o.o. Strahinjica Bana 3, Niš	17121189	100336710	Niš - Mediana
Ponudjač je ponudu podneo samostalno, za partije broj: 3, 8, 9, 10, 21 Rok važenja ponude: 65 dana. Ponudjač se nalazi u registru ponudjača. Ponudjač nije iskazao troškove pripreme ponude za jn-33/16.				
3695	Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd	17174967	100047296	Beograd-Novi Beograd
Ponudjač je ponudu podneo samostalno, za partije broj: 6, 7, 15, 16. Rok važenja ponude: 60 dana. Ponudjač se nalazi u registru ponudjača. Ponudjač nije iskazao troškove pripreme ponude za jn-33/16.				
3696	Vicor d.o.o. Goce Delčeva 42, Beograd	07738412	100134880	Beograd-Novi Beograd
Ponudjač je ponudu podneo samostalno, za partije broj: 4, 5 Rok važenja ponude: 65 dana. Ponudjač se nalazi u registru ponudjača. Ponudjač nije iskazao troškove pripreme ponude za jn-33/16.				
3697	Stars medical d.o.o. Kumodraška 253, Beograd	21065056	108774907	Beograd- Voždovac
Ponudjač je ponudu podneo samostalno, za partije broj: 19, 23 Rok važenja ponude: 70 dana. Ponudjač se nalazi u registru ponudjača. Ponudjač nije iskazao troškove pripreme ponude za jn-33/16.				
3698 3698-1	Stiga d.o.o. Bolmanska 8, Novi Sad	08180598	100239277	Novi Sad – grad
Ponudjač je ponudu podneo samostalno, za partije broj: 2, 4, 5. Rok važenja ponude: 65 dana. Ponudjač se nalazi u registru ponudjača. Ponudjač nije iskazao troškove pripreme ponude za jn-33/16.				

Broj ponuda po partijama:

Br. partije	Broj ponuda	Partija br.6	1	Partija br.13	2	Partija br.20	2
		Partija br.7	2	Partija br.14	1	Partija br.21	1
Partija br.1	2	Partija br.8	3	Partija br.15	1	Partija br.22	1
Partija br.2	1	Partija br.9	3	Partija br.16	1	Partija br.23	2
Partija br.3	2	Partija br.10	3	Partija br.17	2	Partija br.24	1
Partija br.4	3	Partija br.11	1	Partija br.18	1	Partija br.25	1
Partija br.5	3	Partija br.12	2	Partija br.19	3	Partija br.26	1

**8) Ponude koje su odbijene, razloge za njihovo odbijanje i ponuđena cena tih ponuda:**

**a. kao neodgovarajuća odbijena je ponuda ponuđača:**

Naziv ili šifra ponuđača	Broj partije, naziv partije	Obrazloženje
Austro line d.o.o. Tolstojeva 20a, Beograd	Partija br. 3: dijagnostički radialni kateter za desnu i levu koronarografiju – (mek vrh) – fr5.	<p>Ponuđeno dobro: Kimal: Angioflow  Konfiguracija: tig24: K5J100/TIG24; rad: K5J100/Rad  Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije: K5J100RAD  Konkursnom dokumentacijom je zahtevan: dijagnostički radialni kateter za desnu i levu koronarografiju – (mek vrh) Fr5: Tiger I ili odgovarajući -Vizuelnim upoređivanjem komisija je konstatovala da dostavljen uzorak konfiguracije K5J100RAD, po konfiguraciji krivine nije odgovarajući zahtevanoj konfiguraciji: „Tiger I ili odgovarajući”.</p> <p>-Prilikom oblikovanja partije broj 3 naručilac je, u skladu sa član 72 stav 4 ZJN, iskoristio mogućnosti da može navesti element poput robnog znaka praćen rečima „ili odgovarajuće”. Takvo pominjanje odnosi se na sve informacije o tom proizvodu, sa željom da potencijalni ponuđači dobiju što više informacija o potrebnom dobru, ali da se time ne eliminišu sva ona odgovarajuća dobra ostalih proizvođača.</p> <p>Shodno tome, nakon vizuelnog upoređivanja, u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije izvršena je probno korišćenje dostavljenih uzoraka na mestu primene, direktno na pacijentu. Tokom probne primene vršena je i direktna komparacija sa postojećim materijalom koji se koristi na IKVBV I konstatovano da ponuđeno dobro nije odgovarajuće zahtevanom u probnom radu zbog: otežane kanulacije leve koronarne arterije te se mora zameniti drugim kateterom.</p> <p>Iz gore navedenog, komisija konstatuje da je ponuda ponuđača Austro line d.o.o. Tolstojeva 20a, Beograd partiju broj 3 neodgovarajuća u smislu člana 3. stav. 1, tačka 32 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).</p> <p>Ponuđena cena: 1.260.000,00</p>
Vicor d.o.o. Goce Delčeva 42, Beograd	Partija br. 4: koronarni guiding kateteri	<p>Ponuda ne zadovoljava sve zahtevane nužne konfiguracije krivina iz tehničke specifikacije (<i>obrazac minimalnih tehničkih karakteristika po zahtevu naručioca za partiju broj 4: guiding kateteri</i>) i to:</p> <p>- Fr.6: konfiguracija krivine Multipurpose 2</p> <p>Iz gore navedenog, komisija konstatuje da je ponuda ponuđača Vicor d.o.o. Goce Delčeva 42, Beograd za partiju broj 4 neodgovarajuća u smislu člana 3. stav. 1, tačka 32 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).</p> <p>Ponuđeno dobro: Pendra Care: Convey Guide Catheters  Ponuđena cena: 2.643.200,00 Din</p>

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd	Partija br. 7: udlaga za hemostazu a.radialis	<p>Zahtevana je udlaga za hemostazu a. radialis. a ponuđeno je rotirajuće sredstvo za vaskularnu kompresiju arterije radialis.</p> <p>Iz gore navedenog, komisija konstatuje da je ponuda ponuđača Aptus d.o.o.Radomira Markovića 43, Beograd za partiju broj 7 neodgovarajuća u smislu člana 3. stav. 1, tačka 32 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).</p> <p>Ponuđeno dobro: Merit Medical: Finale Ponuđena cena: 115.500,00</p>
Stars medical d.o.o. Kumodraška 253, Beograd	Partija br. 19: žičani vodič – gajd - 0,035 - “J” – 180 cm	<p>Ponuđeno dobro: SP Medical A/S: Accoat Guide Wire konfiguracija: j3-c-035-180 Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije: j3-c-035-180</p> <p>-U skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije izvršena je probno korišćenje dostavljenih uzoraka na mestu primene, direktno na pacijentu i direktna komparacija sa postojećim materijalom koji se koristi na IKVBV.</p> <p>Tokom probnog korišćenja su utvrđeni određeni nedostaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-lako se „lome” - posle uvođenja u asc. Aortu ostala je krivina na gajdu od oslonca na krivini između aorte i trunkusa brachio cephalicasa;</li> <li>-Lošija upravljivost;</li> <li>-Krivina J je dosta otvorenija;</li> <li>-Lošija manipulacija – Kada se navlači kateter na gajd oseća se otpor.</li> </ul> <p>Ponuda ponuđača Stars medical d.o.o.Kumodraška 253, Beograd za partiju broj 19 se odbija kao neodgovarajuća u smislu člana 3. stav. 1, tačka 32 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u skladu sa 2.2.6 (strana 8) konkursne dokumentacije: Kod primene uzoraka utvrđeni su određeni nedostaci koji utiču na sigurnost, kvalitet i brzinu izvođenja procedura - na način kako se one vrše u IKVBV.</p> <p>Ponuđena cena: 1.025.700,00</p>

**b. kao neprihvatljive odbijene su sve ponude koje su preko procenjene cene i to:**

Naziv ili šifra ponuđača	Broj partije, naziv partije	Ponuđena cena	Procenjena cena
Austro Line d.o.o. Tolstojeva 20a, Beograd	partija broj 8 SET za a. Radialis sa IGLOM	3.458.000,00	2.800.000,00
Hermes system d.o.o. Gospodar Jevremova 1, Beograd	Partija br. 10: žičani vodič – 0.014 inca 170 – 195 cm - za PTCA – FLOPI mek vrh (hidrofilne)	2.967.000,00	2.709.000,00
Austro Line d.o.o. Tolstojeva 20a, Beograd	Partija br. 20: žičani vodič – gajd - 0,038 “J” – 260 cm	76.800,00	63.840,00
Ecotrade BG do.o.o. Strahinjića Bana 3, Niš	Partija br. 21: hidrofilni žičani vodič – gajd – 0,035 – “J”– 180 cm - standard	231.000,00	193.600,00

**5) Ako je ponuda odbijena zbog neuobičajeno niske cene, detaljno obrazloženje - način na koji je utvrđena ta cena: /**

**6) Način primene metodologije dodele ponuda:**

**Kriterijum za dodelu ugovora je :**

**-za partije broj: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 - najniža ponuđena cena**

**-za partije broj: 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - ekonomski najpovoljnija ponuda.**

**Ocenjivanje i rangiranje ponuda za partiju br: 4. koronarni guiding kateteri**  
**zasniva se na sledećim elementima kriterijuma:**

<b>cena</b>	<b>80 pondera</b>
<b>tehničke i tehnološke prednosti</b>	<b>15 pondera</b>
<b>rok isporuke</b>	<b>5 pondera</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>100 pondera</b>

Formula za obračun ukupnog broja pondera (BP) glasi:

$$BP = C \cdot 80 + TTP \cdot 15 + RI \cdot 5$$

$$BP \text{ maksimalno} = 100 \text{ pondera}$$

**CENA (C)=80 pondera**

Ponuda sa najnižom cenom (C<sub>min</sub>) dobija maksimalan broj pondera (80 pondera).  
Ostale ponude se vrednuju po sledećoj formuli:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{ponude koja se ocenjuje}}} \times 80$$

**TEHNIČKE I TEHNOLOŠKE PREDNOSTI (TTP) = TTP1+TTP2 =do 15 PONDERA**

<b>TTP1: Fr8 dijametar</b>	<b>5</b>
Ukoliko navedene nužne konfiguracije krivina za Fr7 (tehnička specifikacija partija 4), postoje i u Fr8.	5
Ne postoji u Fr8, ili nema kompletna konfiguracija koja je navedena pod nužnim konfiguracijama za Fr7.	0
<b>TTP2: Side hole</b>	<b>10</b>
Side hole krivine <b>u svim konfiguracijama</b> koje su navedene u tehničkoj specifikaciji pod nužnim konfiguracijama krivina za: Fr6 i Fr7.	10
Side hole u guiding kateteru Fr6, u sledećim konfiguracijama krivina: <b>A.</b> JL 4.0, JL 4.5, JR 3.5, JR 4.0, AL 1.0, AL 2.0, AR 1.0, AR 2.0, <b>B.</b> Champ ili odgovarajući guiding u:0.5, 1.0 i 1.5	5
Ukoliko nema side hole u svim navedenim krivinama pod A. i B.	0

**ROK ISPORUKE (RI) = 5 pondera**

rok isporuke se vrednuje sa:

1-5 dana od narudžbine	5 pondera
6-10 dana od narudžbine	3 pondera
11-15 dana od narudžbine	1 ponder

**Ocenjivanje i rangiranje ponuda za partiju br: 5. koronarni guiding kateteri sa posebnom retrogradnom podrškom zasniva se na sledećim elementima kriterijuma:**

<b>cena</b>	<b>80 pondera</b>
<b>tehničke i tehnološke prednosti</b>	<b>15 pondera</b>
<b>rok isporuke</b>	<b>5 pondera</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>100 pondera</b>

Formula za obračun ukupnog broja pondera (BP) glasi:

$$BP = C \cdot 80 + TTP \cdot 15 + RI \cdot 5$$

$$BP \text{ maksimalno} = 100 \text{ pondera}$$

**CENA (C)=80 pondera**

Ponuda sa najnižom cenom (C<sub>min</sub>) dobija maksimalan broj pondera (80 pondera). Ostale ponude se vrednuju po sledećoj formuli:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{ponude koja se ocenjuje}}} \times 80$$

**TEHNIČKE I TEHNOLOŠKE PREDNOSTI (TTP) = TTP1+TTP2 =do 15 PONDERA**

<b>K1: Fr8 dijametar</b>	<b>5</b>
Ukoliko navedene nužne konfiguracije krivina za Fr7 (tehnička specifikacija partija 5), postoje i u Fr8	5
Ne postoji u Fr8 dijametru, ili nema kompletna konfiguracija koja je navedena pod nužnim konfiguracijama za Fr7	0
<b>K2: Konfiguracije krivina</b>	<b>10</b>
Ima 3.75 EBU ili odgovarajuće konfiguraciju krivine i u Fr5 i u Fr6	10
Ima 3.75 EBU ili odgovarajuće konfiguraciju krivine u Fr6	5
Nema 3.75 EBU ili odgovarajuće konfiguraciju krivine u Fr6	0

**ROK ISPORUKE (RI) = 5 pondera**

rok isporuke se vrednuje sa:

1-5 dana od narudžbine	5 pondera
6-10 dana od narudžbine	3 pondera
11-15 dana od narudžbine	1 ponder



**Ocenjivanje i rangiranje ponuda za partije br: 9, 10, 11, 12, 13, 14**  
**zasniva se na sledećim elementima kriterijuma:**

<b>cena</b>	<b>45 pondera</b>
<b>kvalitet</b>	<b>50 pondera</b>
<b>rok isporuke</b>	<b>5 pondera</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>100 pondera</b>

Formula za obračun ukupnog broja pondera (BP) glasi:

$$BP = C \text{ 45} + K \text{ 50} + RI \text{ 5}$$

$$BP \text{ maksimalno} = 100 \text{ pondera}$$

**CENA (C)=45 pondera**

Ponuda sa najnižom cenom (C<sub>min</sub>) dobija maksimalan broj pondera (45 pondera).  
Ostale ponude se vrednuju po sledećoj formuli:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{ponude koja se ocenjuje}}} \times 45$$

**KVALITET (K) = 0-50 pondera**

Ukoliko naručilac u poslednje 2 godine nije koristio ponuđeni materijal, poželjno je da ponuđač dostavi bespovratne uzorke istih najkasnije do roka za dostavljanje ponuda.

Procedura dostave bespovratnih uzoraka propisana je Uputstvom za zaključivanje ugovora o donaciji Q3.PP.03 koji je deo Poslovnika integrisanog sistema menadžmenta IKVBV. Procedura za dostavljanje bespovratnih uzoraka za JN-33/16 - započinje tako što se ponuđač obraća sa pismom o namerama u kojima precizira predmet donacije i dostavlja kopije Alims registracije ili navodi brojeve registracije za ta dobra na mail plan@ikvvb.ns.ac.rs

Kvalitet se vrednovao na osnovu mišljenja samostalnih interventnih kardiologa u radu sa datim proizvodom. (Svaki samostalni interventni kardiolog daje svoju ličnu ocenu ponuđenih proizvoda. I to: Odličan-50; Vrlo dobar - 30; Dobar - 10; Prihvatljiv - 5; Nepoznat ili neprihvatljiv - 0. Lične ocene se sabiraju i dele sa brojem samostalnih interventnih kardiologa te se na taj način dobija ocena za IKVBV kvalitet).

**ROK ISPORUKE (RI) = 5 pondera**

rok isporuke se vrednuje sa:

1-5 dana od narudžbine	5 pondera
6-10 dana od narudžbine	3 pondera
11-15 dana od narudžbine	1 ponder

**Partija 1 arterijski uvodnici i njihovi obturatori**

	Bimed	Aptus
Ukupna vrednost	435.760,00 Din.	434.400,00 Din.
Ponudeno dobro	Medtronic: input ts, obturator ps	Merit Medical: Prelude sheat introducer, Prelude obturator
Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije	r.rad 2016.g.	da

**Partija 2 dijagnostički kateteri**

	Stiga
Ukupna vrednost	1.001.300,00 Din
Ponudeno dobro	Johnson&Johnson, Cordis : supertorque plus, infinty
Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije	r.rad 2016.g.

**Partija 3 dijagnostički radialni kateter za desnu i levu koronarografiju – (mek vrh) – fr5.**

	EcotradeBG
Ukupna vrednost	1.533.000,00 Din
Ponudeno dobro	Terumo: RF Optitorque konfiguracija: Tiger I: RH-5TIG110M
Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije	r.rad 2016.g.

**Partija 4 koronarni guiding kateteri**

	Bimed	Stiga
Ukupna vrednost	2.648.240,00 Din	2.324.000,00 Din
Cena 0-80	70,21	80,00
Roklsporuke 1-5	5,00	5,00
TTP1 Fr8 dijametar 0-5	5,00	5,00
TTP2 side holl 0-10	10,00	10,00
UKUPNO PONDERA	90,21	100,00
Ponudeno dobro	Medtronic: Launcher	Johnson&Johnson, Cordis: Adroit, vista brite tip
Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije	r.rad 2016	da

**Partija 5 koronarni guiding kateteri sa posebnom retrogradnom podrškom**

	Bimed	Stiga	Vicor
Ukupna vrednost	2.648.240,00 Din	2.324.000,00 Din	2.643.200,00 Din
Cena 0-80	70,21	80,00	70,34
Roklporuke 1-5	5,00	5,00	5,00
TTP1 Fr8 dijametar 0-5	5,00	5,00	5,00
TTP2 3.75 u Fr5 i Fr6 0-10	10,00	0,00	10
UKUPNO PONDERA	<b>90,21</b>	<b>90,00</b>	<b>90,34</b>
Ponuđeno dobro	Medtronic: Launcher	Johnson&Johnson, Cordis: Adroit, vista brite tip	proizvođač:Pendra Care distributer:Boston Scientific: Convey Guide Catheters
Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije	r.rad 2016	da	da

**Partija 6 Device za mehaničku hemostazu A. Femoralis putem kompresivnog jastučeta**

	Gosper
Ukupna vrednost	75.000,00 Din
Ponuđeno dobro	St. Jude Medical, Femo Stop

**Partija br.7. UDLAGA ZA HEMOSTAZU A. RADIALIS**

	Gosper
Ukupna vrednost	115.500,00 Din
Ponuđeno dobro	St. Jude Medical, Radi Stop

**Partija br:8 - set za a. radialis sa iglom**

	Aptus	EcotradeBG
Ukupna vrednost	2.639.000,00 Din	2.800.000,00 Din
Ponuđeno dobro	Merit Medical: Prelude Introducer	Terumo: RF Introducer II transradial
Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije	da.	r.rad 2016.g.

**Partija br:9 - žičani vodič – 0.014 inča 170 – 195 cm - za ptca – flopi (hidrofilni)**

	Hermes System	EcotradeBG	Aptus
Ukupno vrednosti	2.838.000,00 Din	2.709.000,00 Din	2.666.000,00 Din
Cena 0-45	42,27	44,29	45,00
Rokisporuke 1-5	5,00	5,00	5,00
Kvalitet 0-50	40,00	33,00	14,00
UKUPNO PONDERA	<b>87,27</b>	<b>82,29</b>	<b>64,00</b>

**Kvalitet:**

Proizvođač:	Abbott	Terumo	Asahi
Komercijalni naziv:	HT Pilot 50,150,200	Runthrough NS Floppy, NS Hypercoat	Rinato/ Prowater
D1	50	30	10
D2	50	30	10
D3	30	50	50
D4	50	50	10
D5	50		
D6	30	30	
D7	50	30	
D8	30	50	50
D9	10	10	10
D10	50	50	0
zbir	400	330	140
ocena	<b>40,00</b>	<b>33,00</b>	<b>14,00</b>

**Partija 10 ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za PTCA – FLOPI mek vrh (hidrofilne)**

	EcotradeBG	Aptus
<b>Ukupno vrednosti</b>	2.709.000,00 Din	2.666.000,00 Din
<b>Cena 0-45</b>	44,29	45,00
<b>RokIsporuke 1-5</b>	5,00	5,00
<b>Kvalitet 0-50</b>	37,00	12,00
<b>UKUPNO PONDERA</b>	<b>86,29</b>	<b>62,00</b>

**Kvalitet:**

Proizvođač:	Terumo	Asahi
<b>Komercijalni naziv:</b>	Runthrough NS Floppy, NS Hypercoat	Route/ProwaterFlex
D1	50	
D2	50	
D3	50	30
D4	50	30
D5		50
D6	30	
D7	30	
D8	50	
D9	10	10
D10	50	0
<b>zbir</b>	<b>370</b>	<b>120</b>
<b>ocena</b>	<b>37,00</b>	<b>12,00</b>

**Partija br:11. ŽIČANI VODIČ – 0.014 inča 180cm - za PTCA – sa hidrofilnom oblogom, atraumatskim vrhom, dva i više kompozitna jezgra**

	Aptus
Ukupno vrednosti	365.000,00 Din
Cena 0-45	45,00
Rokisporuke 1-5	5,00
Kvalitet 0-50	46,00
UKUPNO PONDERA	<b>96,00</b>

**Kvalitet:**

Proizvođač:	Asahi
Komercijalni naziv:	Sion, Sion blue
D1	50
D2	50
D3	50
D4	50
D5	50
D6	30
D7	30
D8	50
D9	50
D10	50
zbir	460
ocena	<b>46,00</b>

**Partija 12 ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za – TEŠKE TORTUOZNE LEZIJE (mek vrh, veliki support)**

	Hermes system	Aptus
Ukupno vrednosti	1.242.000,00 Din	1.656.000,00 Din
Cena 0-45	45,00	33,75
Rokisporuke 1-5	5,00	5,00
Kvalitet 0-50	17,00	48,00
UKUPNO PONDERA	67,00	86,75

**Kvalitet:**

Proizvođač:	Abbott Vascular	Asahi
Komercijalni naziv:	Whisper LS/MS/ES	Grand Slam
D1	30	50
D2	30	50
D3	50	50
D4	10	50
D5		50
D6		30
D7		50
D8		50
D9	50	50
D10	0	50
zbir	170	480
ocena	17,00	48,00

**Partija 13 VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za - i Tortuozne lezije i CTO**

	<b>Aptus</b>	<b>Hermes system</b>
<b>Ukupno vrednosti</b>	345.000,00 Din	309.000,00 Din
<b>Cena 0-45</b>	40,30	45,00
<b>Rokisporuke 1-5</b>	5,00	5,00
<b>Kvalitet 0-50</b>	48,00	9,00
<b>UKUPNO PONDERA</b>	<b>93,30</b>	<b>59,00</b>

**Kvalitet:**

<b>Proizvođač:</b>	<b>Asahi</b>	<b>Abbott Vascular</b>
<b>Komercijalni naziv:</b>	<b>Filder, Filder XT, Filder FC</b>	<b>HT progress 40, 80, 120, 140T, 200T</b>
<b>D1</b>	50	30
<b>D2</b>	50	30
<b>D3</b>	50	
<b>D4</b>	50	
<b>D5</b>	50	
<b>D6</b>	30	
<b>D7</b>	50	30
<b>D8</b>	50	
<b>D9</b>	50	0
<b>D10</b>	50	0
<b>zbir</b>	480	90
<b>ocena</b>	<b>48,00</b>	<b>9,00</b>



**Partija br:14 - Koronarni žičani vodič 0.010/0.014" sa taper vrhom od platine presvučen polimer oblogom preko jezgra 40cm, hidrofilna, za tretman kompleksnih lezija, dužine 190cm**

	Aptus
Ukupno vrednosti	132.000,00 Din
Cena 0-45	45,00
Roklsporuke 1-5	5,00
Kvalitet 0-50	50,00
UKUPNO PONDERA	100,00

**Kvalitet:**

Proizvođač:	Asahi
Komercijalni naziv:	Gaia: First, second, third
D1	50
D2	50
D3	50
D4	50
D5	50
D6	
D7	50
D8	50
D9	50
D10	50
zbir	450
ocena	50,00

**Partija br:15 - žice za funkcionalno ispitivanje koronarne stenoze - bežična konekcija sa aparatom**

	Gosper
Ukupna vrednost	1.200.000,00 Din
Ponudeno dobro	St. Jude Medical, Pressure wire Aeris

**Partija br:16 - Kateter za optičko snimanje koronarnih arterija**

	Gosper
Ukupna vrednost	1.680.000,00 Din
Ponudeno dobro	LightLab, Dragonfly Imaging Catheter

**Partija 17 PUNKCIJSKE IGLE (7cm; 18G; 0.038) – za a. femoralis**

	Aptus	Austroline
Ukupna vrednost	16.800,00 Din	6.000,00 Din
Ponudeno dobro	Merit Medical: Advance angiography needle	Kimal: introducer needles
Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije	r.rad 2016.g.	da

**Partija 18 Igle za a. radialis (40mm; 20g; 0,018-0,025)**

	Aptus
Ukupna vrednost	124.250,00 Din
Ponudeno dobro	Merit Medical: Advance angiography needle
Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije	r.rad 2016.g.

**Partija 19 žičani vodič – gajd - 0,035 - "J" – 180 cm**

	Aptus	Austroline
Ukupna vrednost	1.105.000,00 Din	1.183.000,00 Din
Ponudeno dobro	Merit Medical: Inqwire - guide wire konfiguracija:IQ35F180J3	Kimal Angioflex konfiguracija:KJ3FC180035
Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije	da	r.rad 2016.g.

**Partija 20 žičani vodič – gajd - 0,038 "J" – 260 cm**

	Aptus
Ukupna vrednost	63.840,00 Din
Ponudeno dobro	Merit Medical:Inqwire - guide wire konfiguracija:IQ38F260J3
Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije	r.rad 2016.g.

**Partija br:22 - manifold 3 port – trokraka slavina**

	Aptus
Ukupna vrednost	287.000,00 Din
Ponuđeno dobro	Merit Medical: manifold
Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije	r.rad 2016.g.

**Partija 23 medflator set**

	Aptus	Stars Medical
Ukupna vrednost	1.938.000,00 Din	2.039.986,40 Din
Ponuđeno dobro	Merit Medical: basixcompak konfiguracija: in4330	Sunny Medical device: disposable ballon inflation device konfiguracija: SM-ID- A2530H-TB haemostatic valves konfiguracija: SM-HV- 7CPLCW-TB-TB
Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije	da	r.rad 2016.g.

**Partija 24 produžne cevi za kontrast 50-60 cm otporne na pritisak**

	Aptus
Ukupna vrednost	877.500,00 Din.
Ponuđeno dobro	Merit Medical: High Pressure Tubing
Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije	r.rad 2016.g.

**Partija br:25 - Cevi za merenje pritiska**

	Aptus
Ukupna vrednost	540.000,00 Din
Ponuđeno dobro	Merit Medical: High Pressure Tubing
Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije	r.rad 2016.g.

**Partija 26 materijal za Acist pumpu**

	Mark medical
<b>Ukupna vrednost</b>	<b>3.248.050,00 Din</b>
<b>Ponudeno dobro</b>	Acist A-2000 Reusable syringe kit; Acist BT-2000 Automated manifold kit; Acist AT-P54 Angio Touch Kit
<b>Dostavljeni uzorci u skladu sa 2.2.6 konkursne dokumentacije</b>	r.rad 2016.g.

**Rangiranje ponuda:****Partija 1 arterijski uvodnici i njihovi obturatori**

1. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd
2. Bimed d.o.o. Sazonova 3, Beograd

**Partija 2 dijagnostički kateteri**

1. Stiga d.o.o. Bolmanska 8, Novi Sad

**Partija 3 dijagnostički radialni kateter za desnu i levu koronarografiju – (mek vrh) – Fr5. i Fr6.**

1. Ecotrade BG d.o.o. Strahinjića Bana 3, Niš

**Partija 4 koronarni guiding kateteri**

1. Stiga d.o.o. Bolmanska 8, Novi Sad
2. Bimed d.o.o. Sazonova 3, Beograd

**Partija 5 koronarni guiding kateteri sa posebnom retrogradnom podrškom**

1. Vicor d.o.o. Goce Delčeva 42, Beograd
2. Bimed d.o.o. Sazonova 3, Beograd
3. Stiga d.o.o. Bolmanska 8, Novi Sad

**Partija 06: device za mehaničku hemostazu A. Femoralis putem kompresivnog jastučeta**

1. Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

**Partija 07: udlaga za hemostazu a.radialis**

1. Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

**Partija 8 SET za a. RADIALIS sa IGLOM**

1. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd
2. Ecotrade BG d.o.o. Strahinjića Bana 3, Niš

**Partija 9 ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za PTCA – FLOPI (hidrofilne)**

1. Hermes system d.o.o. Gospodar Jevremova 1, Beograd
2. Ecotrade BG d.o.o. Strahinjića Bana 3, Niš
3. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 10 ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za PTCA – FLOPI mek vrh (hidrofilne)**

1. Ecotrade BG d.o.o. Strahinjića Bana 3, Niš
2. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 11 žičani vodič – 0.014 inča 180cm - za PTCA – sa hidrofilnom oblogom, atraumatskim vrhom, dva i više kompozitna jezgra**

1. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 12 ŽIČANI VODIČ – 0.014 inča 170 – 195 cm - za TEŠKE TORTUOZNE LEZIJE (mek vrh, veliki support)**

1. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

2. Hermes system d.o.o. Gospodar Jevremova 1, Beograd

**Partija 13 ŽIČANI VODIČ – 0.014 inča 170 – 195 cm - za - i Tortuozne lezije i CTO**

1. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

2. Hermes system d.o.o. Gospodar Jevremova 1, Beograd

**Partija 14 koronarni žičani vodič 0.010/0.014" sa taper vrhom od platine presvučen polimer oblogom preko jezgra 40cm, hidrofilna, za tretman kompleksnih lezija, dužine 190cm**

1. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 15 žice za funkcionalno ispitivanje koronarne stenozе - bežična konekcija sa aparatom**

1. Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

**Partija 16 kateter za optičko snimanje koronarnih arterija**

1. Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

**Partija 17 PUNKCIJSKE IGLE (7cm; 18G; 0.038) – za a. femoralis**

1. Austro line d.o.o. Tolstojeva 20a Beograd

2. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 18 Igle za a. radialis (40mm; 20g; 0,018-0,025)**

1. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 19 žičani vodič – gajd - 0,035 - "J" – 180 cm**

1. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

2. Austro line d.o.o. Tolstojeva 20a Beograd

**Partija 20 žičani vodič – gajd - 0,038 "J" – 260 cm**

1. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 22 - manifold 3 port – trokraka slavina**

1. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 23 medflator set**

1. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

2. Stars medical d.o.o. Kumodraška 253, Beograd

**Partija 24 produžne cevi za kontrast 50-60 cm otporne na pritisak**

1. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 25 cevi za merenje pritiska 150-155cm**

1. Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 26 materijal za Acist pumpu**

1. Mark Medical d.o.o. Sanje Živanovića 42, Beograd

**7) Naziv ponuđača kojima se dodeljuju ugovori, a ako je ponuđač naveo da će nabavku izvršiti uz pomoć podizvođača i naziv podizvođača:**

Komisija za javnu nabavku posle sprovedene stručne ocene ponuda predlaže da se ugovori o javnoj nabavci dodele sledećim ponuđačima:

**Partija 1 arterijski uvodnici i njihovi obturatori**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 2 dijagnostički kateteri**

Stiga d.o.o. Bolmanska 8, Novi Sad

**Partija 3 dijagnostički radialni kateter za desnu i levu koronarografiju – (mek vrh) – Fr5. i Fr6.**

Ecotrade BG d.o.o. Strahinjića Bana 3, Niš

**Partija 4 koronarni guiding kateteri**

Stiga d.o.o. Bolmanska 8, Novi Sad

**Partija 5 koronarni guiding kateteri sa posebnom retrogradnom podrškom**

Vicor d.o.o. Goce Delčeva 42, Beograd

**Partija 06: device za mehaničku hemostazu A. Femoralis putem kompresivnog jastučeta**

Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

**Partija 07: udlaga za hemostazu a.radialis**

Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

**Partija 8 SET za a. RADIALIS sa IGLOM**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 9 ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za PTCA – FLOPI (hidrofilne)**

Hermes system d.o.o. Gospodar Jevremova 1, Beograd

**Partija 10 ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za PTCA – FLOPI mek vrh (hidrofilne)**

Ecotrade BG d.o.o. Strahinjića Bana 3, Niš

**Partija 11 žičani vodič – 0.014 inca 180cm - za PTCA – sa hidrofilnom oblogom, atraumatskim vrhom, dva i više kompozitna jezgra**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 12 ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za TEŠKE TORTUOZNE LEZIJE (mek vrh, veliki support)**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 13 ŽIČANI VODIČ – 0.014 inca 170 – 195 cm - za - i Tortuozne lezije i CTO**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 14 koronarni žičani vodič 0.010/0.014" sa taper vrhom od platine presvučen polimer oblogom preko jezgra 40cm, hidrofilna, za tretman kompleksnih lezija, dužine 190cm**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 15 žice za funkcionalno ispitivanje koronarne stenoze - bežična konekcija sa aparatom**

Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

**Partija 16 kateter za optičko snimanje koronarnih arterija**

Gosper d.o.o. Omladinskih brigada 86p, Beograd

**Partija 17 PUNKCIJSKE IGLE (7cm; 18G; 0.038) – za a. femoralis**

Austro line d.o.o. Tolstojeva 20a Beograd

**Partija 18 Igle za a. radialis (40mm; 20g; 0,018-0,025)**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 19 žičani vodič – gajd - 0,035 - "J" – 180 cm**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 20 žičani vodič – gajd - 0,038 "J" – 260 cm**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 22 - manifold 3 port – trokraka slavina**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 23 medflator set**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 24 produžne cevi za kontrast 50-60 cm otporne na pritisak**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 25 cevi za merenje pritiska 150-155cm**

Aptus d.o.o. Radomira Markovića 43, Beograd

**Partija 26 materijal za Acist pumpu**

Mark Medical d.o.o. Sanje Živanovića 42, Beograd

**Za partiju: Partija br. 21: hidrofilni žičani vodič – gajd – 0,035 – "J"– 180 cm - standard**

komisija predlaže da se obustavi postupak shodno članu 109. stav 1 Zakona o javnim nabavkama iz razloga što nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora - naručilac nije pribavio najmanje jednu blagovremenu, odgovarajuću i prihvatljivu ponudu.

Komisija predlaže da se postupak za partiju broj 21: hidrofilni žičani vodič – gajd – 0,035 – "J"– 180 cm – standard sprovede odmah nakon konačnosti odluke o obustavi.

Ovlašćeno lice Naručioca prihvatilo je predlog Komisije te je na osnovu ovlašćenja iz člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12, 14/15 i 68/15) donelo odluku kao u dispozitivu.

**POUKA O PRAVNOM LEKU:**

Protiv ove odluke ponuđač može podneti Naručiocu zahtev za zaštitu prava u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Zahtev za zaštitu prava se podnosi Naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije broj 840-30678845-06 uplati taksu iz člana 156. stav 1. tačka 5) ZJN u iznosu od 120.000,00 dinara, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava, koje je objavljeno na internet stranici Republičke komisije za zaštitu prava.

**DIREKTOR INSTITUTA ZA KVBV**

  
  
Prof. dr Aleksandar Redžek