



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI  
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**  
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica  
REPUBLIKA SRBIJA  
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



JH-12/17  
Број: 1006-6  
Датум: 07.04.2017.  
Ср. Каменица

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку бр. ЈН-12/17 – Хируршки шавни материјал**

Дана 06.04.2017. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН-12/17 – Хируршки шавни материјал, у оквиру којег је тражено следеће појашњење:

“1. У партији бр.22 Жика за sternum, као дужина игле наводи се димензија 48mm што се може узети бити елемент дискриминације обзиром да су стандарде димензије 45-50mm.

Питање: Да ли је прихватљиво да понудимо жичу која има дужину 50mm? Уз понуду možemo доставити 1 узорак како би се извршила стручна процена након примене.”

**На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо појашњење:**

1. Наручилац ће прихватити жицу дужине 50 мм.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

**Комисија за јавну набавку:**

1. Gordana Tomanović, član

2. Nebojša Ristivojević, član

