



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ  
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА  
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Комисија за јавну набавку  
ЈН-42/16  
Број: 3833-5  
Датум: 18.11.2016.  
Ср. Каменица

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр.14/15 и бр.68/15) Комисија за јавну набавку ЈН-42/16 – Привремени пејсмејкери и падле, образована Решењем директора број 3833-1 од 03.11.2016. године,  
припремила је

## ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН-42/16 – Привремени пејсмејкери и падле

I У делу конкурсне документације - 2) врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испорука добара, евентуелне додатне услуге и сл., **табела 2.1 - Врста техничке карактеристике (спецификације), Партија 1 – Привремени пејсмејкер – двокоморни, екстерни**, на страници 4/68 је измењена сходно питањима потенцијалних понуђача. Измењена табела се налази у прилогу.

II Понуђачи су дужни да попуне и доставе **нову табелу техничких спецификација** која се налази у прилогу, у супротном понуда ће се одбити као **неприхватљива**.

III Измена и допуна Конкурсне документације без одлагања мора бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку

Нова табела техничких спецификација:

2)1) врста техничке карактеристике (спецификација):

Партија 1 – Привремени пејсмејкер – двокоморни, екстерни

Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема		ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ	
		ДА/НЕ	КОМЕНТАР
1	2	3	4
1	Модови рада: ДДД, ДОО, ААИ, АОО, ВВИ, ВОО		
2	Ритам пејсинга: од мин 30 до минимум 220 ппм		
3	АВ време: од мин 15 ... до минимум 300 мс;		
4	Бленкинг период: 110мс за (преткоморски и коморски), од најмање 19мс (вентрикуларни након атријалног пејсинга);		
5	Високи ритмови атријалног пејсинга: од мин. 70 до мин 750 ппм		
6	Заштитна фреквенца: 230 ппм;		
7	Амплитуда стимулације: од минимум 0.1 од минимум 16 В;		
8	Пулсна ширина: 1мс (прихватиће се сваки опсег у коме је садржан 1мс)		
9	Сензитивност у преткомори: 0,2 до минимум 10 мВ;		
10	Сензитивност у комори: од минимум 1 до минимум 20 мВ;		
11	Преткоморски рефракторни период: од 250 до минимум 310 мс;		
12	Коморски рефракторни период: од минимум 175 до 225 мс;		
13	Индикатори срчане активности: звучни и визуелни;		
14	Врста батерије: стандардна 9В, алкална или литиум;		