



INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI  
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA  
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica  
REPUBLIKA SRBIJA  
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku  
Red. br. JN-47/13  
Broj: 3143-5  
Datum: 22.10.2013. godine  
Sremska Kamenica

**PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku JN-47/13 – Medicinski potrošni materijal – partija 8**

Dana 22.10.2013. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku medicinskog potrošnog materijala, u okviru kojeg je postavljeno sledeće pitanje:

» Partija 8 – PVC navlake za dušeke:

1. Da li se dušeci presvlače u PVC foliju ili u PVC platno?»

Na osnovu člana 63. stav 3., a u vezi sa članom 62. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja:

1. PVC navlaka treba da bude napravljena od PVC folije.

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, istovremeno se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:

Tatjana Nikitović, dipl. pravnik, član