



INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku
Red. br. JN-13/15
Broj: 1059-4
Datum: 07.05.2015. godine
Sremska Kamenica

PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku JN-13/15 – Medicinska oprema

Dana 05.05.2015. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku JN-13/15, u okviru kojeg su postavljena sledeća pitanja:

1. Stavka: Kapacitet baterije: Minimum 100 pražnjenja pri maksimalnoj energiji koju aparat može da isporuči sa punom baterijom ili minimum 2.5h kontinualnog monitoringa (EKG, EtCO2 i SpO2) uz 20 punih ciklusa punjenja i pražnjenja pri maksimalnoj energiji.

Pitanje 1: Da li se ovde podrazumeva da aparat poseduje mogućnost merenja EtCO2 i SpO2, i da li je uz aparat posebno isporučiti module i pribor za merenje ovih parametara?

Na osnovu člana 63. stav 3., a u vezi sa članom 62. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja:

1. Da, aparat treba da poseduje mogućnost merenja EtCO2 i SpO2 i ne treba isporučiti module i pribor za merenje ovih parametara.

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, istovremeno se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:



Assist. dr Aleksandra Ilić predsednik