



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku
Red. br. JN-13/15
Broj: 1059-5
Datum: 07.05.2015. godine
Sremska Kamenica

PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku JN-13/15 – Medicinska oprema

Dana 06.05.2015. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku JN-13/15, u okviru kojeg su postavljena sledeća pitanja:

1. U Partiji broj 2 Defibrilator pod stavkom 14 tražite Opseg energije za internu defibrilaciju: max 50J.

S'obzirom da trazite elektrode samo za eksternu defibrilaciju, da li je Stavka 14 greska, ili ce se aparat koristiti i za internu defibrilaciju, u kom slucaju bi trebalo da zahtevate i elektrode/kašike za internu (direktnu) defibrilaciju?

Na osnovu člana 63. stav 3., a u vezi sa članom 62. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja:

1. Nije greška, u slučaju potrebe elektrode će se naknadno nabaviti.

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, istovremeno se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:



Žarko Jovović, zamenik člana