



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА**
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



JH-15/17
Број: 1644-4
Датум: 5.6.2017
Ср. Каменица

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку
бр. JH-15/17 – Ехокардиографски апарати**

Дана 2.6.2017. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку JH-15/17 – Ехокардиографски апарати, у оквиру којег је постављено следеће питање:

1. Питање за тачку 2:

Овим путем молимо наручиоца да објасни због које функционалности је дефинисано да 4 активна конектора морају бити на колицима?

2. Питање за тачку 3:

Имајући у виду да различити произвођачи ултразвучних апарата имају уразличите димензије LCD монитора као и да димензије монитора нису истовремено и димензије ултразвучне слике, молимо наручиоца да образложи због које функционалности односно доступне софтверске опције или технологије се инсистира на тренутно дефинисаној димензији монитора?

3. Питање за тачку 4:

Да ли ће бити одбијена понуда уколико се понуди ултразвучни апарат који уместо "trackped"-а за исту намену користи "trackball"-у.

Молимо наручиоца да образложи због које функционалности, софтверске опције или приступа одређеном моду рада је дефинисан "trackped" у предметној ставци?

4. Питање за тачку 5:

Имајући у виду да су за предметни ултразвучни апарат тражена и колица за исти, молимо наручиоца да објасни на основу које функционалности која се уноси на дијагностички квалитет ултразвучног апарата је дефинисан предметни параметар.

5. Питање за тачку 7:

Овим путем молимо наручиоца да образложи на основу којих функционалности, доступне технологије или приступа одређеном моду рада је дефинисан предметни параметар?

6. Питање за тачку 10:

Да ли ће понуда бити одбијена уколико се понуди ултразвучни апарат који поседује TGC са слајдерима на контролном панелу?

Молимо наручиоца да образложи због које функционалности, доступне технологије која утиче на добијање квалитетније слике или приступа одређеном моду рада је дефинисана предметна карактеристика.

7. Питање за тачку 18:

Молимо наручиоца да образложи на основу које функционалности, доступне апликације или мода рада предметног добра који утиче на квалитет дијагностичке слике је дефинисан предметни параметар.

8. Питање за тачку 20.1:

Имајући у виду да кардиолошке сонде различитих произвођача ултразвучних апарата имају различите фреквенцијске опсеге, да ли је за наручиоца прихватљиво да захтев по питању фреквенцијског опсега дефинише на следећи начин:

“од 1,5 – 4 Mhz или шире”.

Уколико није, молимо наручиоца да образложи конкретно који преглед, регија од интереса или било која друга функционалност је ускраћене предложеним фреквенцијским опсегом.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо одговоре на постављена питања:

1. Наручилац остаје при својим захтевима. Више понуђача може да испуни тражени захтев. Због потенцијалне куповине додатних сонди у будућности, неопходно је да апарат поседује могућност прикључења и коришћења више сонди истовремено.

2. Наручилац остаје при својим захтевима. Више понуђача може да испуни тражени захтев. Наручилац задржава право да тражи најбоље технолошко решење. Узимајући у обзир да је квалитет слике пресудан, Наручилац је као обавезу тражио full HD мониторе високе резолуције. Поред квалитета слике, Наручилац сматра да су технолошка решења монитора у смислу димензије монитора са минимум 15,5 инча оптимална за рад јер обезбеђују већу прегледност и олакшане услове за рад што Наручилац види као предност. Потенцијални понуђачи могу да понуде и монитор веће дијагонале од траженог минималним техничким карактеристикама.

3. Наручилац остаје при својим захтевима. Више понуђача може да испуни тражени захтев. Trackred представља модерније, квалитетније и прецизније ергономско решење просторне организације, дезинфекције и функције апарата, стога Наручилац сматра да је оправдано захтевати trackred уместо trackball-a, с циљем добијања најквалитетнијег решења у поступку јавне набавке.

4. Наручилац остаје при својим захтевима. Више понуђача може да испуни тражени захтев. С обзиром да ће се апарат користити у угрентним ситуацијама, како у ЕХО кабинету ИКВБВ тако и ван њега, укупна тежина је битан фактор и неопходно је да ултразвучни апарат буде што лакши, ергономичнији и погоднији за рад, коришћење и транспорт с обзиром да ће се апарат транспортовати и користити у конзилијарним прегледима других института и КЦВ за чега су се до сада користили гломазни стационарни апарати. Овај захтев представља објективну потребу Наручиоца и такође има за циљ подизање нивоа квалитета понуђених добара од стране потенцијалних Понуђача.

5. Наручилац остаје при својим захтевима. Више понуђача може да испуни тражени захтев. Процесни канали представљају генерални параметар јединственог конфигурацијског склопа. Број процесних канала директно утиче на могућност, брзину и количину обрадивости података у јединици времена и као такав, представља параметар који директно утиче на квалитет и перформансе апарата као и функционалност јединственог склопа и за циљ има подизање нивоа квалитета понуђених добара од

стране потенцијалних Понуђача. Потенцијални понуђачи могу да понуде и апарат са већим бројем дигиталних канала од тражених минималним техничким карактеристикама.

6. Да. Наручилац остаје при својим захтевима. Више понуђача може да испуни тражени захтев. Због природе примене, коришћења апарата и окружења у којима ће се апарат користити, дигитални TGC контролер представља модерније, ергономичније и хигијенски прихватљивије решење због лакше и сигурније дезинфекције у односу на аналогне потенциометре и значајно смањује ризик од неадекватне дезинфекције при процесима чишћења апарата, стога директно представља захтев који за циљ има подизање нивоа квалитета понуђених добара од стране потенцијалних Понуђача.

7. Наручилац остаје при својим захтевима. Више понуђача може да испуни тражени захтев. CINE меморија не утиче на квалитет дијагностичке слике нити представља параметар квалитета, стога не можемо дати адекватан одговор на овако дефинисано питање. CINE меморија утиче на могућност складиштења и пост-процесирања података у full HD резолуцији у реалном времену, стога представља захтев који за циљ има подизање нивоа квалитета понуђених добара од стране потенцијалних Понуђача. Потенцијални понуђачи могу да понуде и апарат са више CINE меморијског капацитета од траженог у минималној техничкој спецификацији Наручиоца.

8. Делимично се прихвата. Наручилац пристаје на дефинисање:
„Трансторакална 2Д матрична кардиолошка (секторска) сонда (код које се кристали налазе у више редова и омогућава фокусирање у једну тачку) фреквентног опсега од 1.5-4,5 (+/- 0.5) MHz“.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку