



INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI  
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA  
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica  
REPUBLIKA SRBIJA  
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku  
Red. br. JN-30/14  
Broj: 3288-1  
Datum: 24.10.2014. godine  
Sremska Kamenica

**PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku JN-30/14 – Medicinski potrošni materijal – partija 1**

Dana 23.10.2014. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku medicinskog potrošnog materijala, u okviru kojeg je postavljeno sledeće pitanje:

» Partija 1 – Konektori:

Stavke 2 i 3 – bezigleni konektor sa dvolinijskim i trolinijskim nastavkom

1. U partiji 1 Konektori JN 30/14 pod stavkama 2 i 3 kao jedna od traženih karakteristika proizvoda je i dijametar do 2,5 mm pri čemu nije jasno na šta se odnosi tražena karakteristika.  
Moje pitanje je da li se "dijametar do 2,5 mm" odnosi na Luer priključak označavajući tako da proizvod mora imati standardan Luer priključak ili se tražena karakteristika odnosi na nešto drugo?»

Na osnovu člana 63. stav 3., a u vezi sa članom 62. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja:

1. Luer priključak treba da bude standardni, a navedeni dijametar se odnosi na dvolinijski i trolinijski nastavak.

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, istovremeno se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:

Nevena Beljanski, član

