



Komisija za javnu nabavku

Red. br. JN-08/16

Broj: 632-4

Datum: 04.03.2016. godine

Sremska Kamenica

PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku br.JN – 08/16 – MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL

Dana 02.03.2016. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku **JN - 08/16 – MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL**, u okviru kojeg su postavljena sledeće pitanja:

„Obraćamo Vam se kao dugogodišnji dobavljači titanijumskih klipseva (partija 58) u kojoj je umesto ligature klipseva titanijumskih kao što je bilo do sada godinama, dodat opis“ligatura klips sa tri pregiba u obliku chevron“.

U dosadašnjem radu Vaših hirurga sa klipsevima koje mi nudimo nije bilo nikada pritužbe na rad, naprotiv, možemo dostaviti pisana mišljenja gde su se Vaši hirurzi pohvalno izrazili za klipseve proizvošača koje nudimo.

Iz iskustva hirurga na drugim klinikama, oblik chevron ne utiče na kvalitet, upotrebu i indikacije u bilo kojoj hirurškoj proceduri.

Može se zaključiti da ste u partiji 58, dodavanjem opisnih karakteristika „klipsevi sa tri pregiba u obliku chevron“ uslovili nabavku proizvoda koji po svom opisu i karakteristikama zadovoljava samo jedan proizvođač i to Horizon.

U cilju potvrde ovih tvrdnji izvršili smo uvid u Registar ALIMS-a nakon čega je potvrđena navedena tvrdnja.

Smatramo da je na ovaj način ograničena konkurenca među ponuđačima, a to je u suprotnosti sa članom 3 i 10 ZJN.

Molimo Vas da u partiji 58 dozvolite da se ponudi titanijumski ligating klips (tu se može javiti i ponuđač sa „tri pregiba u obliku chevron“), obzirom da je istovrsno dobro i time omogućite konkurenčiju u skladu sa članovima 9 i 39 ZJN.,

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, br.14/15 i 68/15), dostavljamo odgovore na postavljena pitanja:


Oblik Chevron je standardni oblik titanijumskih klipseva. Mišljenje hirurga je da se upravo ovakvim oblikom klipsa postiže najsigurnija ligacija krvnih sudova. Naime kod chevron oblika od samog početka njegove aplikacije se postiže ravnomerna kompresija čitavom dužinom dijametra krvnog suda. Dok kod V oblika klipsa, klips poput „makaza“ vrši kompresiju krvnog suda. Smatramo da je ovo razlika koja može bitno uticati na kvalitet same ligacije, a samim tim i na bezbednost naših pacijenata. Vezano za članove 3 i 10 ZJN, na koje ste se pozvali, a odnose se na Načela efikasnosti i ekonomičnosti kao i na Načelo obezbeđivanja konkurenčije, smatramo da smo ih u potpunosti zadovoljni.

Naime vi ste naveli kao dokaz povrede gore pomenutih članova ZJN , činjenicu da tražene klipseve chevron oblika može da ponudi samo jedan ponuđač. Nakon uvida kako u kataloge različitih ponuđača klipseva, tako i u registar Agencije za lekove i medicinska sredstva, zaključili smo da gore citirana izjava nije tačna, već da na teritoriji Republike Srbije više ponuđača poseduje klipseve chevron obilika.

Dakle pomenuti članovi ZJN nisu povređeni. Član 39 na koji ste se takođe pozvali, se odnosi na Javne nabavke male vrednosti. Kako ovo nije JN male vrednosti, ne vidimo kako bi se pomenuti član mogao odnositi na ovaj slučaj.

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Komisija za javnu nabavku


Dragana Dojčinović, Načelnik predsednik
