



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА**
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Ред.бр.ЈНОПОС-35/19
Бр.2856-5
Датум: 25.10.2019.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку бр. ЈНОПОС-35/19 – Хируршки шавни материјал

Дана 23.10.2019. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку **ЈНОПОС-35/19 – Хируршки шавни материјал**, у оквиру којег је тражено следеће појашњење:

“Да ли је за Наручиоца у партији 21 - Жица за стернум прихватљива дужина игле 48 ± 3 мм? Овим се испуњава члан 10 ЗЈН – Начело обезбеђивања конкуренције и омогућава се учешће за више понуђача.”

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо појашњење:

1. Наручилац ће прихвати дужину игле за Партију бр.21 – Жице за стернум са одступањем ± 3 mm.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку