



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



ЈНОПОС-01/20

Број: 395-5

Датум: 06.02.2020.

Сремска Каменица

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку ЈН-01/20 – Лабораторијски реагенси и потрошни материјал

Дана 06.02.2020. године путем мејла нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН-01/20 – Лабораторијски реагенси и потрошни материјал у оквиру којег су постављена следећа питања:

„Поштовани,

У партији 14 конкурсне документације за јавну набавку ЈНОПОС-01/20:

1. ставка 1, тражи се "Затворени систем за седиментацију (1,5 - 1,6 мл)". Да ли је прихватљиво понудити епрувете за седиментацију од 1,28 мл димензија 8x120 мм, уз компатибилне сталке за читавање седиментације?
2. ставка 4, тражи се "Затворени вакум систем за биохемију (4 мл)". Да ли је неопходно да епрувете буду са клот активатором или са гелом и клот активатором?
3. И да ли су прихватљиве епрувете запремине од 5мл и од 6 мл“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр.14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

1. Одговор на Ваше прво питање се налази у Измени и допуни конкурсне документације број 395-4 од 06.02.2020. године.
2. Неопходно је да епрувете буду са клот активатором али није неопходно да буду са гелом.
3. Нису прихватљиве епрувете запремине 5 мл и 6 мл.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку