



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put dr Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku

JNOPOS-21/19

Br. 1590-5/19

Datum: 03.6.2019.

Komisija za javnu nabavku obrazovana rešenjem direktora IKVBV broj 1590-1/19 od 23.05.2019. godine sačinila je

**Dodatno pojašnjenje za javnu nabavku medicinski potrošni materijal za
elektrofiziološka ispitivanja i ablacije
JNOPOS-21/19**

Primili smo dopis zainteresovanog lica kojim se zahteva dodatno pojašnjenje za javnu nabavku – medicinski potrošni materijal za elektrofiziološka ispitivanja i ablacije, JNOPOS-21/19 u okviru kojeg je postavljeno sledeće pitanje:

„Poštovani,

Molimo da nam odgovorite na dodatno pojašnjenje vezano za javnu nabavku

Medicinski potrošni materijal za elektrofiziološka ispitivanja i ablacije,

br. JNOPOS-21/19:

1. Da li će naručilac za partiju 11 - Dijagnostički dekapolarni kateteri prihvatiti deflektabilni dekapolarni kateter sa elektrodom na vrhu od 1,5 mm i prečnika krivine 45 mm i 60 mm?“

Na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12, br.14/15 i 68/15) dostavljamo Vam dodatne informacije/pojašnjenje na postavljena pitanja:

U partiji broj 11 zahtevane tehničke karakteristike su definisane sa: vrstom katetera, brojem elektroda, veličinom elektrode na vrhu, razmakom elektroda, dužinom katetera i konfiguracijom krivine. Konfiguracija krivine je definisana sa: dužinom deflektabilnog dela, prečnikom krivine i oblikom krivine – a kako stoji u Obrazcu Informacija o ponuđenim dobrima.

Naručilac je objektivnu potrebu koju ima za dobrom određenih karakteristika, a koja je osnov zahteva tehničke specifikacije, učinio izvesnom, kako bi svim zainteresovanim licima bilo jasno na koju potrebu dobrom imaju odgovoriti.

Stručna ocena ponuda se vrši nakon sastavljanja zapisnika o otvaranju ponuda i pregleda ponuda u fazi stručne ocene ponuda. Po podacima o dobru koje je zainteresovani ponuđač dostavio u pitanju: mišljenja smo da vrh deflektabilne elektrode 1,5mm ne može biti odgovarajući zahtevanom vrhu od 1mm; mišljenja smo da prečnik krivine od 60mm ne može biti odgovarajući zahtevanom prečniku krivine od 75mm u tački 1b Obrazca. Prečnik krivine je jedan od zahtevanih tehničkih karakteristika konfiguracije krivine, potrebno je ispuniti ostale zahtevane tehničke karakteristike.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU