



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ  
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА  
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



JH-36/19  
Број: 3030-4  
Датум: 17.10.2019.  
Сремска Каменица

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку JH-36/19 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ**

Дана 15.10.2019. године путем мејла нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку JH-36/19 – Потрошни материјал за стерилизацију у оквиру којег су постављена следећа питања:

„Поштовани,

*U vezi JN 36/19, molim Vas za pojašnjenje:*

1. Партија 2 – Фолије за рад на плазма стерилизатору:  
Ставка 1: Да ли је прихватљиво понудити фолију за плазма стерилизатор, димензија 7,5цм x 100м?
2. Партија 5 – Папир за стерилизацију:  
Да ли је у питању креп папир за стерилизацију?
3. Партија 7 – Потрошни материјал за рад на парном гасном стерилизатору:  
Ставка 1 и 2: Да ли је прихватљиво понудити самолепљиву контролну траку димензија 1,9цм, котур 50м?
4. Ставка 3: Који тачно Bowie-Dick тест Вам је потребан?  
Bowie-Dick A4, Visa Bowie-Dick или готов припремљен Bowie-Dick тест?
5. Ставка 4: Молимо Вас да тачно специфицирате време трајања стерилизације за тражени индикатор класе 6.
6. Ставка 5 и 6: Молимо Вас да специфицирате концентрацију *Bacillus Stearothermophilus*, време читавања резултата и који инкубатор користите, како бисмо Вам дали адекватну понуду, јер са спецификацијом коју сте дали може доћи до грешке у понуди.“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр.14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

1. Да, наручилац ће прихватити фолију за плазма стерилизатор димензија 7,5цм x 100м.
2. Да.
3. Да, наручилац ће прихватити самолепљиву контролну траку ширине 1,9цм, котур 50м.

4. Потребан нам је готов припремљен Bowie-Dick тест.
5. Време трајања стерилизације за тражени индикатор класе тачности 6 износи 7 минута на температури од 134 °C.
6. Користимо инкубатор „SP Medical“, време читавања резултата је после 24 часа, а концентрација *Bacillus Stearothermophilus* износи  $1,10^6$ .

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

**Комисија за јавну набавку**