



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku
Red. br. JN-OP-20/15
Broj: 1372-6
Datum: 01.06.2015. godine
Sremska Kamenica

PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku JN-OP-20/15 – OKSIGENATORI

Dana 29.05.2015. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku oksigenatora, u okviru kojeg su postavljena sledeća pitanja:

“ 1. Originalna konkursna dokumentacija izmenjena je od strane naručioca dana 19.05.2015. godine u delu 3) Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, u tački 3)1) vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije) na strani 9, 10, i 11 od 66. Naručilac u okviru nabavke dobara definisanih u partiji 1 navodi membranski oksigenator sa tri vrste biokompatibilne obloge. Navedeni „Balance biosurface“ i „X Coating“ predstavljaju zaštićene nazive za obloge kojima je membrana pojedinih proizvođača presvučena dok je „phosphorylcholine“ hemijski naziv supstance koja takođe nedvosmisleno ukazuje na konkretne proizvođače oksigenatora.

Membrana oksigenatora, bez obzira na hemijski sastav premaza membrane ili njegovo zaštićeno ime, ima za cilj razmenu gasova tokom procesa vantelesne cirkulacije. Pri tome različite membrane različitih obloga kod različitih proizvođača oksigenatora imaju ekvivalentnu funkciju, a kvalitet oksigenatora određuju isključivo njegove izlazne performanse. Smatramo da je samo određivanjem obloge membrane kao biokompatibilne, bez navođenja robnih marki, precizno definisan predmet nabavke.

Predlažemo izmenu konkursne dokumentacije, u smislu člana 72. st. 2 ZJN u delu tehničkih specifikacija, tako da se izostavi navođenje tipova obloge membrane oksigenatora.

2. Izmenama konkursne dokumentacije Naručilac je u partiji 1 u nazivu partije dodao reči: „poslednje generacije“. Izmena je izvršena tako da je i sam naziv partije 1 promenjen iz „Membranski oksigenator sa oblogom ("coating") za odrasle osobe“, što je njen prvobitni naziv, u „Membranski oksigenator poslednje generacije i set linija sa oblogom ("coating") za odrasle osobe“. Molimo za pojašnjenje kako se opredeljuje pojam „poslednje generacije“, posebno ukazujući da su istovremeno konkursnom dokumentacijom definisane tehničke karakteristike traženih oksigenatora. Odrednica „poslednja generacija“ ne predstavlja merilo kvaliteta i kliničkih performansi dobra i njenim nejasnim određenjem moguće je da se eliminišu dobra različitih generacija, a koja ispunjavaju tražene tehničke karakteristike i u potpunosti odgovaraju traženoj nameni, što je u suprotnosti sa načelom obezbeđenja konkurencije čl. 10 ZJN. **Radi izbegavanja sumnje u izboru odgovarajućeg dobra predlažemo da se ova odrednica briše, odnosno predmet nabavke definiše kao „Membranski oksigenator sa oblogom ("coating") za odrasle osobe“, kao u prvobitnoj verziji dokumentacije.**

3. Konkursnom dokumentacijom u tački 3)4) (strana 13/66) za prvu isporuku dobara predviđen je rok od 30 dana od dana zaključenja ugovora. Oksigenatori se isporučuju sa

setom linija koji je definisan prema posebnim zahtevima korisnika (zdravstvenih ustanova), u ovom slučaju Naručioca (tzv. custom pack). Imajući u vidu da skoro svaka klinika kod nas i u inostranstvu ima drugačije zahteve u vezi sa setom linija, proizvođači proizvodnju obavljaju samo za poznatog kupca, u tačno određenim količinama, tako da kod svih proizvođača ona traje najmanje 60 dana. **Predlažemo da se rok za prvu isporuku dobara predviđen konkursnom dokumentacijom produži na najmanje 60 dana.** “

Na osnovu člana 63. stav 3., a u vezi sa članom 62. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja:

1. Naziv proizvoda (dobara) za partiju br. 1 se menja i glasi:

Membranski oksigenator sa biokompatibilnom oblogom (coating) za odrasle osobe po tipu: phosphorylcholine ili neheparinski ekvivalent. Oksigenator treba da ima površinu membrane od 1,7 m² do 2,5 m², sa maksimalnim protokom od 7 L/min ili više, sa setom linija po nacrtu IKVBV.

Nije prihvatljivo ponuditi membranu sa oblogom sa heparinskom osnovom upravo zbog pacijenata koji boluju od HIT-a (heparin indukovana trombocitopenija), kao i zbog negativnih iskustava – kako naših tako i onih opisanih u stručnoj literaturi.

2. Membranski oksigenator poslednje generacije jeste najnoviji tip membranskog oksigenatora iz proizvodnog programa proizvođača. U ovom delu ostajemo pri konkursnoj dokumentaciji.

3. Rok za prvu isporuku dobara se produžava na maksimalno 60 dana.

Odgovor se nalazi u Izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, istovremeno se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.



Komisija za javnu nabavku

Prof. dr sci. med. Stamenko Šušak, predsednik komisije