



INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI  
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA  
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica  
REPUBLIKA SRBIJA  
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku  
Red. br. JN-05/14  
Broj: 862-1  
Datum: 27.03.2014. godine  
Sremska Kamenica

**PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku JN-05/14 – Medicinski potrošni materijal**

Dana 26.03.2014. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku medicinskog potrošnog materijala, u okviru kojeg je postavljeno sledeće pitanje:

1. Molimo Vas za dodatno pojašnjenje u vezi partije 58 – Set za ultrafiltraciju – Hemokencetrator set. Šta sve treba da sadrži set?

Na osnovu člana 63. stav 3., a u vezi sa članom 62. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, dostavljamo odgovore na postavljeno pitanje:

1. Set za ultrafiltraciju treba da sadrži:

- hemokoncentrator karakteristika: - površina membrane 0,68 m<sup>2</sup>, maksimalni transmembranski pritisak 66 kPa, prajmig 60 ml
- PVC crevo za ulazak krvi u hemokoncentrator veličine 1/4 inča, sa silikonskim segmentom sa dva ravna konektora 1/4-1/4, za malu roler pumpu (veličine Ø85 mm) i izlaznu liniju PVC 1/4 inča
- kesu za skupljanje filtrata sa Robertsovom klemom kapaciteta 1 litar.

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, istovremeno se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:

Nevena Beljanski, član