



INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku
Red. br. JN-06/16
Broj: 525-4
Datum: 04.03.2016. godine
Sremska Kamenica

PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku JN - 06/16 – POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU

Dana 03.03.2016. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku JN-06/16 – Potrošni materijal za sterilizaciju u okviru kojeg je postavljeno sledeće pitanje:

„Poštovani,

Molim za dodatna pojašnjenja u okviru partije 3.

-R.br. 1. i 2. Koliko odstupanje od širine 2cm je dozvoljeno?

-R.br. 3. Bowie-Dick da li se odnosi na pakovanje ili list? (u prilogu su uputstva za oba proizvoda radi lakšeg pojašnjenja)

-R.br. 4. Hemijski indikator klase tečnosti 6 - koje vreme sterilizacije i na kojoj temperaturi?“

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, br.14/15 i 68/15), dostavljamo odgovor na postavljeno pitanje:

1. Odstupanje u širini za stavku 1 i 2 u Partiji 3 može biti do 2mm, što znači da samolepljive trake iz stavke 1 i 2 mogu biti širine od 1,8cm do 2,2cm.
2. U pitanju je Bowie-dick test pakovanje.
3. Vreme trajanja sterilizacije je 5 minuta na temperaturi od 134C°

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Komisija za javnu nabavku


Branko Labus, službenik za javne nabavke član

