



INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku
Red. br. JN-06/16
Broj: 525-6
Datum: 11.03.2016. godine
Sremska Kamenica

PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku JN - 06/16 – POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU

Dana 08.03.2016. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku JN-06/16 – Potrošni materijal za sterilizaciju u okviru kojeg je postavljeno sledeće pitanje:


„Poštovani,
Molim Vas za dodatna pojašnjenja u okviru partije 3 redni broj 5:
- Koliko dopuštate odstupanje od promera ampula?
- Da li tehničke karakteristike iz priloga odgovaraju Vašim zahtevima?
Kao i detaljniji opis za Partiju 8.“

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, br. 14/15 i 68/15), dostavljamo odgovor na postavljeno pitanje:

1. Odgovor na ovo pitanje se nalazi u Izmeni i dopuni konkursne dokumentacije broj 525-5 od 11.03.2016.
2. Komisija za javnu nabavku će prilikom stručne ocene ponuda izvršiti ocenu dostavljenih uzoraka i njihovih tehničkih karakteristika na mestu upotrebe i o tome sačiniti izveštaj o stručnoj oceni ponuda.
3. Set za sterilizaciju etilen oksidom za sterilizator "AX 60" treba da sadrži: kertridž sa 5g 100% etilen-oksida, liner kesu, čip vlažnosti i hemijski indikator klase tačnosti.

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Komisija za javnu nabavku


Nada Beuković, član

