



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Red. br. JN-07/16
Broj: 596-5
Datum: 16.03.2016

PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku br. JN-07/16 – Medicinska oprema

Dana 15.03.2016. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku JN-07/16 – Medicinska oprema, u okviru kojeg su postavljena sledeća pitanja za partiju br. 2 - defibrilator:

1. U stavci 2.2 je navedeno da podesivi opseg frekvence pejsinga bude od 30-180 ppm u koracima od 2 ppm, a naše pitanje je da li je prihvatljivo da opseg frekvence pejsinga bude od 40-170 ppm, obzirom da ova mala razlika nema nikakav bitan uticaj na pacijenta?
2. U stavci 5.4 je navedeno da opseg srčane frekvence je 15-300 otkucaja u minuti sa prikazom numeričke vrednosti na ekranu aparata, a naše pitanje je da li je prihvatljivo da opseg srčane frekvence 20-300 otkucaja u minuti, obzirom da ova mala razlika nema nikakav bitan uticaj na pacijenta?
3. U stavci 6.2 je navedeno da je opseg transtorokalne impedance pacijenta 15-200 Ohm, a naše pitanje je da li je prihvatljiv opseg transtorokalne impedance pacijenta 25-200 Ohm, obzirom da ova mala razlika nema nikakav bitan uticaj na pacijenta?


Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, br. 14/15 i 68/15), dostavljamo odgovor na postavljeno pitanje:

1. Na tržištu postoje više uređaja koji ispunjavaju zahtevani parametar, stoga Naručilac ostaje pri zahtevu iz Konkursne dokumentacije.
2. Prihvaćemo sugestiju, i izmeniti zahtevane vrednosti. Stavka 5.4 se menja i sada glasi: "Opseg srčane frekvence: 20-300 otkucaja u minuti sa prikazom numeričke vrednosti na ekranu aparata".
3. Prihvaćemo sugestiju i izmeniti zahtevane vrednosti. Stavka 6.2 se menja i sada glasi: "Opseg transtorokalne impedance pacijenta 25-200 Ohm."

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:




Jovović Žarko, službenik za javne nabavke, član