



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put dr Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku

Red.br. JN-04/17

Broj: 569-7/17

Datum: 06.03.2017. godine

Sremska Kamenica

Komisija za javnu nabavku obrazovana rešenjem direktora IKVBV broj 569-1/17 od 23.02.2017. godine
sačinila je

**Dodatno pojašnjenje za javnu nabavku material za invazivnu kardiologiju
jn-04/17**

Primili smo dopis zainteresovanog lica kojim se zahteva dodatno pojašnjenje za javnu nabavku – materijal za invazivnu kardiologiju, JN-04/17 u okviru kojeg je postavljena sledeća pitanja:

Poštovani,

Povodom Vašeg raspisa za učešće u postupku javne nabavke **JN-04/17**, molimo Vas za odgovor na sledeća pitanja:

Partija 28 Punkcijske igle (15cm; 1,8G;0.38) – za perikard

Da li je greškom stavljeno 1,8G umesto 18G i 0.38 umesto 0.038?

Ukoliko jeste, da li će biti prihvatljive punkcijske igle dimenzija 19G, 15cm,0.038?

Partija 19 Snare-omča za vađenje stranih tela iz aorte, dužine 120cm, sa odgovarajućim kateterom Fr6 ili Fr7 dužine 100cm ili više

Da li će biti prihvatljive Snare-omče za vađenje stranih tela iz aorte, dužine 125cm?

Na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br.124/12, br.14/15 i 68/15) dostavljamo vam dodatne informacije/pojašnjenje na postavljena pitanja:

Na postavljena pitanja je odgovoreno putem izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 569-6/17 od 06.03.2017.g.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU