



INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku
Red. br. JN-54/13
Broj: 69-1
Datum: 10.01.2014. godine
Sremska Kamenica

PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku JN-54/13 – Medicinski potrošni materijal – partija 4

Dana 09.01.2014. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku medicinskog potrošnog materijala, u okviru kojeg je postavljeno sledeće pitanje:

» Partija 4 – Antibakterijski filteri:

1. Na osnovu kog parametra ili saznanja je donesena odluka da se mogu ponuditi filteri sa manjim stepenom efikasnosti od prvobitnog zahteva po Vašoj tenderskoj dokumentaciji?
Da li je ponuđač ponudio odgovarajući dokaz da dobra koja nudi suštinski na jednak način ispunjavaju uslove iz specifikacije i traženog standarda na osnovu člana 71.ZJN?
Izjava ponuđača koji tvrdi da je manji stepen filtracije istovetan traženom je nedovoljna i netačna.
Elektrostatički filteri zavisno od namene imaju stepen filtracije od 99,9, 99,99 do 99,999 %. Svako odstupanje naniže bitno utiče na efikasnost traženog proizvoda.
U konkretnom slučaju se omogućava ponuda filtera sa manjim stepenom efikasnosti i bitno menja tendersku dokumentaciju.«

Na osnovu člana 63. stav 3., a u vezi sa članom 62. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja:

1. Komisija za javnu nabavku JN-54/13 je nakon postavljenog pitanja zainteresovanog lica, zavedenog u IKVBV pod brojem 3982 od 31.12.2013., **nakon analize punktova na kojima se navedeni filteri koriste na IKVBV, zaključila da potrebe na IKVBV zadovoljava opseg filtracije koji se može iskazati zaokruživanjem na dve decimale 99,99%.**
Na osnovu toga je dato pojašnjenje broj 3982-1 od 31.12.2013., koje predstavlja sastavni deo konkursne dokumentacije.
U vezi Vašeg pitanja o dokazima koje je ponuđač dostavio – kompletno pitanje zainteresovanog lica je citirano u dodatnom pojašnjenju broj 3982-1.

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, istovremeno se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:

Nevena Beljanski, član