



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА**
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



ЈН-31/17
Број: 2915-4
Датум: 23.10.2017.
Ср. Каменица

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку бр. ЈН-31/17 – Заштитна опрема од јонизујућег зрачења за службу инвазивне хемодинамске и радиолошке дијагностике

Дана 21.10.2017. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се траже додатна појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН-31/17 – Заштитна опрема од јонизујућег зрачења за службу инвазивне хемодинамске и радиолошке дијагностике, у оквиру којег је постављено следеће питање:

„Анализом конкурсне документације у отвореном поступку набавке - Заштитна опрема од јонизујућег зрачења за службу инвазивне хемодинамике и радиолошке дијагностике ЈН 31/17, установили смо да су нам потребне додатне информације и појашњења па Вам у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама, постављамо питања и молимо да нам на иста одговорите:

1. За ставку 3. Заштитне "wгар around" наочаре Наручилац захтева да понуђене наочаре имају еквивалент олова 0,75 mm Pb спреда и 0,5 Pbmm са стране.

Како и сам назив "wгар around" говори у питању су закривљене наочаре које целом дужином стакла које се састоји из једног дела имају исти еквивалент олова за разлику од ставке 4. која управо и представља тип наочара који има стакло са предње и стакло са стране па је и захтев за еквивалентом олова на два места оправдан. У том смислу молимо Наручиоца да измени поменути техничку карактеристику те уместо "еквивалент олова 0,75 mm Pb спреда и 0,5 Pbmm са стране" буде "еквивалент олова 0,75 mmPb" јер је очито реч о штампарској грешки.“

Одговор:

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку