



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ  
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА  
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



ЈН-31/17  
Број: 2915-5  
Датум: 23.10.2017.  
Ср. Каменица

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку ЈН-31/17 – Заштитна опрема од јонизујућег зрачења за службу инвазивне хемодинамске и радиолошке дијагностике, образована Решењем директора број 2915-1 од 5.10.2017. године, припремила је

## ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН-31/17

I У делу конкурсне документације на странама 4/51 и 5/51, под тачком 2) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл., мења се табела под 2)1) врста техничке карактеристике (спецификација), у тачки 3.2, те сада гласи:

3.2.	Еквивалент олова 0.75 mm Pb спреда, мин. 0.50 mm Pb са стране
------	---

**II Понуђачи су дужни да приложе нову табелу техничких спецификација која се налази у прилогу ове измене.**

III Измене Конкурсне документације ће без одлагања бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

**Комисија за јавну набавку**

**НОВА ТАБЕЛА ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА:**

Редни број	Минималне техничке карактеристике	Попуњава Понуђач													
		да/не	Коментар												
1	Дводелна кецеља за заштиту од јонизујућег зрачења														
1.1.	Заштитни еквивалент олова напред мин. 0.5 mm Pb (на преклоп 2x0,25 mm Pb), позади мин. 0.25 mm Pb														
1.2.	Кецеља (сукња+прслук) треба да буду израђена од вишеслојне, меке, флексибилне оловне гуме - од лаких материјала														
1.3.	Валидирана стандардом IEC 61331														
1.4.	Величине зависне од непосредних корисника, боја по избору Наручиоца, величине су дате оквирно како би понуђачи могли да формирају цену. Димензије корисника: <table><tr><th>Ком</th><th>Величине - опис</th></tr><tr><td>1 ком</td><td>величина XS (X Small – обим груди око 90 cm) дужина сукње 70 cm</td></tr><tr><td>4 ком</td><td>величина S (Small – обим груди око 100 cm) дужина сукње 70 cm</td></tr><tr><td>1 ком</td><td>величина M (Medium – обим груди око 108 cm) дужина сукње 70 cm</td></tr><tr><td>1 ком</td><td>величина M (Medium – обим груди око 108 cm), дужина сукње 75 cm</td></tr><tr><td>1 ком</td><td>величина L (Large – обим груди око 118 cm), дужина сукње 75 cm</td></tr></table>	Ком	Величине - опис	1 ком	величина XS (X Small – обим груди око 90 cm) дужина сукње 70 cm	4 ком	величина S (Small – обим груди око 100 cm) дужина сукње 70 cm	1 ком	величина M (Medium – обим груди око 108 cm) дужина сукње 70 cm	1 ком	величина M (Medium – обим груди око 108 cm), дужина сукње 75 cm	1 ком	величина L (Large – обим груди око 118 cm), дужина сукње 75 cm		
	Ком	Величине - опис													
	1 ком	величина XS (X Small – обим груди око 90 cm) дужина сукње 70 cm													
	4 ком	величина S (Small – обим груди око 100 cm) дужина сукње 70 cm													
	1 ком	величина M (Medium – обим груди око 108 cm) дужина сукње 70 cm													
	1 ком	величина M (Medium – обим груди око 108 cm), дужина сукње 75 cm													
	1 ком	величина L (Large – обим груди око 118 cm), дужина сукње 75 cm													
2	Заштитни оковратник за тироиду и стернум														
2.1.	Израђен од вишеслојне, меке, флексибилне оловне гуме														
2.2.	<table><tr><th>Ком</th><th>Величине - опис</th></tr><tr><td>5 ком</td><td>величина L (подешавајући обим крагне помоћу чичак траке до 50 cm) боја по избору Наручиоца</td></tr><tr><td>5 ком</td><td>величина XL (подешавајући обим крагне помоћу чичак траке до 55 cm) боја по избору Наручиоца</td></tr></table> или <table><tr><th>Ком</th><th>Величине - опис</th></tr><tr><td>10 ком</td><td>универзална величина (подешавајући обим крагне помоћу чичак траке 50-55 cm) боја по избору Наручиоца</td></tr></table>	Ком	Величине - опис	5 ком	величина L (подешавајући обим крагне помоћу чичак траке до 50 cm) боја по избору Наручиоца	5 ком	величина XL (подешавајући обим крагне помоћу чичак траке до 55 cm) боја по избору Наручиоца	Ком	Величине - опис	10 ком	универзална величина (подешавајући обим крагне помоћу чичак траке 50-55 cm) боја по избору Наручиоца				
	Ком	Величине - опис													
	5 ком	величина L (подешавајући обим крагне помоћу чичак траке до 50 cm) боја по избору Наручиоца													
	5 ком	величина XL (подешавајући обим крагне помоћу чичак траке до 55 cm) боја по избору Наручиоца													
	Ком	Величине - опис													
10 ком	универзална величина (подешавајући обим крагне помоћу чичак траке 50-55 cm) боја по избору Наручиоца														
2.3.	Оловни еквивалент 0.5 mm Pb														
2.4.	Валидирана стандардом IEC 61331														
3	Заштитне наочаре „wrap around“ – 6 комада														
3.1.	Без диоптријског стакла														
3.2.	Еквивалент олова 0.75 mm Pb спреда, мин. 0.50 mm Pb са стране														
3.3.	Маса максимум 70 g														
4	Заштитне наочаре – “панорама” са бочним стаклима – 6 комада														
4.1.	Заштитна стакла напред и са стране														
4.2.	Еквивалент олова стакала 0.75 mm Pb, 0.50														

	mm Pb са стране		
4.3.	Маса максимум 90 g		
<b>5</b>	<b>Еластичан (стреч) појас – 10 комада</b>		
1.1.	Минималне ширине 10-15 cm		
1.2.	Дужина према захтеву корисника		
<b>6</b>	<b>Заштитна завесица за операциони сто за ангиографска салу Siemens Axiom Artis за заштиту доњег дела тела – 2 комплета</b>		
6.1.	Израђена од меке, флексибилне оловне гуме, једноделне <b>или</b> тракасте		
6.2.	Са два покретна зглоба		
6.3.	Димензије: ширина мин. 90 cm, висина мин 70 cm		
6.4.	Еквивалент олова 0,5 mm олова		
6.5.	Са додацима за заштиту изнад пацијент стола:		
	<b>Ком</b>	<b>Величине - опис</b>	
	1 ком	ширина мин 55 cm, висина мин. 30 cm/0,5 mm олова	
	1 ком	ширина мин 25 cm, висина мин. 33 cm/0,5 mm олова	
6.6.	Додаци за део изнад пацијент стола морају имати могућност лаког уклањања и постављања, по потреби		