



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



ЈН-31/17
Број: 2915-6
Датум: 02.11.2017.
Ср. Каменица

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку бр. ЈН-31/17 – Заштитна опрема од јонизујућег зрачења за службу инвазивне хемодинамске и радиолошке дијагностике

Дана 31.10.2017. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се траже додатна појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН-31/17 – Заштитна опрема од јонизујућег зрачења за службу инвазивне хемодинамске и радиолошке дијагностике, у оквиру којег је постављено следеће питање:

„Наручилац је за Заштитне завесице за пацијент сто „Siemens Axiom Artis“ за заштиту
доњег дела тела – 2 комплета захтевао следеће:

- 1 ком. Ширина мин. 55 см, висина мин. 30см/0.5 мм олова
- 1 ком. Ширина мин. 25 см, висина 33 см/0.5 мм олова

Наше питање се односи на захтевану висину горњег дела завесице од 30, односно 33 см. Наручилац се позива на техничку спецификацију само једног понуђа из чега седа закључити да се даје предност истом, а тиме се елимишу други понуђаћи.

Наручилац захтева опрему која има општеприхваћене међународне стандарде MDD 93/42/ЕЕС, ЦЕ знак, ISO стандард, и сл., који претпостављају испуњеност таквих карактеристика који су ускладу са објективним потребама заштите инвазивне хемодинамске и радиолошке дијагностике.

Сходно предњем неопходно је да се у спецификацији дода:

- 1 ком. ширина мин. 55 см, висина мин. 30см/0.5 мм олова, или „одговарајуће“
- 1 ком. ширина мин. 25 см,, висина 33 см/0.5 мм олова, или „одговарајуће“

Јер би у супротном дата техничка спецификација била у колизији са Чланом 71, 72 и 73

Закона о јавним набавкама, а последично и са Чланом 9,10 и 12 истог закона:

„Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.....“ (навод)“

Одговор на допис заинтересованог лица којим се траже додатна појашњења:

Наручилац је тачку 6.5 дефинисао на следећи начин:

6.5.	Са додацима за заштиту изнад пацијент стола:			
	Ком	Величине - опис		
	1 ком	ширина мин 55 см, висина мин. 30 см/0,5 мм олова		
	1 ком	ширина мин 25 см, висина мин. 33 см/0,5 мм олова		

док сте ви написали:

1 ком. Ширина мин. 55 см, висина мин. 30см/0.5 мм олова

1 ком. Ширина мин. 25 см, висина 33 см/0.5 мм олова, превидевши да и испред висине друге завесице од 33цм стоји скраћеница мин.

Наручилац је ставку 6. Заштитна завесица за операциони сто за ангиографску салу Siemens Axiom Artis за заштиту доњег дела тела дефинисао спрам својих објективних потреба одредивши минимални технички захтев који потенцијални понуђачи треба да испуне, а при том водећи рачуна да постоји више понуђача који испуњавају тражену карактеристику.

Сходно томе, свака понуда једнака минималним техничким карактеристикама или виша од траженог је одговарајућа и прихватљива те стога Наручилац не види сврху у додавању речи "или одговарајуће" поменутом захтеву из конкурсне документације и остаје при свом захтеву.

Реч „одговарајуће“ се не може ставити уз димензије, уз димензије се може ставити евентуално минимална и максимална вредност.

Једина могућност стављања речи „одговарајуће“ уз димензију је уколико сте мислили да ће ваша понуда бити одбијена уколико је димензија изражена у некој другој јединици мере нпр. у инчима или милиметрима, али за то не постоји бојазан, јер ће се свака димензија прерачунати, тј. лако се може утврдити стварна садржина понуде.

Да сте у свом питању написали да ваша фирма може да испоручи завесицу од нпр. „ху“ см, и поставите питање да ли је то прихватљиво, Наручилац би био у стању да разуме поенту питања, те да реагује сходно томе.

На начин на који сте поставили питање, касније, при стручној оцени понуда може доћи до немогућности оцене понуде. Нпр. ако је захтев „мин. 30цм или одговарајуће“ а ви понудите 29цм висину завесице - ствара се конфузна ситуација, где је прописан минимум од 30цм али се не зна шта у том случају значи одговарајуће и чему је одговарајуће. При томе се за ставку под редним бројем 6 Наручилац није позвао ни на један стандард.

Напомињемо још једном да је Наручилац пре покретања јавне набавке истражио тржиште, и установио да постоје бар два понуђача у РС која могу да одговоре на сваки захтев из техничке спецификације, тако да ваша тврдња да се „Наручилац позива на спецификацију једног понуђача“, те да се елиминишу други понуђачи – не стоји, што је лако доказиво.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку