



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Ред. бр. ЈН-25/17
Број: 2482-1
Датум: 18.08.2017.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку бр. ЈН-25/17 – Медицински потрошни материјал

Дана 16.08.2017. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН-25/17 – Медицински потрошни материјал, у оквиру којег је постављено следеће питање:

1. Везано за ЈН 25/17 – Медицински потрошни материјал, партија бр.9 Ћебе за грејање пацијента:

- са којим апаратом треба да буде компатибилно ћебе за грејање пацијента?
- да ли прихватате одступање у димензијама +/- 2 цм?
- за који део тела је потребно ћебе за грејање пацијента?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

1. Ћебе за грејање пацијента треба да буде компатибилно са апаратом EQUATOR произвођача SMITHS MEDICAL.

Наручилац прихвата наведено одступање.

Ћебе за грејање пацијента је потребно за цело тело, осим главе.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.



Комисија за јавну набавку

Невена Бељански