



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Ред. бр. ЈНОПОС-06/19
Број: 561-1
Датум: 28.02.2019.

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку
бр. ЈНОПОС-06/19– Медицински потрошни материјал**

Дана 27.02.2019. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈНОПОС-06/19 – Медицински потрошни материјал, у оквиру којег су постављено следеће питање:

1.У конкурсној документацији за јавну набавку Медицински потрошни материјал број ЈНОПОС-06/19 , партија бр.86 – Интрааортни балон катетер линеар, која је дужина балона са припадајућим сетом за инсерцију?

2.У конкурсној документацији на страни бр.144/145 као обавезна садржина понуде под редним бројем 4. наведен је Образац – Изаја да су понуђена добра регистрована код надлежног органа за регистрацију медицинских средстава И копија Решења АЛИМС-а. Како наведеног Обрасца нема у конкурсној документацији, да ли је потребно достављање истог или је довољно само доставити Решења АЛИМС-а?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

1. Интрааортни балон катетер Линеар, 7,5 Фр, 40 цц, дужине балона 258 мм, са припадајућим сетом за инсерцију.
2. Ова техничка грешка ће бити исправљена у измени конкурсне документације.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку