



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА**
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



JH-20/19
Broj: 1381-9
Датум: 24.5.2019.
Ср. Каменица

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку JH-20/19 – Апарати за стерилизацију са извођењем радова на адаптацији простора, са испоруком, инсталацијом и пуштањем у рад по систему “кључ у руке”, образована Решењем директора број 1381-1 од 3.5.2019. године, припремила је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ JH-20/19

I У Конкурсној документацији број 1381-3 од 3.5.2019. године, у делу 7) Модел уговора, у члану 20, додаје се став:

„Добављач је дужан да достави документацију у складу са Правилником о прегледима опреме под притиском током века употребе.“

II У Конкурсној документацији број 1381-3 од 3.5.2019. године, у делу:

2) Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл., део 2)1) врста техничке карактеристике (спецификација):

1. Аутоматски парни стерилизатор:

- тачка број 1 мења се и гласи: „Аутоматски парни стерилизатор са вертикално клизећим пневматским вратима израђеним од челика AISI 316L или одговарајући“
- тачка број 6 мења се и гласи: „Комора: израђена од челика AISI 316L или одговарајући“
- тачка број 7 мења се и гласи: „Дупликатор: израђен од челика AISI 304 или одговарајући“

2. Апарати за стерилизацију – водоник пероксид (без плазма фазе)

- тачка број 1 мења се и гласи: „Стерилизатор намењен за стерилизацију термолабилног материјала на температури до максимално 60°C“
- тачка број 14 мења се и гласи: „Материјал коморе: алуминијум или нерђајући челик АИСИ 316Л или одговарајући“
- тачка број 20 мења се и гласи: „Апарат испуњава стандарде или новије верзије стандарда: EN 61010-1, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 14937, IEC 61010-2-040, CE 93/42/EEC“

II Нова техничка спецификација као и модел уговора се налазе у прилогу.

IV Измена и допуна Конкурсне документације ће без одлагања бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку

7) МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем којем буде додељен уговор о јавној набавци.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем је уговор додељен дужан је да у року од 8 дана од дана пријема уговора исти потпише, овери и врати Наручиоцу.

МОДЕЛ УГОВОРА ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ, ОВЕРАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи

УГОВОР

о јавној набавци добара – Апарати за стерилизацију са извођењем радова на адаптацији простора, са испоруком, инсталацијом и пуштањем у рад по систему “кључ у руке”

Редни број ЈН-20/19

Закључен дана _____.2019*. године, у Ср. Каменици, између:

***попуњава Наручилац приликом закључења уговора**

1. **Институт за кардиоваскуларне болести Војводине Ср. Каменица**, Пут доктора Голдмана 4 (у даљем тексту: Наручилац), који заступа директор проф. др Александар Реџек

и

2. **А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО**

_____, (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

кога заступа _____ (у даљем тексту: Додављач) (Име, презиме и функција)

Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

_____, (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

кога заступа _____ (у даљем тексту: Додављач)

(Име, презиме и функција)

Додављач је извршење јавне набавке делимично поверио Подизвођачу:

1. _____

_____, (Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

кога заступа _____ (Име, презиме и функција)

В. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА)

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА су се на основу Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____ 2019. године, а који је саставни део овог уговора, међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог уговора. Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу

1. _____

_____, (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

као **члан групе који је носилац посла**, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор _____ (у даљем тексту: Добављач)

(Име, презиме и функција)

2. _____

_____,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

као члан групе који ће _____, кога заступа

_____ (члан групе понуђача)

(Име, презиме, функција)

3. _____

_____,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

као члан групе _____

_____ (члан групе понуђача).

(Име, презиме, функција)

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

***попуњава понуђач**

Подаци о наручиоцу:

ПИБ:	100807232
Матични број:	8113645
Број рачуна:	840-513661-87
Телефон:	021/480-57-49
Факс:	021/66-22-152
Електронска адреса:	komercijala3@ikvbv.ns.ac.rs

Подаци о добављачу*:

ПИБ:	
Матични број:	
Број рачуна:	
Телефон:	
Факс:	
Електронска адреса:	

***попуњава понуђач**

Основ уговора*:

Број ЈН:	ЈН-20/19
Датум објављивања јавне набавке на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и и Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа	3.5.2019. године
Број и датум одлуке о додели уговора:	(попуњава Наручилац приликом закључења уговора)
Понуда изабраног понуђача број _____ од _____.2019. године	

***попуњава Наручилац приликом закључења уговора**

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка - Апарата за стерилизацију са извођењем радова на адаптацији простора, са испоруком, инсталацијом и пуштањем у рад по систему "кључ у руке" (ЈН-20/19), у свему према Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа, техничкој спецификацији датој у Конкурсној документацији, прихваћеној понуди Понуђача број _____ од _____ 2019. године, која је код Наручиоца заведена под бројем _____ од _____ 2019. године (у даљем тексту: Понуда), која чини саставни део овог уговора.

Добављач потврђује да је сагледао обим обавеза из става бр. 1 овог члана и потврђује да је исти довољан за извршење свих радова, услуга и испорука на такав начин да се обезбеди пуна функционалност и безбедност и употреба истих, без додатних захтева за вишком или непредвиђеним радовима и испорукама.

У духу претходног става, уговорне стране сагласно потврђују да према члану 640. Закона о облигационим односима, одредба „**кључ у руке**“ подразумева обавезу Добављача да изврши све радове и услуге потребне за функционалну и безбедну употребу опреме и објекта који су предмет овог уговора.

***попуњава понуђач**

ЦЕНА*

Члан 2.

Укупна цена добара која су предмет овог уговора износи _____ динара без ПДВ-а, док укупна цена са ПДВ-ом износи _____ динара.

Укупна цена радова са израдом пројекта изведеног стања, а који су предмет овог уговора износи _____ динара без ПДВ-а, док укупна цена са ПДВ-ом износи _____ динара, а у складу са Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства.

Укупна цена добара и радова који су предмет овог уговора износи _____ динара без ПДВ-а, док укупна цена са ПДВ-ом износи _____ динара.

Укупно уговорена цена је фиксна и неће подлегати променама ни из којих разлога.

Обвезник и стопа пореза на додату вредност се утврђује у складу са важећим Законом о порезу на додату вредност, подзаконским актима и пратећим прописима на дан испостављања привремене/окончане ситуације.

Уговорена цена из прихваћене Понуде је утврђена као цена у укупном износу, која је фиксна током реализације уговора и неће бити подложна променама из било ког разлога.

Уговорне стране су сагласне да цена обухвата вредност свих непредвиђених као и вишкова радова.

Уговорна цена укључује, извођење радова, израду пројекта изведеног стања, стручну инсталацију и стављање у функцију апарата за стерилизацију, обуку особља на локацији Наручиоца, као и одржавање и поправке у уговореном гарантном року.

***попуњава понуђач**

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац ће уговорену цену из члана 2. став 3. овог уговора исплатити уплатом на рачун Додављача број _____, * који има код пословне банке _____ * на следећи начин:

- у року до 60 (шездесет) дана након квантитативног и квалитативно усаглашеног пријема добара које су предмет овог уговора, а на основу отпремнице, записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему добара испостављеног и рачуна (фактуре) који садржи поред основних података из члана 42. Закона о ПДВ-у и следеће податке: назив и број јавне набавке, број уговора, јединицу мере, цену по јединици мере.

***попуњава понуђач**

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 4.

Додављач је дужан да преда Наручиоцу:

- у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, **банкарску гаранцију за добро извршење посла** (једну), која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором;

- у тренутку примопредаје предмета јавне набавке, **банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року** (једну), која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 60 (шездесет) дана дужи од гарантног рока. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

ПОДИЗВОЂАЧ/ПОДИЗВОЂАЧИ

Члан 5.*

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____
(навести у чему се састоји учествовање подизвођача)

поверио подизвођачу _____ ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупно уговорене вредности.

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____
(навести у чему се састоји учествовање подизвођача)

поверио подизвођачу _____ ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупно уговорене вредности.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

Ако Добављач као подизвођача ангажује лице које није наведено у овом уговору, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути Уговор, осим ако би раскидом Уговора Наручилац претрпео знатну штету. У наведеном случају, Наручилац ће обавестити организацију за заштиту конкуренције.*

*(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета без ангажовања подизвођача).*

РОК ИЗВРШЕЊА

Члан 6.

Добављач се обавезује изведе радове на адаптацији простора, изради пројекат изведеног стања, испоручи и инсталира апарате у за то припремљене просторије Наручиоца, и изврши обуку запослених у просторијама Наручиоца у трајању од 5 радних дана, по систему „кључ у руке“, најкасније у року до _____ календарских дана (максимално до 90 календарских дана) од дана закључења уговора.

***попуњава понуђач**

Члан 7.

Продужење рока испоруке толерисаће се у случају више силе.

О датуму наступања, трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца, без одлагања писменим путем.

Добављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за извођење радова и испоруку добара из члана 1. овог уговора. Приликом испоруке, Добављач је дужан да се према имовини Наручиоца односи са пажњом доброг домаћина

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА, ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Након пријаве почетка радова надлежном органу, Добављач је дужан да приступи извођењу грађевинских и грађевинско-занатских радова, као и радова свих инсталација на адаптацији просторија на предвиђеној локацији Наручиоца.

Обавеза Добављача је да изведе све радове предвиђене техничком документацијом као и непредвиђене и вишкове радова без права на промену уговорених цена и вредности истих.

Гарантни рок за изведене грађевинске радове, укључујући уграђене инсталације и техничку опрему, је најмање _____* (најмање 2 (две) године) године, рачунајући од дана примопредаје изведених радова и потписивања Записника о истом.

***уписује понуђач**

Члан 9.

Добављач је дужан да:

- обавезе из овог уговора изврши савесно, на уговорен начин и у уговореном року;
- да пре почетка радова Решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту и копију тог Решења достави Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана закључења овог уговора, као и да достави податке о запосленима који ће изводити радове ради контроле уласка и изласка из објекта Наручиоца на прописан начин
- писаним путем обавести Наручиоца о наступању околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета и сл.)
- приликом извршења обавеза обезбеди предузимање свих неопходних мера за безбедан и здрав рад, укључујући и заштиту трећих лица од опасности проузроковања штете, као и заштиту запослених у складу за Законом о безбедности и здрављу на раду
- води грађевински дневник и грађевинску књигу, и да о свему што је значајно за реализацију овог уговора обавести Наручиоца без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за чињенице
- обезбеди да опрема и материјал који се употребљавају за извршење обавеза одговарају опису радова и техничким нормативима
- да Наручиоцу достави све потребне доказе (атести, сертификати, декларација о усаглашености,...) о квалитету материјала, елемената, делова које уграђује, а по потреби да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације
- да достави све доказе о пореклу опреме и материјала, као и сву другу документацију која прати увоз и уградњу опреме
- да пре испоруке опреме обезбеди сагласност Наручиоца на исту
- на захтев Наручиоца изврши непредвиђене радове, односно услуге које нису обухваћене и предвиђене техничком спецификацијом, а неопходне су за функционалност и безбедно коришћење опреме
- да део радова, испорука или услуга који не буду одговарали уговореном квалитету отклони о свом трошку, у разумном року који одреди Наручилац
- уколико Добављач не отклони недостатке у року који му одреди Наручилац, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Добављача

Члан 10.

Добављач предметних радова, у обавези је да изврши следеће активности и радове:

1. Да у име Наручиоца, о свом трошку, пре почетка извођења радова пријави надлежном органу почетак радова на објекту 8 (осам) дана пре почетка извођења радова и исходује грађевинску дозволу
2. Да изради детаљан динамички план извођења радова и исти достави Наручиоцу
3. Да управља извођењем радова на нивоу простора који се адаптира
4. Да води грађевинску документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме
5. Да, о свом трошку, отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима
6. Да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал
7. Да демонтира и уклони постојеће апарате и исте одложи на место по захтеву Наручиоца
8. Да изради пројекат изведеног стања, односно унесе све евентуалне измене које се појаве у току грађења у један примерак техничке документације, на технички коректан и прописан начин без посебне накнаде;
9. Да обезбеди своје представнике и представнике подизвођача у раду Комисије за примопредају објекта;
10. Да отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају објекта, у остављеном року;

11. Да након завршетка радова, а пре изласка Комисије за примопредају објекта, уклони депоновани материјал и механизацију, да одвезе шут на депонију и да изврши све радове рашчишћавања терена;
12. Да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;
13. Да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;
14. Да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року.

Члан 11.

Добављач је обавезан да обезбеди о свом трошку:

1. Извођење свих припремних радова, уколико за истим постоји потреба
 2. Надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме
- Добављач сноси и све трошкове припадајућих административних такси.

Члан 12.

Добављач је дужан да омогући вршење стручног надзора над радовима извршиоцима који нису запослени у фирми која изводи радове.

Добављач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и стручног надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим примедбама отклони о свом трошку пропусти које је стручни надзор евидентирао кроз грађевинским дневник.

Добављач је дужан да сваких 10 (десет) дана изврши, у присуству стручног надзора, сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у погледу рокова и квалитета. О извршеним анализама, Добављач је дужан да сачини писани извештај, који потписује заједно са стручним надзором и који доставља Наручиоцу преко стручног надзора.

У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећане трошкове или посебну накнаду за то.

Члан 13.

Уговорне стране се обавезују да по завршетку радова који су предмет овог уговора изврше примопредају истих и о томе сачине записник.

Квалитативни преглед изведених радова врши комисија коју формира Наручилац.

Комисија за квалитативни преглед радова ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује представник Наручиоца, Добављача, Одговорног извођача и стручни надзор.

Добављач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и да у року датом од стране комисије отклони недостатке уколико их има. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова између Добављача и Наручиоца.

Ако Добављач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за квалитативни преглед, у примереном року, Наручилац може да ангажује друго лице да их изведе и да активира средство финансијског обезбеђења. Трошкови који у том случају настану падају на терет Добављача.

Записник о примопредаји може сачинити и само Наручилац без учешћа Добављача ако Добављач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Добављачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом.

Члан 14.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Добављач. После примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац.

За одговорност Добављача за стабилност и сигурност објекта примењиваће се одговарајуће одредбе посебних узанси о грађењу.

Члан 15.

Обавеза Добављача је да изради и преда Наручиоцу пројектну документацију изведеног стања адаптације ради привођења намени простора.

При изради Пројектне документације изведеног стања дужан је поштовати сва начела која су утврђена Законом о безбедности и здравља на раду, коришћењу и одржавању простора из предмета јавне набавке, припадајућих инсталација и опреме за рад.

Сва документација по обиму и садржини мора задовољити важеће прописе из области израде техничке документације, све прописе из области адаптације и санације објеката ове намене, као и Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити од пожара, Закона о заштити животне средине и свих пратећих важећих прописа за предвиђене критеријуме.

Сви материјали, опрема и системи, аналитички, рачунски и са графичком документацијом морају бити прецизно дефинисани по питањима количина, техничких карактеристика и својства, квалитета и боја, начина уградње, а у складу са захтевима из конкурсне документације и изведеним радовима.

Пројекат се предаје Наручиоцу у 2 примерка у штампаној форми и у електронском облику на ЦД-у.

Сва документација по обиму и садржини мора задовољити важеће прописе из области израде техничке документације, све прописе за ове намене, као и Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити од пожара и свих пратећих важећих прописа.

ОБАВЕЗА НАРУЧИОЦА

Члан 16.

Наручилац се обавезује:

- да Добављачу преда простор предвиђен за адаптацију и снимање постојећег стања;
- да обезбеди Добављачу увид у расположиву постојећу техничку документацију постојећих система и инсталација на које се прикључују инсталације адаптираног простора
- да обезбеди Надзор за извршење радова.

ИСПОРУКА, УГРАДЊА-ИНСТАЛИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД АПАРАТА

Члан 17.

Добављач је обавезан да испоручи апарате са техничким карактеристикама у складу са техничко-технолошким захтевима из конкурсне документације и техничкој спецификацији датај у понуди број_____

***уписује понуђач**

ИСПОРУКА И УГРАДЊА ОСТАЛЕ СПЕЦИФИЧНЕ И НЕСПЕЦИФИЧНЕ ОПРЕМЕ

Члан 18.

Обавеза Добављача је да, поред апарата за стерилизацију, испоручи и угради или инсталира осталу специфичну и неспецифичну опрему (колица за пуњење и пражњење стерилизатора и све друге потребне додатке који омогућавају нормалан рад са апаратима) или софтвере, а у складу са важећим техничким прописима и важећим стандардима.

Члан 19.

Добављач ће квантитативну и квалитативну испоруку добара из члана 1. овог уговора извршити најкасније у року из члана 6. овог уговора.

Парцијална испорука добара је дозвољена. Добављач има право, с обзиром на специфичне захтеве уговорене опреме, да врши парцијалну испоруку у складу са технолошким захтевима и техничким карактеристикама уговорене опреме.

Наручилац и Добављач ће у писменој форми прецизирати датум и време појединих фаза испоруке, како би исте биле усаглашене са обавезом Добављача да изврше припремне радње пре испоруке.

Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без одлагања.

Добављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку добара из члана 1. овог уговора. Приликом испоруке, Добављач је дужан да се према имовини Наручиоца односи са пажњом доброг домаћина.

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА

Члан 20.

Потписивањем записника о примопредаји од стране обе уговорне стране сматра се да је извршена испорука предмета набавке, која је у свему квантитативно усаглашена са елементима и условима овог уговора.

Примопредаја ће се извршити у просторијама где ће се извршити инсталација предметне опреме.

Током испоруке предмета јавне набавке, уколико констатује евентуалну неусаглашеност, Наручилац у писаној форми доставља Добављачу рекламацију, без одлагања. Добављач је дужан да у најкраћем року отклони неусаглашеност.

Добављач је дужан да обавести Наручиоца о намери примопредаје најкасније 7 (седам) дана од дана планираног за примопредају и истовремено га обавести ко ће присуствовати примопредаји.

Добављач је дужан да све недостатке који буду утврђени приликом примопредаје отклони у року од 15 (петнаест) дана од дана утврђења, у супротном ће се сматрати да су обавезе по овом уговору извршене по истеку уговореног рока примењиваће ће се члан 32. овог Уговора - Уговорна казна.

Добављач је дужан да достави документацију у складу са Правилником о прегледима опреме под притиском током века употребе.

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ ОПРЕМЕ

Члан 21.

Квалитет добара која су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати подацима из понуде.

Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке.

Добављач испоручује добра упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара у оригиналној амбалажи произвођача.

Добављач мора штитити робу и у случају коришћења дизалице или виљушкар.

Добављач је дужан да достави детаљну листу за сваку колету, са назнаком броја уговора, називом, описом и количином спакованих артикала, серијским бројевима, нето и бруто тежином, на основу које ће се вршити квантитавни пријем.

Добављач одговора за сваку штету на роби која настане услед њеног неадекватног паковања и/или неправилних инструкција везаних за складиштење.

Члан 22.

Потписивањем записника о примопредаји од стране обе уговорне стране, сматра се да је извршена испорука предмета јавне набавке, која је у свему квантитативно и квалитативно усаглашена.

Током испоруке предмета јавне набавке, уколико констатује евентуална одступања испоручене количине, у односу на „packing“ листу или други документ који Добављач доставља уз робу, Наручилац ће одступања констатовати записником и одмах, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) сата Добављачу писаним путем упутити рекламацију.

Понуђач је дужан да рекламацију реши одмах, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана.

Члан 23.

Доказивање клиничко-техничких карактеристика опреме, по произвођачком протоколу обавиће стручно лице са сертификатом произвођача опреме, уз присуство представника Наручиоца, одмах по пуштању у рад.

Члан 24.

Уколико Додављач не изврши испоруку добара у складу са овим уговором или не изврши замену у случају да се констатује квалитативна или квантитативна неусаглашеност, Наручилац има право да раскине уговор и да тражи накнаду штете. Додављач одговара за евентуалне скривене недостатке добара која су испоручена и дужан је да надокнади штету која настане као последица скривеног недостатка.

ГАРАНТНИ РОК ОПРЕМЕ

Члан 25.

Гарантни рок који се рачуна од момента стављања опреме у функцију (потписивања записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему) износи ____ месеци.* Додављач је дужан да у складу са условима гаранције, изда гарантне листове, одмах након стављања у функцију добара из члана 1. овог уговора.

За време трајања гарантног рока Додављач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Наручилац опреме је дужан да без одлагања обавести Додављача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Додављачу омогући несметан приступ опреми.

***(минимум 12 месеци)**

Члан 26.

Додављач је дужан да приликом испоруке предметне опреме достави следећу документацију:

- а) Упутство за употребу на српском и енглеском језику у папирној и електронској форми
- б) Оверен гарантни лист
- ц) Основну сервисну документацију у папирној и електронској форми, на српском и енглеском језику у два примерка.

ПОСТПРОДАЈНО ОДРЖАВАЊЕ И ТЕХНИЧКА ПОМОЋ

Члан 27.

Додављач се обавезује да преко овлашћеног сервиса обезбеди редовно сервисирање опреме и то:

А) Сервисна подршка у гарантном и вангарантном року

Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке, искључиво ће се обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.

Додављач гарантује да ће сервисер/сервисна служба најмање **7 (седам)** година од квалитативног пријема, без одлагања, а најкасније у року од **2 (два)** дана од дана настанка промене у било којем од података о сервисној подршци за предмет јавне набавке, о тој промени писмено обавестити Наручиоца и документовати на прописан начин.

Б) Постпродајно одржавање у гарантном року

Додављач гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе и у року од 48 часова од момента пријаве кvara од стране Наручиоца приступити утврђивању и отклањању кvara, (без обзира на потврду пријема пријаве кvara путем електронске поште).

Додављач је дужан да у року од најдуже 10 дана од момента пријаве кvara од стране Наручиоца отклони квар.

Наручилац позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште или факсом, слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву кvara опреме, у складу са процедуром Наручиоца.

За време трајања гарантног рока Додављач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Наручилац опреме је дужан да без одлагања обавести Додављача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Додављачу омогући несметан приступ опреми.

В) Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока

Додављач је у обавези да најмање 6 (шест) година, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног

сервисирања и могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца) на територији Републике Србије.

Г) Upgrade и update:

Добављач је дужан да за време гарантног рока обезбеди, инсталира и имплементира Наручиоцу опреме све софтверско-хардверске надоградње, допуне и ажурирања верзија које су бесплатне, односно које као такве уобичајено обезбеђује за остале кориснике њихове опреме у другим земљама Европе, а за оне који се плаћају достави благовремене информације и понуде са ценама и свим подацима таквих надоградњи (upgrade и update).

Члан 28.

Приликом потписивања записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему, наручилац и Добављач ће се споразумети о начину пријаве кvara, детектовању кvara, времену извршења отклањања кvara са провером функционалности опреме, замени делова опреме новом, као и о другим чињеницама неопходним за обезбеђење несметаног рада опреме.

СЕРВИСНА ПОДРШКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 29.

Сервисери морају имати сертификат о обучености за одржавање понуђеног добра на име сервисера или оригиналну изјаву произвођача или инозаступника произвођача за Европу, или регионалног представника произвођача, да су обучени и оспособљени за сервисирање понуђених добара.

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 30.

Добављач ће у просторијама седишта Наручиоца, након инсталације, а пре пуштања опреме у рад, обезбедити обуку запослених за правилан и безбедан рад и руковање опремом која је предмет ове јавне набавке у трајању од минимум 5 (пет) радних дана, коју води стручно лице Добављача или произвођача са сертификатом произвођача опреме, након које је дужан да медицинском особљу изда сертификат о завршеној обуци.

Наручилац ће у року од 7 (седам) дана од дана закључења овог уговора доставити Добављачу податке о лицима које ће бити одговорна за координацију обуке.

УГОВОРНА НЕУСАГЛАШЕНОСТ

Члан 31.

Добављач одговара за евентуалне скривене недостатке добара која су испоручена и дужан је да надокнади штету која настане као последица скривеног недостатка.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 32.

Ако Добављач не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним испуњењем, дужан је да Наручилацу плати уговорну казну и то:

- у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупно уговорене цене.

- у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза (прекорачења уговореног рока из члана 6. став 1. овог уговора, изузимајући случајеве из члана 7. став 1. и члана 33. овог уговора), за сваки дан задоцњења у висини 2‰ (два промила) од укупно уговорене цене, с тим што укупан износ уговорне казне не може прећи 5% (пет процената) укупно уговорене цене.

Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Добављача или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Добављача већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде директне штете.

У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Добављача, Наручилац без посебног саопштења и обавештавања Добављача, задржава своје право на уговорну казну. Наручилац ће, у складу са одредбама овог уговора, према датуму завршетка

уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Добављача и на основу тога обрачунати висину уговорне казне.

Наплата уговорне казне из овог члана спровешће се наплатом банкарске гаранције.

ВИША СИЛА

Члан 33.

Наступање више силе ослобођа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, уговорне стране су обавезне да без одлагања обавесте писменим путем другу уговорну страну.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти, штрајк и други случајеви који се у моменту заклучења овог уговора нису могли предвидети и нису проузроковани чињењем, тј. нечињењем ниједне уговорне стране.

СПОРОВИ

Члан 34.

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају споразумно, у супротном уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 35.

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, уколико су испуњени следећи услови: да је претходно, у писменој форми обавестила другу уговорну страну о елементима реализације уговора за које сматра да су неусаглашени и да представљају основ за раскид уговора, да је другој уговорној страни оставила примерени рок за отклањање неусаглашености; да друга уговорна страна није отклонила неусаглашености или их није отклонила на задовољавајући начин и да је уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана. У случају раскида уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 36.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Добављача и важи до испуњења свих уговорних обавеза, узимајући у обзир и гарантни рок.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 38.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ДОБАВЉАЧА

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора, односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи

Аутоматски парни стерилизатор

Р.бр	Минимални технички захтеви наручиоца	ДА/НЕ	КОМЕНТАР
1.	Аутоматски парни стерилизатор са вертикално клизећим пнеуматским вратима израђеним од челика AISI 316L или одговарајући		
2.	Уређај је пролазни, са двоја врата		
3.	Намењен за стерилизацију воденом паром (аутоклавирање) на температурама од 121°C и 134°C		
4.	Комора је пролазна, хоризонтална, четвртастог пресека		
5.	Капацитет стерилизатора 10 СТУ (стандардне стерилизационе јединице)		
6.	Комора: израђена од челика AISI 316L или одговарајући		
7.	Дупликатор: израђен од челика AISI 304 или одговарајући		
8.	Материјал конструкције и панела: нерђајући челик		
9.	Комора је потпуно обложена дупликатором		
10.	Комора је тестирана да издржи притиске од вакума до максималног притиска од 3,1 бар-а (г)		
11.	Дупликатор је тестиран да ради на притиску од 2,5 бар-а г		
12.	Стерилизатор поседује сопствени генератор паре (уз стерилизатор је потребно испоручити систем за припрему воде према техничким захтевима стерилизатора и генератора паре).		
13.	Стерилизатор поседује сигурносне системе врата: 13.1. Систем који спречава покретање циклуса ако врата нису затворена 13.2. Систем који спречава отварање врата током циклуса 13.3. Систем који спречава истовремено отварање врата стерилизатора		
14.	Систем безбедности од нагњечења руковаоца који спречава затварање врата ако постоји препрека у равни врата		
15.	Сигурности СТОП прекидач се налази на обе стране апарата		
16.	Сервисни приступ је са нестерилне стране		
17.	Стерилизатор поседује двостепену вакум пумпу. Систем за уштеду воде рецикулацијом		
18.	Управљање апаратом се врши преко додирних екрана (touch-screen), намењене за управљање и праћење тока стерилизације, постављених са обе стране апарата		
19.	Стерилизатор је вођен PLC микропроцесором, програмабилним са могућношћу повезивања са рачунаром и мрежним прикључком (ethernet)		
20.	Контрола процеса стерилизације се обавља двоструким сензором притиска и температуре		
21.	Комора има хидрофобни филтер за ваздух од 0,2 микрона		
22.	Штампач са приказом параметара циклуса и графика тока стерилизације		
23.	Стерилизатор поседује стандардне програме као и тест програме (Bowie Dick, Leak test) као и могућност програмирања 20 корисничких програма/циклуса		
24.	Напајање трофазно		
25.	Стерилизатор мора да испуњава следеће стандарде или њихове новије везије стандарда: EN 285:2015, EN 61010, CE 93/42/ЕЕС, PED:2014/68/EU, 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU		

Апарати за стерилизацију – водоник пероксид (без плазма фазе)

	Минимални технички захтеви наручиоца	ДА/НЕ	КОМЕНТА Р
1.	Стерилизатор намењен за стерилизацију термолабилног материјала на температури до максимално 60°C		
2.	Могућа је стерилизација флексибилних лумена пречника Ø >1мм и дужине < 990мм, односно РЕ/PTFE материјала Ø >1мм и дужине < 4.000мм		
3.	Могућа стерилизација чврстих лумена пречника Ø ≥0.8мм и дужине минимално 400мм без коришћења додатне опреме и наставка		
4.	Трајање циклуса стерилизације максимално 16 минута за инструменте без лумена (до 5кг), максимално 28 минута за инструменте са једним или више флексибилних лумена и 55 минута за ригидне или полуригидне инструменте		
5.	Уређај је пролазни и поседује двоја врата		
6.	Комора уређаја је запремине 130-140Л		
7.	Комора има 100% корисну запремину		
8.	Комора је четвртастог облика и опремљена је са две полице		
9.	Уређај може бити и мобилан на точићима		
10.	Управљање и контрола уређаја је аутоматска и путем екрана осетљивог на додир		
11.	Уграђен штампач за документацију циклуса са алфа нумеричким исписом		
12.	Сигнализација је обезбеђена акустичим и визуелним алармом		
13.	Стерилизатор поседује ethernet прикључак за повезивање на мрежу		
14.	Материјал коморе: алуминијум или нерђајући челик АИСИ 316Л или одговарајући		
15.	Трофазни прикључак		
16.	Прикључна снага максимално 4 kW и потрошња ел. енергије максимално 1 KWh по циклусу		
17.	Уређај не захтева никакве додатне прикључке сем електричне енергије		
18.	Стерилант водоник пероксид, концентрације до 60% у херметички затвореном паковању за минимум 15 циклуса стерилизације		
19.	Стерилизатор поседује вакуум циклус који уклања заосталу влагу и не дозвољава убризгавање стериланта ако материјал и после циклуса извлачења влаге није довољно просушен		
20.	Апарат испуњава стандарде или новије верзије стандарда: EN 61010-1, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 14937, IEC 61010-2-040, CE 93/42/EEC		