



INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI  
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA  
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica  
REPUBLIKA SRBIJA  
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku  
Red. br. JN-12/16  
Broj: 1354-5  
Datum: 22.04.2016. godine  
Sremska Kamenica

**PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku JN - 12/16 – LABORATORIJSKI REAGENCI I POTROŠNI MATERIJAL**

Dana 21.04.2016. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku **JN - 12/16 – LABORATORIJSKI REAGENCI I POTROŠNI MATERIJAL** u okviru kojeg je postavljeno sledeće pitanje:

„Poštovani,

Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama date dodatna pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku dobara Laboratorijski reagensi i potrošni materijal, JN-12/16, za partiju 7:

Vakum epruvete za uzorkovanje krvi:

1. Stavka 3 definisana je kao „zatvoreni sistem za koagulaciju (1.8ml)“.

Molimo Vas da pojasnite da li se pod ovim opisom misli na vakum epruvete za koagulaciju sa „duplim zidom“ ili obična ?

Objašnjenje: Epruvete sa „duplim zidom“ podrazumevaju dve fuzionisane epruvete, jedna u drugoj, koje su izrađene od različitih vrsta plastike.

- Spoljašnja epruveta je izrađena od plastike koja ne propušta vazduh i time se sprječava gubitak vakuuma.

- Plastika unutrašnje epruvete (polipropilen) ne dozvoljava isparavanje antikoagulansa, tačnog 3,2% Na-citrata. Površinske karakteristike polipropilena ga čine idealnim za uzorkovanje krvi pacijenata kod kojih se zahteva određivanje osetljivih parametara koagulacije (polipropilen je optimum za inhibiciju aktivnosti trombocita).

- Zajedničkim „delovanjem“ obe epruvete postiže se konstantan odnos krvi i antikoagulansa (9+1) koji je ključan za pravilan rezultat svih koagulacionih parametara.“

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, br.14/15 i 68/15), dostavljamo odgovor na postavljeno pitanje:

**1. Naručilac će kao odgovarajuće prihvatiti i obične epruvete i epruvete sa „duplim zidom“.**

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

**Komisija za javnu nabavku**

Branko Labus, službenik za javne nabavke, član

*Branko Labus*

