



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



ЈН-45/18
Број: 3503-5
Датум: 23.01.2019.
Сремска Каменица

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку ЈН-45/18 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

Дана 22.01.2019. године путем факса нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН-45/18 – Потрошни материјал за стерилизацију у оквиру којег је постављено следеће питање:

„Поштовани,

1. Наручилац је тражио папир тежине 60гр/м2. Како се ради о два слоја папира, да ли се захтевана тежина 60гр/м2 односи на тежину једног слоја или на тежину збирно оба слоја папира?
2. Наручилац је специфичирао папир као бело-зелени. Како добављач кога ми заступамо прави папир за стерилизацију у комбинацији слојева бело/плави, да ли ће наручилац прихватити нашу понуду бело-плавог папира уместо бело-зелене?
3. При специфицирању димензија потребних за рад Института наручилац је поставио услове у складу са својим потребама. Како је произвођач кога ми заступамо из САД и користи другачији метрички систем интересује нас да ли можемо понудити следеће димензије по ставкама:
Ставка 1 уместо 50х50цм да понудимо 60х60цм
Ставка 2 уместо 75х75цм да понудимо 76х76цм
Ставка 3 уместо 100х100цм да понудимо 101х101цм
Ставка 4 уместо 120х120цм да понудимо 121х121цм“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр.14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

1. **Захтевана тежина од 60гр/м2 се односи на један слој папира.**
2. **Наручилац ће прихватити бело-плави папир.**
3. **Наручилац остаје при димензијама захтеваним у Конкурсној документацији.**

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку