



**ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА**
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Комисија за јавну набавку

Ред. бр. ЈН-06/20

Број: 674-6

Датум: 19.3.2020

Сремска Каменица

Комисија за јавну набавку образована решењем директора ИКВБВ број 674-1 од 27.2.2020. године, сачинила је

Додатна појашњења за јавну набавку ЈН-06/20 - Опрема за клинику за кардиологију

Дана 17.3.2020. године примили смо допис заинтересованог лица, за јавну набавку ЈН-06/20 - Опрема за клинику за кардиологију:

1. У партији 1 / тачком 4.6, у партији 2 / тачком 2.6 и у партији 4 / тачком 3.6 захтевате следеће да "Софтвер за управљање медицинским подацима мора да омогући интеграцију података о пацијентима и урађеним тестовима са дијагностичке опреме дефинисане у партијама 1, 2, 3, 4 и 5".

Обзиром да сте у партијама 1, 2 и 4 у склопу опреме која се набавља захтевали између осталог и софтвер за управљање медицинским подацима а да у партијама 3 и 5 то није тражено, нити је дефинисано по којим стандардима и протоколима би требало да се опрема интегрише са болничким информационим системом, серверском радном станицом у оквиру партије 1 и софтвером за управљање медицинским подацима у оквиру партија 1, 2 и 4 молимо Вас за следеће појашњење:

Да ли ћете прихватити да се у партији 1 / тачка 4.6, у партији 2 / тачка 2.6 и у партији 4 / тачка 3.6 уместо интеграције са опремом дефинисане у партијама 1, 2, 3, 4 и 5 понуди само интеграција са опремом за коју се тражи софтвер за управљање медицинским подацима, односно са опремом дефинисаном партијама 1, 2 и 4?

2. У партији 4 / тачком 2.12 захтевате следеће "На бициклу интегрисани RS-232 и УСБ интерфејси, галвански изоловани".

Обзиром да је за директно повезивање лежећег стресс ехо бицикла и кардиолошко-дијагностичке радне станице неопходан само један од наведених интерфејса да ли ћете прихватити да понуђени модел бицикла поседује интегрисан RS-232 или УСБ интерфејс, галвански изолован.

На основу члана 63. став 3, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, бр. 14/15 и 68/15) достављамо вам одговор:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и тражену карактеристику захтевати само за опрему за коју се тражи софтвер за управљање медицинским подацима, односно са опремом дефинисаном партијама 1, 2 и 4.

2. Да, Наручилац ће у том смислу извршити измену конкурсне документације, те захтевати RS-232 или УСБ интерфејс.

Наведени одговори ће без одлагања бити објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ