



INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Komisija za javnu nabavku
Red. br. JN-47/13
Broj: 3143-4
Datum: 21.10.2013. godine
Sremska Kamenica

PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda za javnu nabavku JN-47/13 – Medicinski potrošni materijal – partija 8

Dana 21.10.2013. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku medicinskog potrošnog materijala, u okviru kojeg je postavljeno sledeće pitanje:

» Partija 8 – PVC navlake za dušeke:

1. Mi radimo navlake za dušeke od jačeg medicinskog plastificiranog platna (koje mnogi zovu i gumirano platno), oslojeno sa obe strane polietreska osnova na tkanini, nepromočivo.
Rajsfešlus sa duže strane i delimično sa obe uže strane.
Da li se takve navlake traže na ovom tenderu ili neke druge?»

Na osnovu člana 63. stav 3., a u vezi sa članom 62. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja:

1. PVC navlaka treba da bude nepropusna sa obe strane i materijala i dušeka i treba da bude takve konstrukcije da se ceo dušek uvlači u nju, bez rajsferšlusa, sa gumom na jednoj od užih strana (slično kao oblik džaka).

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, istovremeno se objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU:

Tatjana Nikitović, dipl. pravnik, član