



**INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
VOJVODINE, SREMSKA KAMENICA**
Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
REPUBLIKA SRBIJA
Tel: 021/48 05 700; Fax: 021/66 22 881



Ред. бр. ЈНОПОС-05/18

Број: 640-1

Датум: 07.03.2018.

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку
бр. ЈНОПОС-05/18– Медицински потрошни материјал**

Дана 07.03.2018. године електронским путем нам је достављен допис заинтересованог лица којим се тражи додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈНОПОС-05/18 – Медицински потрошни материјал, у оквиру којег су постављена следећа питања:

Као заинтересовани понуђачи у предметној набавци и ексклузивни заступници реномираних светских и европских произвођача медицинског потрошног материјала, молимо Вас да нас обавестите да ли ћете за партију 84., прихватити подесиве ребрасте наставке (лулице) који се минимално разликују од захтеваних спецификација.

Молимо Вас да прихватите подесиве ребрасте наставке (лулице) са опсегом мртвог простора од 35-75 мл и подесивом дужином од 7.5 – 13 цм.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

1. За партију 84 наручилац остаје при својој спецификацији, односно не прихвата наведено одступање због дужине вентилације и виталног капацитета плућа пацијената сматрамо да је опсег мртвог простора од 35 – 75 мл велик, а за пацијенте је боље да је тај опсег што мањи. Захтевани опсег може да понуди већи број понуђача, те је тиме испоштовано начело конкуренције у потпуности.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку