



**Komisija za javnu nabavku**

**Red. br. JN-32/13**

Broj: 1820-6

Datum: 20.06.2013. godine

Sremska Kamenica

**PREDMET: Dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku JN-32/13 – oksigenatori**

Dana 18.06.2013. godine elektronskim putem nam je dostavljen dopis zainteresovanog lica kojim se traži dodatno pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku oksigenatora, u okviru kojeg su postavljena sledeća pitanja:

1. »S obzirom da je oksigenator iz partije broj 1 predviđen za odrasle osobe, a oksigenator iz partije broj 2 za odrasle osobe sa malom telesnom površinom, kao što je jasno naznačeno u obrascu ponude, i da je za partiju broj 2 jasno naznačeno da "oksigenator mora da podržava protok do 7 l/m sa površinom 1.5 m<sup>2</sup>", molimo Vas da nam date detaljniju specifikaciju za oksigenator iz partije broj 1 i to:

Oksigenator u partiji broj 1 bi morao da podržava:

- maksimalni protok do koliko l/m?
- koliku površinu u m<sup>2</sup>?
- koliki "priming volume" (obim punjenja) u ml?»

Na osnovu člana 63. stav 3., a u vezi sa članom 62. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja:

1. Oksigenator u partiji broj 1 bi morao da podržava:
- maksimalni protok **od 7 do 7.5 l/m**
  - površinu **do 2.5 m<sup>2</sup>**
  - „priming volume“ (obim punjenja) **do 250 ml.**

Ova informacija, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, istovremeno se objavljuje na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca.

**KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU**

1. Dr Mikloš Fabri, predsednik \_\_\_\_\_

2. Endre Soboslai, član \_\_\_\_\_

3. Tatjana Nikitović, dipl.pr., član \_\_\_\_\_

