



ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Тел: 021/48 05 700; Факс: 021/66 22 881



Ред. бр. ЈН-17/19
Број: 1210-10
Датум: 27.5.2019.
Сремска Каменица

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 1210-9 од 27.5.2019. године, директор Института за кардиоваскуларне болести Војводине донео је

**ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Ред. бр. ЈН – 17/19 – Покретни заштитни параван за
електрофизиолошку салу у објекту Каменица 2**

Уговор о јавној набавци добара – **ЈН-17/19 – Покретни заштитни параван за електрофизиолошку салу у објекту Каменица 2**, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана 18.4.2019. године, додељује се следећем понуђачу:

„Медиком д.о.о. Шабац, Поцерска бр. 3

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења исте.

Образложење

Наручилац је дана 18.4.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара број 1210.

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 18.4.2019. године. Благовремено, тј. до дана 21.5.2019. године до 08:00 часова, примљено је укупно 2 понуде од следећих понуђача:

| Ред. број | Број под којим је понуда заведена | Назив понуђача, односно шифра понуђача | Датум пријема | Сат |
|-----------|-----------------------------------|--|---------------|-------|
| 1 | 1545 | ИОН д.о.о., Београд | 21.05.2019 | 07:25 |
| 2 | 1546 | Медиком д.о.о., Шабац | 21.05.2019 | 07:30 |

Неблаговремених понуда нема.

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда и сачинила Записник о отварању понуда број 1210-7 дана 21.5.2019. године и сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда број 1210-9 од 27.5.2019. године.

У извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1.Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке су добра – Покретни заштитни параван за електрофизиолошку салу у објекту Каменица 2 .

Ознака и назив из Општег речника набавки: 33100000 - медицинска опрема.

2.Процењена вредност јавне набавке:

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 971.661,00 динара без пдв-а.

3.Основни подаци о понуђачима:

| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Пословно име: | ИОН д.о.о. Београд |
| Седиште: | Београд, Бул. Михајла Пупина 11/53 |
| Матични број: | 17003309 |
| ПИБ: | 100286257 |
| Законски заступник: | Даница Јовановић |

| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ | |
|---------------------------|--|
| Пословно име: | Друштво за спољну и унутрашњу трговину Medicom доо Шабац |
| Седиште: | Шабац, Поцерска 3 |
| Матични број: | 07595166 |
| ПИБ: | 100126308 |
| Законски заступник: | Предраг Василић |

4.Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

1. Понуда ИОН д.о.о. Београд:

бр. понуде 30 од 16.5.2019.г. заведена код наручиоца под бројем 1545 од 21.5.2019. г.:

- Понуђена цена 657.086,00 динара без пдв.

- Понуда је самостална.

- Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

- Рок испоруке: 45 дана

- Место испоруке: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, Сремска Каменица, Каменица 2, 2 спрат

- Начин и рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре и испоруке

- Гарантни рок: 24 месеца

Понуђена добра:

| Р.бр. | Назив производа (Добра) | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а | Модел | Произвођач |
|-------|--|---------------|----------|---------------------------------|---------------------------|--------|------------|
| 1 | Покретни заштитни параван (према спецификацији) | ком | 1 | 459.446,00 | 459.446,00 | WD3021 | Mavig |
| 2 | Заштита изнад равни пацијент стола (према спецификацији) | ком | 1 | 197.640,00 | 197.640,00 | UT6802 | Mavig |

- Уз понуду су приложени следећи обрасци и докази: изјава о независној понуди, образац структуре понуђене цене, образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН, модел уговора, каталог опреме, потврда НБС о броју дана неликвидности, уговор између понуђача и сервисне организације задужене за сервисирање понуђених добара као ауторизација произвођача и изјава произвођача о сервисној подршци.

Током вршења стручне оцене понуде, Комисија за спровођење поступка предметне јавне набавке, у складу са чланом 93. став 1 ЗЈН, се дана 23.5.2019. године, писаним путем обратила понуђачу са захтевом да достави додатно појашњење своје понуде тако што ће се у остављеном року од два од дана пријема захтева Комисије изјаснити - дати јасна и недвосмислена појашњења на околност техничких спецификација из каталога, тј да ли се доњи део штитника може преклапати, те омогућити да се горњи део помери у већој мери преко пацијент стола, а у односу на захтеване техничке спецификације које чине саставни део конкурсне документације предметне јавне набавке, и то на следећи начин:

„У понуди у делу 2)1) врста техничке карактеристике (спецификација), под тачком 1.5. којом је захтевано:

Регулисање ширине доњег дела штитника који омогућава да се горњи део помери у већој мери преко пацијент стола:

Чине га две преклапајуће компоненте које се могу хоризонтално померати, или одговарајући механизам, дајући распон од минимум 45цм до максимум 80цм. Еквив. заштите минимум 0.5мм Пб без преклапања одн. при преклопу 1.0 мм.

висина оловних панела или гума: 75-85 цм.

Мобилни штитник се може померати вертикално у распону од минимум 145 до 175 цм.

Нигде у каталогу који сте приложили нити у достављеној документацији није јасно наведено – обележена карактеристика, да се доњи део штитника може преклапати – хоризонтално померати или да постоји одговарајући механизам којим се постиже захтевано.

Молимо вас да нам појасните где се у достављеној документацији налази доказ о испуњењу услова из горе наведене тачке 1.5.“

Понуђач ИОН д.о.о. Београд је благовремено Комисији као доказ на тражене околности доставио Одговор у коме се наводи следеће:

„Наш одговор на ваш захтев је следећи:

ваша документација по предметној јавној набавци предвиђа могућност да се понуди бољи заштитни параван од оног који је описан вашом спецификацијом. То подразумева да смо понудили параван који има боље могућности заштите од оних које сте ви тражили, а то се односи на доњи део паравана који је направљен од челика и који у целом делу има еквивалент олова 1,00 мм, а не само 0,5 када се узме у обзир пуна ширина доњег дела паравана. Истовремено могућност нашег понуђеног паравана најпознатијег светског произвођача заштитне опреме има могућност да се продужи у висину до 190 цм што га чини неупоредиво бољим у односу на онај параван који се може продужити у висину само до 169 цм.

Сумирано предности паравана Mavig WD3021, који ми - фирма ИОН д.о.о. Београд, су следеће:

- боља заштита доњег дела паравана од зрачења тела пацијента због еквивалента олова 1,00 у целокупној ширини паравана (не само у склопљеном стању када је ширина паравана двоструко мања у односу на наш параван)

- боља заштита од секундарног зрачења због могућности померања горњег дела паравана (акрилик-стакла) до 190 цм (оптимално за оператере различите висине, а не само до 169 цм)

- дужи век трајања паравана због доњег дела који је од челика за разлику од винили оловних панела који су изложени хабању и крајем века издржљивости.

- економична цена нашег паравана, која је у односу на параван који нуди наш конкурент нижа за РСД 298.000,00.

- изванредне референце за овај параван од стране свих наших корисника, а поменућемо сада само КЦ Србије који је само у Сали за Катетеризацију срца скорије набавио 3 паравана Mavig WD3021 који ми вама сада нудимо.“

Из горе наведеног, комисија констатује да је понуда ИОН д.о.о. Београд, Бул. Михајла Пупина 11/53, неодговарајућа и неприхватљива у смислу члана 3. став 1, тачка 33. Закона о јавним набавкама, те се одбија у складу са чланом 106. став 1. тачка 5. („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), јер понуђени заштитни параван нема могућност хоризонталног померања доњег дела штитника, које омогућава да се горњи део паравана помери у већој мери преко пацијент стола, које је захтевано техничком спецификацијом, а која карактеристика представља објективну потребу Наручиоца за рад у сали за електрофизиологију.

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена: /

6. Начин примене методологије оцене понуда:

Одлука о додели уговора о јавној набавци - ЈН- 17/19 донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

Комисија за јавну набавку сачинила је ранг листу понуђача који су доставили прихватљиве понуде:

1. Медиком д.о.о. Шабац

бр. понуде 1579 од 15.5.2019. г., заведена код наручиоца под бројем 1546 од 21.5.2019.г.:

- Понуђена цена 955.000,00 динара без пдв-а
- Понуда: самостална
- Рок важења понуде је 60 дана од дана јавног отварања
- Рок испоруке: до 45 дана од дана потписивања уговора
- Место испоруке: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, Сремска Каменица, 2 спрат
- Начин и рок плаћања: 15 дана од дана испостављања рачуна
- Гарантни рок: 24 месеца од дана инсталације и монтаже

Понуђена добра:

| Р.бр. | Назив производа (Добра) | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а | Модел | Произвођач |
|-------|--|---------------|----------|---------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|
| 1 | Покретни заштитни параван (према спецификацији) | ком | 1 | 875.000,00 | 875.000,00 | 326/05 | Kenex, Engleska |
| 2 | Заштита изнад равни пацијент стола (према спецификацији) | ком | 1 | 80.000,00 | 80.000,00 | 312/D5/3.32 | Kenex, Engleska |

- Уз понуду су приложени следећи обрасци и докази: изјава о независној понуди, образац структуре понуђене цене, образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН, модел уговора, каталог опреме и изјава произвођача којом се доказују техничке карактеристике, потврда НБС о броју дана неликвидности, као ауторизација произвођача и изјава произвођача о сервисној подршци.

Ранг листа:

| Ред. бр. | Понуђач | Понуђена цена без пдв-а |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Медиком д.о.о. Шабац, Поцерска бр. 3 | 955.000,00 динара |

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач:

Комисија констатује да су у поступку јавне набавке добара – ЈН-17/19 – Покретни заштитни параван за електрофизиолошку салу у објекту Каменица 2, најповољнију понуду је дао следећи понуђач:

Медиком д.о.о. Шабац, Поцерска бр. 3

Овлашћено лице Наручиоца је на основу овлашћења из члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама прихватило предлог Комисије и донело одлуку као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети Наручиоцу захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06 уплати таксу из члана 156. став 1. тачка 5 ЗЈН у износу од 120.000,00 динара, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права.

Доставити:

1. Архиви

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА



Проф др Александар Реџек